



DEZ/608/2024

Jelenia Góra, dnia 02.05.2024 r.

DO WYKONAWCÓW

Dot.: Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń i sprzętu medycznego wraz z wymianą obowiązkowych części

Nr referencyjny : ZP/PN/23/04/2024

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W EZAMÓWIENIA:

NUMER OGŁOSZENIA: 2024/BZP 00303563/01 Z DNIA 26.04.2024 R.

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW 1:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby usługa wykonywana była przez autoryzowany serwis producenta sprzętu posiadanego przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

2. Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonywania usługi przeglądu oraz naprawy w siedzibie Wykonawcy (urządzenie wysyłane kurierem na koszt wykonawcy)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW 2:

1. (dot. wzoru umowy §4 ust. 2 pkt. a) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary za zwłokę w wykonaniu usługi serwisowej do 50,00 PLN za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Brak zgody.

2. (dot. wzoru umowy §4 ust. 2 pkt. b) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży maksymalną wartość kar umownych z 30% do 20% wartości umowy?

Odpowiedź: Brak zgody.

ZESTAW 3:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 2:

2. Kary te będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- a) za zwłokę w wykonaniu usługi serwisowej, przeglądu technicznego ustalonej w harmonogramie w wysokości 50,00 PLN za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto niewykonanej części umowy;



b) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10 % niezrealizowanej kwoty brutto, o której mowa w § 2 pkt.1

Maksymalna wartość kar umownych za zwłokę oraz odstąpienie umowy wynosi łącznie 30% wartości umowy.

Odpowiedź: Brak zgody.

ZESTAW 4:

Pytanie do pakietu nr 5 pozycja 2.

1. (wzór umowy, § 1 pkt 3 ppkt 1) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia przez Wykonawcę testu bezpieczeństwa elektrycznego dla Pakietu nr 4, z uwagi na fakt, iż w procedurze przetargowej producent nie przewiduje wykonania testów.

Odpowiedź: Zgoda.

2. (wzór umowy, § 4 pkt 2 ppkt a) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu usługi serwisowej, przeglądu technicznego do wysokości 50,00 PLN za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Brak zgody.

3. (wzór umowy, § 4 pkt 2 ppkt b) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych za zwłokę oraz odstąpienie od umowy do 20% wartości umowy.

Odpowiedź: Brak zgody.

=====
Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

.....
Z poważaniem