



## Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 18.09.2023 r.

### Do wszystkich Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **powyżej** progu określonego na podstawie prawnej wskazanej w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z dnia 2022.08.16- dalej: p.z.p.) którego przedmiotem jest **dostawa wyrobów medycznych (jednorazowego użytku) dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.** nr ogłoszenia 2023/S 110-345654 z dnia 09.06.2023 r.

#### Znak sprawy PN-43/2023

W dniu 15.09.2023 roku Komisja przetargowa dokonała ponownej oceny ofert w zakresie pakietu 23 zgodnie z kryteriami zawartymi w SWZ.

#### Oferta 6

AKME Pałajko Spółka Jawna

Ul. Poloneza 89B

02-826 Warszawa

Pakiet 23 z ceną netto 143.500,00 zł, brutto 154.980,00 zł

#### Oferta 13

Skamex S.A.

Ul. Częstochowska 38/52

93-121 Łódź

Pakiet 23 z ceną netto 130.500,00 zł, brutto 140.940,00 zł

Zamawiający informuje, że oferta wykonawcy – **Skamex S.A.** z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 38/52 w Łódź (oferta nr 13), złożona w zakresie Pakietu nr 23 została odrzucona. Podstawa prawna – **art. 226 ust. 1 pkt. 5** p.z.p. tj. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Wykonawca zaoferował zestaw Bellovac producenta Mediplast o parametrach niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego. Zestaw nie spełnia poniższych wymagań:

-mieszek nie jest wykonany z silikonu (jest wykonany z poliestru);

-mieszek nie posiada filtra 200 mikronów;

-mieszek nie posiada wymaganej pojemności tj. minimum 1000 ml (posiada pojemność 2 razy mniejszą tj. 500 ml);

-filtr w worku na krew ma inną przepuszczalność tj. 200 mikronów (zamawiający wymaga filtracji z membraną dla mniejszych cząsteczek tj. 40 mikronów);

-worek na krew nie posiada wymaganego portu do pobierania próbek lub podania antykoagulantu;

-dren łączący do drenu pooperacyjnego pacjenta nie posiada wymaganego samouszczelniającego się portu.

Wykonawca zaoferował produkt o gorszych parametrach niż zamawiający wymagał. Zamawiający na żadnym etapie prowadzonego postępowania nie dopuścił zaoferowanych parametrów.

#### **Zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2022 poz. 1710) zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty:**

#### Oferta 6

AKME Pałajko Spółka Jawna

Ul. Poloneza 89B

02-826 Warszawa

Pakiet 23 z ceną netto 143.500,00 zł, brutto 154.980,00 zł

**Łączna liczba punktów: 100**

**Uzasadnienie wyboru** – Wybrane oferty zostały ocenione zgodnie z kryteriami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia – spełniały kryteria zawarte w SWZ (uzyskały najwyższą liczbę punktów).

Przewidywany termin zawarcia umów zgodnie z art. 308 ust. 2 pkt Ustawy Pzp.

Z poważaniem