



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 06.05.2024r.

Do wszystkich Uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym** o szacunkowej wartości **poniżej progu**. **Znak sprawy – TP- 33/2024- dostawa wyrobów medycznych (pinceta bipolarna, kabel wielorazowy, elektroda monopolarna, czyściki do elektrod, uchwyty, filtry itd.) dla Szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1- Poz. 11-14

Prosimy o wydzielenie poz. 11 do 14 do oddzielnego zadania co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2- Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie końcówki 1.0 lub 2.0.

Odpowiedź: Zamawiający prosi o dostawę zgodną z wymaganym zakresem podanym w załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie 3- Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie końcówki 1.0 lub 2.0

Odpowiedź: Zamawiający prosi o dostawę zgodną z wymaganym zakresem podanym w załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie 4- Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie dł. 70 mm lub 100 mm.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje długości zgodnej z zakresem podanym w załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie 5- Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie elektrod w op. zbiorczym a'24 szt., z przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 21 op. a'24 szt. lub o dopuszczenie możliwości podania ceny za 1 szt. dla zapotrzebowania 500 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inna ilość zbiorczą.

Pytanie 6- poz. 10

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o uchwyt z kablem zakończonym wtykiem 1-pinowy.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje uchwyt z kablem uniwersalnym zakończony wtykiem 3 pin.