



**WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W BYDGOSZCZY**

Znak sprawy: EZP.2600.31.2023

Bydgoszcz, 27.09.2023 r.

Egz. Nr 1

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, informuje, że w zapytaniu ofertowym pt.: „**Dostawa materiałów pomocniczych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy**” wpłynęły pytania Wykonawcy do treści opisu przedmiotu zamówienia o następującej treści:

Pytanie nr 1

„CZĘŚĆ 8, POZYCJA 1: Czy Zamawiający miał na myśli Płytki Petriego o wysokości 20 mm? Standardowy rodzaj płytek o średnicy 140 mm posiada wysokość 20 mm.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż miał na myśli Płytki Petriego o średnicy 140 mm i wysokości 20 mm.

Pytanie nr 2

„Część 7 pozycja 7 Czy Zamawiający może podać numer katalogowy wzorcowego produktu? Ułatwi to dobór produktu oraz przygotowanie wyceny, ponieważ cylindry miarowe dla zasady są wzorcowane na wlew „In”.”

Odpowiedź:

Przykładowy numer katalogowy produktu: 1634AM/250. Zamawiający rezygnuje w opisie przedmiotu zamówienia z wymogu wzorcowania na wylew (EX) i wyraża zgodę na cylindry miarowe 250 ml wzorcowane na wlew „In”.

Pytanie nr 3

„Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie: - dotyczy części nr 18 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów z 7- miesięcznym terminem ważności?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zakup kolumnenek z siedmiomiesięcznym terminem ważności.

Pytanie nr 4

„Szanowni Państwo, Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert w celu zwiększenia konkurencyjności i możliwości zaproponowania bardziej atrakcyjnej cen?”

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert.

Pytanie nr 5

„Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie dokumentacji z kartami produktowymi zaproponowanego asortymentu w późniejszym terminie?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie dokumentacji z kartami produktowymi w późniejszym terminie. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego do wszystkich zadań należy dołączyć dla każdego oferowanego produktu kartę katalogową produktu lub wyciąg z katalogu producenta. Jednocześnie informuję, że Zamawiający dopuszcza przesłanie odnośnika do katalogu dostępnego publicznie w Internecie.

W konsekwencji Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Prosimy o złożenie oferty **do dnia 03.10.2023 r. do godz. 10:00**, należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej – strony <https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz>.

Z upoważnienia
Dyrektora Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
(podpis nieczytelny)
Sylwia DERDA

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/>,
2. a/a.