

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### ZADANIE NR 6. – SPRZĘT DO STERYLIZACJI I LABORATORYJNY MEDYCZNY

Poz.	Nazwa sprzętu	ilość
6.1.	Wanna do mycia zwierząt z pistoletem myjącym, dezynfektorem i suszarką dwubiegową	2
6.2.	Szafa na endsokopy	1
6.3.	Myjnia endoskopów	1
6.4.	Myjnia dezynfektor	1
6.5.	Sterylizator stołowy	2
6.6.	Sterylizator parowy	1
6.7.	Zgrzewarka rotacyjna do zgrzewu ciągłego	1
6.8.	Odcinarka rękawów papierowo-foliowych	1
6.9.	Myjnia ultradźwiękowa	1
6.10.	Analizator hematologiczny	1
6.11.	Stacja komputerowa do laboratoriów z oprogramowaniem	1
6.12.	Analizator biochemiczny	1
6.13.	Analizator do diagnostyki zaburzeń krzepnięcia	1
6.14.	Analizator do gazometrii	1
6.15.	Analizator chemiczny	1

Parametr wymagania	Wymagania Zamawiającego
Instalacja /uruchomienie	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Dla poz.:</b> 6.2. – nie wymagane,</li> <li>– <b>Dla poz.:</b> 6.1. i od 6.3. do 6.15. – wymagana/wymagane, zgodnie z zakresem podanym w wymaganiach ogólnych.</li> </ul>
Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że przy odbiorze końcowym sprzętu dostarczy licencję oprogramowania (rodzaj)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Poz. nr 6.1 - do poz. nr 6.6. – nie dotyczy</li> <li>– <b>Poz. nr 6.7.:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oprogramowanie do dokumentacji licencja bezterminowa, niewyłączna, jednostanowiskowa, dostarczone na nośniku elektronicznym,</li> <li>• oprogramowanie zostanie zainstalowane przez Wykonawcę na wskazanym przez zamawiającego komputerze.</li> </ul> </li> <li>– Poz. nr 6.8. – do poz. nr 6.10. - nie dotyczy</li> <li>– <b>Poz. nr 6.11.:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oprogramowanie stacji komputerowej do laboratoriów do obróbki i przechowywania wyników zbieranych z urządzeń, licencja bezterminowa, niewyłączna, jednostanowiskowa, dostarczone na nośniku elektronicznym</li> <li>• system operacyjny stacji komputera stacjonarnego, licencja bezterminowa, niewyłączna na jedno stanowisko z kluczem w postaci kodu cyfrowego,</li> <li>• oprogramowanie stacji komputerowej do laboratoriów i system operacyjny będą zainstalowane na dostarczonym komputerze stacjonarnym,</li> </ul> </li> <li>– Poz. nr 6.12. – do poz. nr 6.15. – nie dotyczy</li> </ul>
Język oprogramowania	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Poz. nr 6.1 - do poz. nr 6.6. – nie dotyczy</li> <li>– <b>Poz. nr 6.7. - język polski</b></li> <li>– Poz. nr 6.8. – do poz. nr 6.10. - nie dotyczy</li> <li>– <b>Poz. nr 6.11. – język polski</b></li> <li>– Poz. nr 6.12. – do poz. nr 6.15. – nie dotyczy</li> </ul>
Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że przy odbiorze końcowym sprzętu dostarczy instrukcję obsługi oprogramowania w języku	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Poz. nr 6.1 - do poz. nr 6.6. – nie dotyczy</li> <li>– <b>Poz. nr 6.7. - język polski</b></li> <li>– Poz. nr 6.8. – do poz. nr 6.10. - nie dotyczy</li> <li>– <b>Poz. nr 6.11. – język polski</b></li> <li>– Poz. nr 6.12. – do poz. nr 6.15. – nie dotyczy</li> </ul>
Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że przy odbiorze końcowym	Poz. nr 6.1. – poz. nr 6.15. - w języku polskim

<b>sprzętu dostarczy instrukcję obsługi sprzętu w języku</b>	
<b>Szkolenie</b> - w języku polskim z zakresu obsługi, działania i konserwacji po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu sprzętu ( <i>jeśli wymagane</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Poz. nr 6.1.</b> - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarową</li> <li>– Poz. nr 6.2. – nie wymagane,</li> <li>– <b>Poz. nr 6.3.</b> – dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarową</li> <li>– <b>Poz. nr 6.4.</b> - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarową</li> <li>– <b>Poz. nr 6.5.</b> - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarową</li> <li>– <b>Poz. nr 6.6.</b> - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarową</li> <li>– <b>Poz. nr 6.7.</b> - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarową</li> <li>– <b>Poz. nr 6.8.</b> - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarową,</li> <li>– <b>Poz. nr 6.9.</b> - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarową,</li> <li>– <b>Poz. nr 6.10.</b> - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarową</li> <li>– <b>Poz. nr 6.11.</b> - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarową</li> <li>– <b>Poz. nr 6.12.</b> - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarową</li> <li>– <b>Poz. nr 6.13.</b> - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarową</li> <li>– <b>Poz. nr 6.14.</b> - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarową,</li> <li>– <b>Poz. nr 6.15.</b> - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarową</li> </ul>
<b>Minimalny termin gwarancji</b> - dla każdego sprzętu/urządzenia zawartego w zadaniu	12 miesięcy od daty instalacji, uruchomienia i podpisania protokołu końcowego
<b>Serwis gwarancyjny (od zgłoszenia)</b> - dla każdego sprzętu/urządzenia zawartego w zadaniu	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Max. czas reakcji na zgłoszoną usterkę : 4 godziny robocze</li> <li>– Max. czas naprawy: 14 dni roboczych</li> </ul>
<b>Przegląd okresowy/gwarancyjny</b>	<p><b><u>Wymagane dla poz. : od nr 6.2. - do nr 6.15.:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Przeglądy okresowe z częstotliwością zalecaną przez producenta sprzętu.</li> <li>– Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą mailową lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia przeglądu okresowego.</li> <li>– Przeprowadzenie przeglądu okresowego zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnianych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy</li> <li>– <b><u>Dodatkowo:</u></b> Wykonawca złoży do oferty oświadczenie, że zobowiązuje się do przeprowadzenia końcowego przeglądu gwarancyjnego na miesiąc przed upływem obowiązywania gwarancji. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termin przeglądu zostanie ustalony mailowo lub telefonicznie z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy.</li> <li>• Wykonawca poda dane kontaktowe osoby do kontaktu w sprawie przeprowadzenia przeglądu okresowego (imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Wymagania dot. sprzętu medycznego</b>	<p><b><u>Wymagane dla poz. nr: od nr 6.2. - do nr 6.6. i nr 6.9.:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 7.04.2022 r o wyrobach medycznych, Wykonawca do oferty dołączy: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) certyfikat CE wystawiony z udziałem jednostki notyfikowanej,</li> <li>b) Deklaracja Zgodności.</li> <li>c) dokument potwierdzający zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce stwierdzający zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r.</li> </ol> </li> <li>2) W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie podlega rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wykonawca złoży oświadczenie do oferty o braku obowiązku rejestracji wyrobu wraz ze wskazaniem, której części (zadania) dotyczy oraz</li> </ol>



	podaje podstawę prawną.
<b>W przypadku zaznaczenia w parametrach technicznych, że zaoferowany autoklaw/sterylizator wymaga zgłoszenia do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego</b>	<b>Wymagania do poz. nr 6.5. i nr 6.6.:</b> Wykonawca złoży oświadczenie do oferty, że wraz z dostawą autoklawu/ sterylizatora dostarczy dokumenty (w 2 egzemplarzach) do rejestracji w UDT, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (t.j. Dz. U. 2021, poz. 272 i 2269) i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 68) w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu
<b>Dodatkowe wymagania serwisowe dotyczące sprzętu komputerowego</b>	<b>Wymagane dla poz. 6.11.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności wszelkich danych uzyskanych w trakcie wykonywania czynności serwisowych.</li><li>– wykonawcy nie wolno wykonywać żadnych kopii dysków twardych lub danych częściowych w trakcie wykonywania naprawy,</li><li>– części wymienione, zużyte pozostające po naprawie, pozostają w dyspozycji zamawiającego,</li><li>– w przypadku awarii dysków twardych wykonawca zobowiązany jest do wymiany dysków na wolne od wad. Uszkodzony dysk pozostaje u zamawiającego.</li></ul>