

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 5. – SPRZĘT REHABILITACJI

Poz.	Nazwa sprzętu	ilość
5.1.	Bieżnia wodna	1
5.2.	Bieżnia sucha	1
5.3.	Ultradźwięki terapeutyczne	1
5.4.	Elektrostymulator urządzenie ultradźwięki, laser	1
5.5.	Elektrostymulator urządzenie NMES	1
5.6.	Urządzenie do terapii falą uderzeniową	1
5.7.	Piłki i dyski rehabilitacyjne zestaw	1
5.8.	Pole magnetyczne	1
5.9.	Lampa biopron	1
5.10.	Zestaw taśm terapeutycznych	1
5.11.	Wałki terapeutyczne zestaw	1
5.12.	Materac terapeutyczny	1

Parametr wymagania	Wymagania Zamawiającego
Instalacja /uruchomienie	<ul style="list-style-type: none"> Dla poz. nr.: 5.7.; 5.10.; 5.11.; 5.12. – nie wymagane, Dla poz. nr: od 5.1. do 5.6., oraz 5.8. i 5.9. - wymagana/wymagane, zgodnie z zakresem podanym w wymaganiach ogólnych
Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że przy odbiorze końcowym sprzętu dostarczy licencję oprogramowania (rodzaj)	<ul style="list-style-type: none"> Poz. nr 5.1. – nie dotyczy Poz. nr 5.2.: <ul style="list-style-type: none"> Oprogramowanie do obsługi bieżni suchej, licencja bezterminowa, niewyłączna, jedno stanowiskowa, dostarczone na nośniku elektronicznym, system operacyjny zestawu komputerowego (stacji roboczej) , licencja bezterminowa, niewyłączna na jedno stanowisko z kluczem w postaci kodu cyfrowego. wymagane oprogramowania będą zainstalowane na dostarczonym zestawie komputerowym (stacji robocze) Poz. nr 5.3. – do poz. nr 5.12. nie dotyczy
Język oprogramowania	<ul style="list-style-type: none"> Poz. nr 5.1. – nie dotyczy Poz. nr 5.2. – język polski Poz. nr 5.3. – do poz. nr 5.12. nie dotyczy
Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że przy odbiorze końcowym sprzętu dostarczy instrukcję obsługi oprogramowania w języku	<ul style="list-style-type: none"> Poz. nr 5.1. – nie dotyczy Poz. nr 5.2. – język polski Poz. nr 5.3. – do poz. nr 5.12. nie dotyczy
Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że przy odbiorze końcowym sprzętu dostarczy instrukcję obsługi sprzętu w języku	<p>Dla poz. od nr 5.1. do nr 5.6., oraz 5.8. i 5.9. - wymagana w języku polskim</p> <p>Dla poz. nr.: 5.7.; 5.10.; 5.11.; 5.12. – nie wymagane</p>
Szkolenie - w języku polskim z zakresu obsługi, działania i konserwacji po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu sprzętu (jeśli wymagane)	<ul style="list-style-type: none"> Poz. nr 5.1. - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarowe, Poz. nr 5.2. - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarowe, Poz. nr 5.3. - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarowe, Poz. nr 5.4. - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarowe, Poz. nr 5.5. - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarowe,

	<ul style="list-style-type: none"> – Poz. nr 5.6. - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarowe, – Poz. nr 5.7. - niewymagane – Poz. nr 5.8. - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarowe, – Poz. nr 5.9. - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarowe, – Poz. nr 5.10. – do poz. 5.12. - niewymagane,
Minimalny termin gwarancji - dla każdego sprzętu/urządzenia zawartego w zadaniu	12 miesięcy od daty instalacji, uruchomienia i podpisania protokołu końcowego
Serwis gwarancyjny (od zgłoszenia) - dla każdego sprzętu/urządzenia zawartego w zadaniu	<ul style="list-style-type: none"> – Max. czas reakcji na zgłoszoną usterkę : 4 godziny robocze – Max. czas naprawy: 14 dni roboczych
Przegląd okresowy/gwarancyjny	<p>Wymagany dla pozycji: nr 5.1. – bieżnia wodna:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Przeglądy okresowe z częstotliwością zalecaną przez producenta sprzętu. – Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą mailową lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia przeglądu okresowego. – Przeprowadzenie przeglądu okresowego zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnianych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy – <u>Dodatkowo:</u> Wykonawca złoży do oferty oświadczenie, że zobowiązuje się do przeprowadzenia końcowego przeglądu gwarancyjnego na miesiąc przed upływem obowiązywania gwarancji. <ul style="list-style-type: none"> • Termin przeglądu zostanie ustalony mailowo lub telefonicznie z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy. • Wykonawca poda dane kontaktowe osoby do kontaktu w sprawie przeprowadzenia przeglądu okresowego (imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy)
Wymagania dot. sprzętu medycznego	Nie dotyczy
Dodatkowe wymagania serwisowe dotyczące sprzętu komputerowego	<p>Wymagane dla poz. 5.2. :</p> <ul style="list-style-type: none"> – wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności wszelkich danych uzyskanych w trakcie wykonywania czynności serwisowych. – wykonawcy nie wolno wykonywać żadnych kopii dysków twardych lub danych cząstkowych w trakcie wykonywania naprawy, – części wymienione, zużyte pozostające po naprawie, pozostają w dyspozycji zamawiającego, – w przypadku awarii dysków twardych wykonawca zobowiązany jest do wymiany dysków na wolne od wad. Uszkodzony dysk pozostaje u zamawiającego.