



SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 2. - SPRZĘT RTG

Poz.	Nazwa sprzętu	ilość
2.1.	Negatoskop jednoklatkowy	4
2.2.	RTG stomatologiczny ścienny	1
2.3.	Fartuch ochronny RTG	6
2.4.	Ochrona tarczycy	6
2.5.	Okulary ochronne	8
2.6.	Wieszak na fartuchy RTG	2
2.7.	Rękawice RTG	1
2.8.	Cyfry i litery z ołowiu zestaw	1
2.9.	Pozycjonery kolebkowe zestaw	1
2.10.	Walki do pozycjonowania zestaw	1
2.11.	Zestaw pasów do pozycjonowania pacjenta	1
2.12.	Drukarka do zdjęć RTG cyfrowych	1
2.13.	Negatoskop LED naścienny	2
2.14.	Aparat RTG z ramieniem C	1

Parametr wymagania	Wymagania Zamawiającego
Instalacja /uruchomienie	<ul style="list-style-type: none">– Dla poz. nr.: 2.1. i od nr 2.3. do nr 2.11. i nr 2.13 – nie wymagane,– Dla poz. nr.: 2.2.; 2.12.; i nr 2.14. - wymagana/ne, zgodnie z zakresem podanym w wymaganiach ogólnych
Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że przy odbiorze końcowym sprzętu dostarczy licencję oprogramowania (rodzaj)	<ul style="list-style-type: none">– Poz. nr 2.1. – nie dotyczy– Poz. nr 2.2.:<ul style="list-style-type: none">• oprogramowanie do obróbki uzyskanego badania i archiwizacji, licencja bezterminowa, niewyłączna, jedno stanowiskowa, dostarczone na nośniku elektronicznym,• system operacyjny jednostki sterującej udzielona zostaje licencja bezterminowa, niewyłączna na jedno stanowisko z kluczem w postaci kodu cyfrowego• oprogramowanie do obróbki uzyskanego badania i archiwizacji i system operacyjny będą zainstalowane na dostarczonej stacji sterującej (zestawie komputerowym)– Poz. nr 2.3.. – do poz. nr 2.14. - nie dotyczy
Język oprogramowania	<ul style="list-style-type: none">– Poz. nr 2.1. – nie dotyczy– Poz. nr 2.2. – język polski– Poz. nr 2.3.. do poz. nr 2.14. – nie dotyczy
Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że przy odbiorze końcowym sprzętu dostarczy instrukcję obsługi oprogramowania w języku	<ul style="list-style-type: none">– Poz. nr 2.1. – nie dotyczy– Poz. nr 2.2.. – w języku polskim– Poz. nr 2.3.. do poz. nr 2.14. – nie dotyczy
Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że przy odbiorze końcowym sprzętu dostarczy instrukcję obsługi sprzętu w języku	Poz. nr 2.1. – poz. nr 2.14.. - w języku polskim
Szkolenie - w języku polskim z zakresu obsługi, działania i konserwacji po odbiorze końcowym,	<ul style="list-style-type: none">– Poz. nr 2.1. – nie wymagane– Poz. nr 2.2. – dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 2 godziny zegarowe,– Poz. nr 2.3. – do poz. 2.11. – nie wymagane

instalacji i uruchomieniu sprzętu (jeśli wymagane)	<ul style="list-style-type: none"> – Poz. nr 2.12. - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 2 godziny zegarowe, – Poz. nr 2.13. – niewymagane – Poz. nr 2.14. - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 2 godziny zegarowe
Minimalny termin gwarancji - dla każdego sprzętu/urządzenia zawartego w zadaniu	12 miesięcy od daty instalacji, uruchomienia i podpisania protokołu końcowego
Serwis gwarancyjny (od zgłoszenia) - dla każdego sprzętu/urządzenia zawartego w zadaniu	<ul style="list-style-type: none"> – Max. czas reakcji na zgłoszoną usterkę : 4 godziny robocze – Max. czas naprawy: 14 dni roboczych
Przegląd okresowy/ gwarancyjny - wymagania dla Wykonawcy	<p>Wymagane dla pozycji: nr 2.2. – RTG stomatologiczny ścienny,/ nr 2.12. – drukarka do zdjęć RTG cyfrowych, / nr 2.14. – aparat RTG z ramieniem C :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Przeglądy okresowe z częstotliwością zalecaną przez producenta sprzętu. – Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą mailową lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia przeglądu okresowego. – Przeprowadzenie przeglądu okresowego zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnianych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy – Dodatkowo: Wykonawca złoży do oferty oświadczenie, że zobowiązuje się do przeprowadzenia końcowego przeglądu gwarancyjnego na miesiąc przed upływem obowiązywania gwarancji. <ul style="list-style-type: none"> • Termin przeglądu zostanie ustalony mailowo lub telefonicznie z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy. • Wykonawca poda dane kontaktowe osoby do kontaktu w sprawie przeprowadzenia przeglądu okresowego (imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy)
Wymagania dot. sprzętu medycznego	<p>Wymagane;</p> <ul style="list-style-type: none"> – dla poz. nr 2.2. – RTG stomatologiczny ścienny, – dla poz. nr 2.14. – aparat RTG z ramieniem C <ol style="list-style-type: none"> 1) W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 7.04.2022 r o wyrobach medycznych, Wykonawca do oferty dołączy:: <ol style="list-style-type: none"> a) certyfikat CE wystawiony z udziałem jednostki notyfikowanej, b) Deklaracja Zgodności. a) dokument potwierdzających zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce stwierdzający zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. 2) W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie podlega rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wykonawca złoży oświadczenie do oferty o braku obowiązku rejestracji wyrobu wraz ze wskazaniem, której części (zadania) dotyczy oraz poda podstawę prawną.
Dodatkowe wymagania serwisowe dotyczące sprzętu komputerowego	<p>Wymagane dla poz. 2.2.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności wszelkich danych uzyskanych w trakcie wykonywania czynności serwisowych. – wykonawcy nie wolno wykonywać żadnych kopii dysków twardych lub danych cząstkowych w trakcie wykonywania naprawy, – części wymienione, zużyte pozostające po naprawie, pozostają w dyspozycji zamawiającego, – w przypadku awarii dysków twardych wykonawca zobowiązany jest do wymiany dysków na wolne od wad. Uszkodzony dysk pozostaje u zamawiającego