

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 3. – SPRZĘT OPERACYJNY

Poz.	Nazwa sprzętu	ilość
3.1.	Zestaw podstawowych narzędzi chirurgicznych z kontenerami	1
3.2.	Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa	6
3.3.	Wiertarka chirurgiczna- zestaw	2
3.4.	Defibrylator	1
3.5.	Aparat do znieczulania ogólnego	2
3.6.	Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych	3
3.7.	Lampa operacyjna	2
3.8.	Kolumna chirurgiczna	2
3.9.	Diatermia chirurgiczna	2
3.10.	Stół operacyjny weterynaryjny	1
3.11.	Stół operacyjny weterynaryjny	1
3.12.	Zestaw do endoskopii giętkiej	1

Parametr wymagania	Wymagania Zamawiającego
Instalacja /uruchomienie	<ul style="list-style-type: none"> – Dla poz. nr.: 3.1. – nie wymagane, – Dla poz. nr: od nr 3.2. do nr 3.12. - wymagana/ne, zgodnie z zakresem podanym w wymaganiach ogólnych
Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że przy odbiorze końcowym sprzętu dostarczy licencję oprogramowania (rodzaj)	<ul style="list-style-type: none"> – Poz. nr 3.1. – do 3.11. - nie dotyczy – Poz. nr 3.12: <ul style="list-style-type: none"> • oprogramowanie obsługujące i umożliwiające archiwizację obrazów w postaci zdjęć i filmów, oraz ich transfer na urządzenia zewnętrzne, licencja bezterminowa, niewyłączna, jedno stanowiskowa, dostarczone na nośniku elektronicznym, • system operacyjny zestawu komputerowego (stacji roboczej) udzielona zostaje licencja bezterminowa, niewyłączna na jedno stanowisko z kluczem w postaci kodu cyfrowego. • wymagane oprogramowania będą zainstalowane na dostarczonym zestawie komputerowym (stacji robocze)
Język oprogramowania	<ul style="list-style-type: none"> – Poz. nr 3.1. – do 3.11 - nie dotyczy – Poz. nr 3.12. – język polski
Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że przy odbiorze końcowym sprzętu dostarczy instrukcję obsługi oprogramowania w języku	<ul style="list-style-type: none"> – Poz. nr 3.1. – do 3.11. - nie dotyczy – Poz. nr 3.12. – język polski
Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że przy odbiorze końcowym sprzętu dostarczy instrukcję obsługi sprzętu w języku	<p>Poz. nr 3.1. – poz. nr 3.12. - w języku polskim</p>

<p>Szkolenie - w języku polskim z zakresu obsługi, działania i konserwacji po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu sprzętu (<i>jeśli wymagane</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Poz. nr 3.1. – dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, przez 2 godziny zegarowe, – Poz. nr 3.2. – dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarowe, – Poz. nr 3.3. – dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 2 godziny zegarowe, – Poz. nr 3.4. - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarowe, – Poz. nr 3.5. - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarowe, – Poz. nr 3.6. - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarowe, – Poz. nr 3.7. - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarowe, – Poz. nr 3.8. - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarowe, – Poz. nr 3.9. - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarowe, – Poz. nr 3.10. - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarowe, – Poz. nr 3.11. - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarowe, – Poz. nr 3.12. - dla 2 pracowników zamawiającego po odbiorze końcowym, instalacji i uruchomieniu przez 1 godzinę zegarowe
<p>Minimalny termin gwarancji - dla każdego sprzętu/urządzenia zawartego w zadaniu</p>	<p>12 miesięcy od daty instalacji, uruchomienia i podpisania protokołu końcowego</p>
<p>Serwis gwarancyjny (od zgłoszenia)- dla każdego sprzętu/ urządzenia zawartego w zadaniu</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Max. czas reakcji na zgłoszoną usterkę : 4 godziny robocze – Max. czas naprawy: 14 dni roboczych
<p>Przegląd okresowy/ gwarancyjny</p>	<p>Wymagane dla pozycji: od nr 3.2. do nr 3.12.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Przeglądy okresowe z częstotliwością zalecaną przez producenta sprzętu. – Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą mailową lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia przeglądu okresowego. – Przeprowadzenie przeglądu okresowego zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnianych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy – Dodatkowo: Wykonawca złoży do oferty oświadczenie, że zobowiązuje się do przeprowadzenia końcowego przeglądu gwarancyjnego na miesiąc przed upływem obowiązywania gwarancji. <ul style="list-style-type: none"> • Termin przeglądu zostanie ustalony mailowo lub telefonicznie z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy. • Wykonawca poda dane kontaktowe osoby do kontaktu w sprawie przeprowadzenia przeglądu okresowego (imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy)
<p>Wymagania dot. sprzętu medycznego</p>	<p>Wymagane do całego zadania nr 3 (poz. 3.1. – 3.12.):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 7.04.2022 r o wyrobach medycznych, Wykonawca do oferty dołączy: <ol style="list-style-type: none"> a) certyfikat CE wystawiony z udziałem jednostki notyfikowanej, b) Deklaracja Zgodności. a) dokument potwierdzający zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce stwierdzający zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. 2) W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie podlega rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wykonawca złoży oświadczenie do oferty o braku obowiązku rejestracji wyrobu wraz ze wskazaniem, której części (zadania) dotyczy oraz poda podstawę prawną.
<p>Dodatkowe wymagania serwisowe dotyczące sprzętu komputerowego</p>	<p>Wymagane dla poz. 3.12. :</p> <ul style="list-style-type: none"> – wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności wszelkich danych uzyskanych w trakcie wykonywania czynności serwisowych. – wykonawcy nie wolno wykonywać żadnych kopii dysków twardych lub danych cząstkowych w trakcie wykonywania naprawy, – części wymienione, zużyte pozostające po naprawie, pozostają w dyspozycji zamawiającego,



	– w przypadku awarii dysków twardych wykonawca zobowiązany jest do wymiany dysków na wolne od wad. Uszkodzony dysk pozostaje u zamawiającego.
--	---