

EZP/726/20

Wrocław, 11.09.2020r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 202 pakiety; postępowanie znak: ZP/PN/40/20/LNP/JG.

W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ w przetargu nr ZP/PN/40/20/LNP/JG, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm. *zwaną dalej ustawą*) odpowiada:

Pytanie 1 - Pakiet 178 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradeł o gramaturze min. 20 g/m², wymiary 160 x 210 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 2 - Pakiet 178 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 3 - Pakiet 192 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o grubości 0,018 mm, wymiary 75 x 125 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 37 poz. 2 igły do punkcji mostka i talerza biodrowego z regulowaną długością wkłucia w zakresie 30-50-70 mm z dodatkowym zdejmowalnym uchwytem typu motylkowego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 50 poz. 1 igły półautomatycznej typu tru-cut w rozmiarze 16G i 18G, dł. 200 mm z możliwością ustawienia pobieranego wycinka na 10 mm i 20 mm, zaopatrzonej w dodatkową igłę prowadzącą typu trokar.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 6 - Pakiet 97

Prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu i utworzenie w osobny zestaw

8.	Śliniaki higieniczne do ochrony podczas karmienia, posiadają kieszonkę ochronną, wykonane z laminatu (bibuła, folia, klej). Długość całkowita 600mm +/-10mm, szerokość całkowita 400mm +/-10mm.	szt.	2000
9.	Myjki podfoliowane, jednorazowe.	szt.	13000

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 7 - Dotyczy: Załącznik nr 1 Arkusz asortymentowo-cenowy, pakiet nr 91, poz. 1., poz. 2

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga, aby informacja o braku ftalanów (DEHP) była potwierdzona w oryginalnej instrukcji obsługi materiałów eksploatacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby informacja o braku ftalanów (DEHP) była potwierdzona w oryginalnej instrukcji obsługi materiałów eksploatacyjnych.

Pytanie 8 - Dotyczy: Załącznik nr 1 Arkusz asortymentowo-cenowy, pakiet nr 91, poz. 1., poz. 2

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (...) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem” (Instrukcja obsługi wersja: R13.2/2018-09 Rozdział 4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego.

Pytanie 9 - Dotyczy: Załącznik nr 1 Arkusz asortymentowo-cenowy, pakiet nr 91, poz. 1., poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały zużywalne były w pełni kompatybilne z urządzeniem CT Motion, a ponadto że nie spowodują usterek w urządzeniu ani nie będą powodem jego uszkodzenia oraz są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 - Dotyczy: Załącznik nr 1 Arkusz asortymentowo-cenowy, pakiet nr 91, poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wężyk pompy mógł pozostać zainstalowany w wstrzykiwaczy CT Motion przez 24 godziny niezależnie od ilości przebytych iniekcji.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby wężyk pompy mógł pozostać zainstalowany we wstrzykiwaczach CT Motion przez 24 godziny niezależnie od ilości przebytych iniekcji.

Pytanie 11 - Dotyczy: Załącznik nr 1 Arkusz asortymentowo-cenowy, pakiet nr 91, poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o długości 250 cm wynosiła dokładnie 12,5ml i była potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w oryginalnej instrukcji obsługi wężyka. Mniejsza średnica niż zalecana przez producenta wstrzykiwacza może powodować większe ciśnienie w systemie podczas podawania środków kontrastowych. Skutkuje to niezamierzonym wystąpieniem nadciśnienia w systemie wężyków co oznacza regulację przepływu przez wstrzykiwacz. Wstrzykiwacz zmniejsza prędkość przepływu, aby utrzymać ciśnienie w wartościach granicznych. Może to prowadzić do obniżenia jakości badania, a w szczególności badań angio, gdzie występują duże prędkości podawania kontrastu. Inna pojemność wężyka niż 12,5ml może prowadzić do niepełnego napełnienia wężyka i pozostawienia w nim nieznannej objętości powietrza. W efekcie może prowadzić to do niezamierzonej iniekcji powietrza do pacjenta podczas badania.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o długości 250 cm wynosiła dokładnie 12,5ml i była potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w oryginalnej instrukcji obsługi wężyka.

Pytanie 12 - Dotyczy: Załącznik nr 1 Arkusz asortymentowo-cenowy, pakiet nr 91, poz. 1

Prosimy o potwierdzenia, że Zamawiający wymaga, aby pojemność wężyka pompy wynosiła dokładnie 19,5ml i była potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w oryginalnej instrukcji obsługi wężyka.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby pojemność wężyka pompy wynosiła dokładnie 19,5ml i była potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w oryginalnej instrukcji obsługi wężyka.

Pytanie 13 - Pakiet 55, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczek w opakowaniu folia-papier.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 14 - Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15 - Dotyczy pakietu 102:

W związku z tym, że aplikatory do podawania leku Lidocaina nie są wyrobem medycznym a środkiem technicznym służącym do podawania leku Lidocaina zwracamy się z prośbą o wykreślenie konieczności składania dokumentów zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w przypadku pakietu nr 102.

Odpowiedź:

Zamawiający, w punkcie 6.2.8. SIWZ wprowadza zapis o następującej treści: „Jeżeli dany wyrób medyczny nie podlega wpisowi do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania, należy załączyć oświadczenie z uzasadnieniem, dlaczego wpisowi nie podlega.”

Pytanie 16 - Pakiet 64 Pozycja 4

Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 17 - Pakiet 64 Pozycje 1,4

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów w pakiecie 64, wydzieli pozycje 1,4 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 18

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19 - Dotyczy Pakietu 194

Czy Zamawiający dopuści Roztwór do stosowania w prewencji zakażeń ostrych i przewlekłych.

Wyrób medyczny klasy IIB, gotowy roztwór wodny kwasu podchloraowego 40 ppm i podchlorynu sodu 40 ppm (żel - 60 ppm i 60 ppm) do płukania pola operacyjnego w trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych. Do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, więzadeł i kości oraz płukania wszystkich jam ciała, m.in. jama otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy. Roztwór służący do płukania wyeksponowanych elementów układu nerwowego oraz śluzówki oka, do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych i zakażonych, oparzeń, owrzodzeń popromiennych; do płukania pochwy i sromu przed i w trakcie zabiegów chirurgicznych. Produkt nie wymagający wypłukiwania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Nietoksyczny, nie drażniący tkanek; wspomaga fizjologiczny proces gojenia ran. Niwelujący nieprzyjemny zapach z ran. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. Szeroki zakres działania bakterio, grzybo- i wirusobójczego potwierdzony testami. Butelka nieprzezroczysta o pojemności: 990 ml (NPWT) - opcja podłączenia do terapii podciśnieniowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 20 - Pakiet nr 196

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnego wosku kostnego o gramaturze 2,5 g pakowanego w pojedyncza saszetkę.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 21 - Pakiet nr 196

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania zbiorczego 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 22 - PAKIET 3 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 55 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 23 - PAKIET 3 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 20G (1,1 mm)-dł. 45 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 24 - PAKIET 3 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wykonane z TPU?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 25 - PAKIET 3 pozycja 3

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 3 z PAKIETU 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 26 - PAKIET 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści równoważny bezigłowy przyrząd do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem oraz butelek, dwuświatłowy, przeznaczone do wielokrotnych aspiracji, wyposażone w hydrofobowy i lipofobowy filtr odpowietrzający (bakteryjny) 0,2µm z możliwością zamknięcia klapką, możliwość aktywacji 300 razy przez 96 godzin, nie wymagają stosowania koreczków zabezpieczających, pasują do standardowych złączy luer oraz luer-lock, w pełni szczelne i bezpieczne połączenie, możliwość stosowania z lekami cytostatycznymi, specjalne zakończenie kolca biorczego umożliwiające całkowite opróżnienie butelki/fiolki, płaska powierzchnia membrany, dezynfekcja membrany poprzez przetarcie gazikiem z alkoholem, bez lateksu, PCV oraz DEHP, sterylizowane tlenkiem etylenu, opakowanie papier-folia, objętość wypełnienia 0,10ml, przepływ 400-440ml/min, wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3bary=44psi, wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2bary=29psi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 27 - PAKIET 4 pozycja 1

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z PAKIETU 4 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 28 - PAKIET 20 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bez obrotowego złącza?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 29 - PAKIET 20 pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści dren o długości min. 210 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 30 - PAKIET 20 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren o długości min. 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 31 - PAKIET 20 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści dren o długości min. 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 32 - PAKIET 20 pozycje 10, 11

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 10, 11 z PAKIETU 20 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 33 - PAKIET 59 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 46 g, przestrzeń martwa 60 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 34 - PAKIET 59 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h₂O, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 35 - PAKIET 59 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny u skuteczności nawilżania 32 mg/l H₂O przy Vt 500 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 36 - PAKIET 59 pozycja 3

Czy zamawiający dopuści skuteczność nawilżania 24 mg/l H₂O przy Vt 500 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 37 - PAKIET 59 pozycja 4

Czy zamawiający dopuści skuteczność nawilżania 28 mg/l H₂O przy Vt 500 ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38 - PAKIET 60 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z materiału EVA, 2 rury karbowane o długości 180 m, 1 dodatkowa rura o długości 100 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 39 - PAKIET 60 pozycja 1

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z PAKIETU 60 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 40 - PAKIET 60 pozycja 6

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 6 z PAKIETU 60 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 41 - PAKIET 60 pozycja 7

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 7 z PAKIETU 60 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 42 - PAKIET 65 pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby opakowanie zawierało „kodowanie kolorystyczne rozmiaru”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 43 - PAKIET 65 pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na łyżce widoczna była nazwa producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 44 - PAKIET 65 pozycja 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na łyżce widoczne były wyraźne kodowanie kolorystyczne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 45 - PAKIET 65 pozycja 2

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 2 z PAKIETU 65 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 46 - PAKIET 77 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koc w rozmiarze 110 x 220 cm, na zewnątrz włóknina polipropylenowa, wewnątrz poliester?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 47 - PAKIET 79 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nadruk rozmiaru w co najmniej 2 miejscach na rurce?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 48 - PAKIET 79 pozycja 1

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z PAKIETU 79 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 49 - PAKIET 79 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści następujące rozmiary:

00 dł. 50 mm, 0 dł. 60 mm, 1 dł. 70 mm, 2 dł. 80 mm, 3 dł. 90 mm, 4 dł. 100 mm, 5 dł. 110 mm, 6 dł. 120 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 50 - PAKIET 79 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści następujące rozmiary:

000 dł. 40 mm, 00 dł. 50 mm, 0 dł. 60 mm, 1 dł. 70 mm, 2 dł. 80 mm, 3 dł. 90 mm, 4 dł. 100 mm, 5 dł. 110 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 51 - PAKIET 79 pozycja 7

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 7 z PAKIETU 79 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 52 - PAKIET 79 pozycja 10

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 10 z PAKIETU 79 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 53 - PAKIET 82 pozycje 1-2

Czy Zamawiający dopuści podziałkę co 2 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54 - PAKIET 82 pozycje 1-2

Czy Zamawiający dopuści rozmiary:

- śr. Zew. 3.3 – dł. 800 mm

- śr. Zew. 5.0 – dł. 80 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55 - PAKIET 82 pozycje 2

Czy Zamawiający dopuści pakowaną w ścisłe opakowanie typu papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 56 - PAKIET 82 pozycje 3

Czy Zamawiający dopuści wyłącznie rozmiar 5.0 i długość 700mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 57 - PAKIET 82 pozycje 4

Czy Zamawiający dopuści w rozmiarach:

- 3.3;

- 3.3;

- 4.7?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 58 - PAKIET 82 pozycje 4

Czy Zamawiający dopuści w rozmiarach:

- 2.0;

- 3.3;

- 4.7?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 59 - PAKIET 82 pozycje 1-4

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1-4 z PAKIETU 82 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 60 - PAKIET 83 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę krtaniową wykonaną z PVC, biokompatybilność, nietoksyczna, przezroczysta, mankiety uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie, rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego, oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza, wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych, różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych, posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia, kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny, sterylna, pakowana pojedynczo, rozmiary: 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 61 - PAKIET 84 pozycje 1-2

Czy Zamawiający dopuści równoważny zamknięty system do odsysania o poniższym opisie:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- Rozmiary 10/12/14/16 FR, długość 60 cm (intubacja) oraz 30 cm (tracheostomia)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 62 - PAKIET 90 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę z 2 otworami ssącymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 63 - PAKIET 97 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści myjki niepodfoliowane?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 64 - PAKIET 97 pozycja 9

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 9 z PAKIETU 97 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 65 - PAKIET 100 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści półwałek mały o wymiarach 48cm x 19cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 66 - PAKIET 100 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiarów +/-1cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 67 - PAKIET 141 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści równoważny kombinezon wykonany z ciągłych, ultracienkich włókien polietylenu o dużej gęstości, które tworzą jednolitą barierę ochronną. Materiał Tyvek®, z którego wykonany jest kombinezon, zapewnia komfort użytkowania, ponieważ przepuszcza powietrze i parę wodną a jednocześnie nie wchłania aerozoli oraz cieczy na bazie wody. Stanowi doskonałe połączenie ochrony, trwałości oraz komfortu. Tyvek prawie nie pyli, nie zawiera wypełniaczy, spoiw ani silikonu co minimalizuje zanieczyszczenie procesu.

Cechy / Właściwości:

- Trzyczęściowy kaptur z gumką, który idealnie dopasowuje się do ruchów głowy i maski twarzowej.
- Zamek błyskawiczny z blokadą wykonany z użyciem włókniny Tyvek. Większy suwak zamka pozwala na lepszy chwyt w rękawicy.
- Patka zakrywająca zamek błyskawiczny.
- Elastyczne wykończenie otworu kaptura, mankietów rękawów i nogawek (bez dodatku lateksu).
- Rękaw, który nie opada podczas unoszenia rąk.
- Gumka w talii zapewniająca dopasowanie kombinezonu do ciała.
- Obszerny klin w kroczu umożliwiający swobodne poruszanie się.
- Nowa, opatentowana technologia szwów dla zapewnienia wytrzymałości i szczelności.
- Dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej.

- Własności antystatyczne i niepyłące.
- Materiał: Włóknina Tyvek® L 1431 N, 41 g/m²
- Ochrona zgodna z kategorią III odzieży ochronnej:
 - Typ 5 - EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 - ochrona przed pyłami,
 - Typ 6 - EN 13034:2005 +A1 2009 (NOWA METODA BADANIA: EN ISO 17491-4:2008 metoda A)
 - ograniczona szczelność natryskowa
- Ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126
- Własności antystatyczne: zgodnie z normą EN 1149-5
- Ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN 1073-2 (bez zapewnienia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 68 - PAKIET 141 pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści gumki zamiast troczków?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 69 - PAKIET 144 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wymiaru otworu 21 x 26,5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 70 - PAKIET 144 pozycja 1

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z PAKIETU 144 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 71

Czy Zamawiający w Pakiecie 48 w pozycji 2 dopuści (stosowany przez Zamawiającego) bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdza i otrzewnej), bez możliwości stosowania do dróg żółciowych wg zaleceń producenta); spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 72

Czy Zamawiający w Pakiecie **48** odstąpi od wymogu dostarczenia próbki z racji na fakt, że Zamawiający stosuje opisane w pakiecie produkty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg.

Pytanie 73

Czy Zamawiający w **Pakiecie 49** dopuści sterylne zestawy do drenażu o składzie: zastawka przeciwwrotna (zastawka Heimlicha) zapobiegająca powrotowi odessanego płynu do pacjenta, zakończona obustronnie łącznikiem schodkowym umożliwiającym połączenie z workiem i drenem od pacjenta; worek o pojemności 2000 ml wyskalowany co 100 ml, z odpowietrznikiem i zaworem spustowym; dren łączący pomiędzy workiem, a zastawką o długości min. 50cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 74

Czy Zamawiający w Pakiecie **80** w pozycji 1 odstąpi od wymogu dostarczenia próbki z racji na fakt, że Zamawiający stosuje opisany produkt oraz, że próbka stanowi 5% ogólnego zapotrzebowania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg.

Pytanie 75

Czy Zamawiający w Pakiecie **81** w pozycji 2 odstąpi od wymogu dostarczenia próbki z racji na fakt, że Zamawiający stosuje opisany produkt.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pytanie 76

Czy Zamawiający w Pakiecie **84** w pozycji **1** dopuści zamknięty jednoświatłowy system do odsysania, tchawiczoskrzelowy, rozmiary: 10, 12, 14 i 16 CH, czas użytkowania systemu do 72 godzin, o składzie: cewnik o długości **570** mm, termoplastyczny, miękki (jednocześnie wytrzymały, o sztywności zapewniającej efektywne odsysanie, jak i komfort pacjenta), zakończony atraumatycznie, z dwoma otworami po przeciwnych stronach, ze znacznikiem na 5 cm pozwalającym na jego właściwe umiejscowienie podczas przepłukiwania; cewnik skalowany co 2 cm; kanał irygacyjny do płukania umiejscowiony na przezroczystym łączniku „T”; suwak zaworu sterującego ssaniem z obrotową blokadą przypadkowego użycia, pozwalający na precyzyjne odsysanie; wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru cewnika.

W zestawie: łącznik obrotowy, łącznik typu „martwa przestrzeń”, zamykany port do podawania leków wziewnych w aerozolu (port MDI), klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15 mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia w języku polskim. Zestaw sterylne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 77

Czy Zamawiający w Pakiecie **84** w pozycji **2** dopuści zamknięty jednoświatłowy system do odsysania, tchawiczoskrzelowy, rozmiary: 10, 12, 14 i 16 CH, czas użytkowania systemu do 72 godzin, o składzie: cewnik o długości **300** mm, termoplastyczny, miękki (jednocześnie wytrzymały, o sztywności zapewniającej efektywne odsysanie, jak i komfort pacjenta), zakończony atraumatycznie, z dwoma otworami po przeciwnych stronach, ze znacznikiem na 5 cm pozwalającym na jego właściwe umiejscowienie podczas przepłukiwania; cewnik skalowany co 2 cm; kanał irygacyjny do płukania umiejscowiony na przezroczystym łączniku „T”; suwak zaworu sterującego ssaniem z obrotową blokadą przypadkowego użycia, pozwalający na precyzyjne odsysanie; wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru cewnika.

W zestawie: łącznik obrotowy, łącznik typu „martwa przestrzeń”, zamykany port do podawania leków wziewnych w aerozolu (port MDI), klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15 mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia w języku polskim. Zestaw sterylny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 78 - Ad pakiet 1

Ze względu na fakt, że na rynku aktualnie dostępne są wkłady workowe dostarczane w formie całkowicie rozprężonej lub tylko częściowo sprasowanej, celem jest określenie oczekiwań Zamawiającego co do parametrów oferowanych wkładów i możliwości ich magazynowania w magazynie medycznym i na oddziałach. Prosimy zatem o określenie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz. 2 i 4 wkładów workowych dostarczanych w formie całkowicie sprasowanej (kompaktowej) zajmujących mało miejsca w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź:

Zamawiający preferuje dostarczanie wkładów workowych w formie sprasowanej.

Pytanie 79 - Ad pakiet 183

Wnosimy o umożliwienie zaoferowania w poz.1 równoważnych odciągów chirurgicznych o długości 40cm i średnicy 1,5 mm , pozostałe parametry jak w SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 80 – Ad pakiet 183

Wnosimy o umożliwienie zaoferowania w poz.2 równoważnych odciągów chirurgicznych o długości 75cm i średnicy 2,4 mm , pozostałe parametry jak w SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 81 - Ad pakiet 151

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w tym pakiecie instrumentu laparoskopowego ssąco-płuczącego z przezroczystą rękojeścią i drenem rozgałęzionym na dwa- zakończone grotem, posiadającego 2 przyciski oznaczone kolorystycznie oraz literowo: ssanie (Suction) w kolorze białym i płukanie (irrigation) w kolorze granatowym (proksymalnie umieszczona irygacja zapobiegająca zablokowaniu ssaka przy odsysaniu). Ssak matowy, nie odbijający światła, posiadający tępe zakończenie z otworami bocznymi: 2 końcówki 5mm lub 10mm o długości 33 cm. Narzędzie umożliwiające pobranie posiewu z wnętrza ssaka. Miękkie, łatwe do rozdzielania, wolne od ftalanów (pozbawione DEHP) przewody o niskim stopniu skręcalności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 82 - pakiet 78

Wnosimy o dopuszczenie koca termicznego o wymiarach 160x210cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Minimalna różnica w wymiarach koca nie wpływa niekorzystnie na jego funkcjonalność. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 83 - pakiet 112, poz. 1

Wnosimy o dopuszczenie pojemnika na próbki do badań histopatologicznych o pojemności 40ml, średnicy 50,2mm i wysokości 42mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Różnica w wymiarach pojemnika nie wpływa niekorzystnie na jego funkcjonalność, a zaproponowany pojemnik jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 84 - pakiet 112, poz. 2

Wnosimy o dopuszczenie pojemnika na próbki do badań histopatologicznych o pojemności 60ml, średnicy 50,2mm i wysokości 60mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Różnica w wymiarach pojemnika nie wpływa niekorzystnie na jego funkcjonalność, a zaproponowany pojemnik jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 85 - pakiet 112, poz. 3

Wnosimy o dopuszczenie pojemnika na próbki do badań histopatologicznych o pojemności 30ml, wykonany z polipropylenu, o średnicy 27mm i wysokości 80mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Różnica w wymiarach i materiale, z którego wykonany jest pojemnik nie wpływa niekorzystnie na jego funkcjonalność, a zaproponowany pojemnik jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 86 - pakiet 110, poz. 8

Wnosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne 20L o wysokości 28cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Nieznaczna różnica w wymiarach pojemnika nie wpływa niekorzystnie na jego funkcjonalność, a zaproponowany pojemnik jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 87 - pakiet 192

Wnosimy o dopuszczenie fartucha foliowego przedniego o wymiarach 117x71cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Nieznaczna różnica w rozmiarze fartucha nie wpływa niekorzystnie na jego funkcjonalność. Zaproponowany fartuch jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 88 - dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 89- Pakiet 28

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sond bez saszetek żeluz w zestawie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 90 - Pakiet 31

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zestawów z cewnikiem wykonanym z silikonu rozmiarze CH 16/40, 18/40, 20/40.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 91 - Pakiet 33

Czy zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zestawów w rozmiarach 12, 14, 16, 18, 20, 22 i 24 Fr, zestaw zawierający nakładkę prostą, bez strzykawki i gazików.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 92 - Pakiet 144

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie ustników o wymiarach otworu głównego 22 x 27 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 93 - Pakiet 144

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zestawu szczotek ze szczotką do zaworów śr. 12 mm, dł. 60 mm oraz śr. 5 mm, dł. 40 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 94 - Pakiet 144

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczotki o długości 2300 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 95 - Pakiet 173

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zestawów z przewodnikiem o średnicy 0,032", 0,035" lub 0,038" w zależności od średnicy cewnika, popychacz o długości 45 cm standardowy lub 70 cm dla cewników o średnicy 4,7 Fr, standardowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 96

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 81** zestaw do tracheostomii przezskórnej pozwalające na przezskórne wprowadzenie rurki tracheostomijnej z zastosowaniem techniki rozszerzania jednostopniowego zgodnej z techniką Ciagli przy użyciu przewodnicy Seldingera.

Zestaw do tracheostomii przezskórnej składa się ze sterylnego zestawu podstawowego zawierającego niezbędne przyrządy do wykonania tracheostomii przezskórnej oraz rurkę tracheostomijną z atraumatycznym inserterem. Opakowanie zestawu: zestaw zapakowany jest na jednej sztywnej tacy z osobno zapakowaną, sterylną rurką. Taki sposób pakowania pozwala na wykorzystanie zestawu z możliwością wyboru rurki o innym rozmiarze bez utraty jej sterylności, a nie ma wpływu na wykonanie zabiegu.

Zestaw zawiera :

- a. Skalpel
- b. Strzykawkę 5ml
- c. Iglę (14G) z teflonową osłonką
- d. Prowadnicę Seldingera wykonaną z odpornego na złamanie **NiTiNolu** (stop nikiel z tytanem)
- e. Krótki rozszerzacz (dylator) 14 CH/FR

- f. Kateter prowadzący (biały)
- g. Rozszerzacz (dylator) pokryty hydrofilną warstwą (pozostaje wilgotny po zwilżeniu)
- h. 4 tampony z gazy 10x10cm
- i. Rurkę trachostomijną z atraumatycznym inserterem (zestaw):

Rurka tracheotomijna z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu w rozmiarach 7,8,9 (do wyboru).

Każda tracheotomijna rurka wyposażona jest w **atraumatyczny inserter redukujący przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki** (silikonowa osłonka no-step). Rurka posiada kołnierz obrotowy, poruszający się wokół dwóch osi, 2 kaniule wewnętrzne z 15mm łącznikiem, Obturator, Tasiemkę mocującą, Sterylny żel nawilżający 2,7g.

Unikalną cechą atraumatycznego insertera jest specjalna silikonowa osłonka no-step (bez przeskoku), która zapewnia gładkie przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki. (Rysunek w załączeniu)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 97

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 189** zestaw do drenażu opłucnej przy użyciu prowadnicy Seldingera.

Zestaw zawiera:

1. Cewnik drenażowy z mandrynem (12 Fr.), nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, odporny na zginanie dzięki spirali z tworzywa sztucznego, bezpieczny w MR, ze złączkami typu Luer lock
2. Skalpel jednorazowy nr 11
3. Strzykawka 10 ml
4. Igła do nakłuwania Tuohy (1,2 x 1,5 x 90 mm, rozmiar 17 G)
5. Prowadnicę Seldingera wykonaną z odpornego na złamanie **NiTiNolu** (stop niklu z tytanem)
6. Rozszerzacz z ogranicznikiem głębokości (12 Fr)
7. Plaster samoprzylepny do mocowania kaniuli
8. Kranik 3-kierunkowy
9. Adapter łączący Luer Lock ze złączem /lejka
10. Worek na wydzielinę (1,5 l) z zamkiem Luer

Każdy zestaw jest indywidualnie sterylnie zapakowany

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 98 - Pakiet nr 34 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 35mm x 50mm, pozostałe parametry pozostaną bez zmian. Różnica w rozmiarze kilku milimetrów nie stanowi żadnej różnicy w użytkowaniu elektrody.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 99 - Pakiet nr 34 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 28mm x 44mm, pozostałe parametry pozostaną bez zmian. Różnica w rozmiarze 1mm nie powinna stanowić żadnej różnicy w przy użytkowaniu elektrody.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 100 - Pakiet nr 34 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody bez elementu do przygotowania naskórka (tzw. tarka), pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 101 - Pakiet nr 34 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji okrągłej o średnicy 36mm z języczkiem, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 102 - Pakiet nr 34 poz. 1, 2, 3,4

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod.

Pytanie 103 - Pakiet nr 34 poz. 5,6

Prosimy o podanie modelu defibrylatora Philips.

Odpowiedź:

Defibrylator Heartstart MRX.

Pytanie 104 - Dotyczy SIWZ 6.2.7 i Pakiet nr 34 poz. 5,6

Prosimy o odstąpienie od wymogu składania próbek dla wskazanych pozycji w zamian za złożeniu pełnego katalogu z opisem i zdjęciami.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 105 - Pakiet nr 95 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie wymaganego papieru- oryginalny czy kompatybilny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga papieru współpracującego z printerem podanym w SIWZ.

Pytanie 106 - SIWZ – rozdział 11 pkt. 11.3

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej.

Pytanie 107 - Projekt umowy - §6 ust. 11

Zwracamy się z prośbą o określenie ilości dostaw w miesiącu. Pozwoli to nam oszacować koszty dostaw a tym samym zaproponować odpowiednią cenę sprzedaży.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje 2 zamówienia w miesiącu.

Pytanie 108 - Pakiet nr 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya wykonane z naturalnej gumy lateksowej pokrytej warstwą silikonu dwudrożny, z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

cewnik 12Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml

cewnik 14Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 15ml - 30ml

cewnik 16Fr - 24Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 30ml - 50ml Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane pojedynczo w opakowanie papier- folia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 109 - Pakiet nr 25, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya wykonany z 100% z silikonu dwudrożny, z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

cewnik 12Fr o długości 42cm i balon o pojemności: 5ml - 10ml

cewnik 14Fr o długości 42cm i balon o pojemności: 20ml - 30ml

cewnik 16Fr - 20Fr o długości 42cm i balon o pojemności: 20ml - 30ml Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane pojedynczo w opakowanie papier- folia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 110 - Pakiet nr 25, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya wykonany z 100% z silikonu dwudrożny, z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

cewnik 12Fr o długości 42cm i balon o pojemności: 5ml - 10ml

cewnik 14Fr o długości 42cm i balon o pojemności: 20ml - 30ml

cewnik 16Fr - 20Fr o długości 42cm i balon o pojemności: 20ml - 30ml Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane pojedynczo w opakowanie papier- folia. Zestaw nie zawiera strzykawki z 10% roztworem gliceryny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 111 - Pakiet nr 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim (długość 8,9cm) preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym poliestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 112 - Pakiet nr 35, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym (długość 7,6cm) preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nim unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym poliestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 113 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 -2 z Pakietu nr 35 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 114 - **Dotyczy: Załącznik nr 6 Projekt Umowy, §5. ust. 9: „Faktury w formie papierowej należy przysyłać na adres Zamawiającego – pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław”. Formularz ofertowy dział V Warunki płatności, punkt 3 oraz ust. 6 „Podstawą do wystawienia faktury jest faktyczne dostarczenie przedmiotu umowy do Zamawiającego”**

Prosimy o wyrażenie zgody, aby faktura była wystawiona w dniu wysyłki towaru i dostarczona w wersji papierowej wraz z towarem. Wykonawca dodatkowo dołączy do wysyłki dwa protokoły odbioru. Zamawiający, jeżeli nie stwierdzi wad ilościowych, odsyła podpisany protokół. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, to Wykonawca uprzejmie prosi o wprowadzenie stosownych zmian do umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 115 - **Dotyczy: Projekt Umowy §8 ust. 1 Kary umowne i odsetki za opóźnienie w zapłacie**

Prosimy o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość **kary umownej** naliczana była od **wartości netto a nie brutto**. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do

urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie 116 - Dotyczy: Projekt Umowy §8 ust. 1 Kary umowne i odsetki za opóźnienie w zapłacie ust 1. Litera a) „.....Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez dodatkowego wezwania wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy i zastosowania kary wynikającej z zapisu lit. d niniejszego paragrafu”.

Prosimy Zamawiającego o modyfikację powyższych zapisów na następujące: „Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, to Zamawiający wzywa pisemnie wykonawcę do należytego wykonania umowy. W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez dodatkowego wezwania wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy i zastosowania kary wynikającej z zapisu lit. d niniejszego paragrafu”.

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron. Odstąpienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie 117 - Dotyczy: SIWZ, 6.6. podpunkt 7 Próbki, Załącznik nr 1 Arkusz asortymentowo-cenowy, pakiet nr 91,

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie wymogu dostarczenia próbek w pakiecie nr 91 (po 1 szt. dla każdej pozycji), aby Zamawiający miał możliwość sprawdzenia czy zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z urządzeniem CT motion i nie spowodują usterek w jego działaniu ani nie będą powodem uszkodzenia i jednocześnie są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza wymóg dostarczenia próbek w pakiecie nr 91 - po 1 szt. dla każdej pozycji. W związku z tym, Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 1 – Arkuszu Asortymentowo-cenowy w zakresie Pakietu nr 91.

Pytanie 118 - Dotyczy: SIWZ, załącznik nr 4

Prosimy Zamawiającego o określenie czy Załącznik nr 4 ma być dołączony do oferty czy na wezwanie przez Zamawiającego? W SIWZ brakuje zapisów określających dostarczenie Oświadczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w pkt. 20 SIWZ – Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4 – Oświadczenie.

Pytanie 119 - Dotyczy: SIWZ, 11.3.

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego.

Pytanie 120 - Pakiet nr 27, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy w rozmiarze 12-21FR, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 121 - Pakiet nr 27, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy bez prowadnicy. Sonda w pełni kontrastująca w RTG, w rozmiarach 14-18FR o długości 125cm z zamkniętym ujściem z otworami bocznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 122 - Pakiet nr 30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do jejunostomii o poniższych parametrach :
Silikonowy cewnik całkowicie kontrastujący w RTG o długości 60cm i średnicy 2,0x3,2mm. W skład zestawu wchodzi wprowadzacz typu desilete, igła Alena 10FR, igła punkcyjna 17G/98mm, końcówka uciskowa, dwa łączniki żeńsko-żeńskie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 123 - Pakiet nr 31, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu światowego lidera w zakresie gastrostomii :

Zestaw do gastrostomii przezskórnej PEG metodą PULL z możliwością usunięcia przezskórnie w rozmiarze 20F oraz 24 do wyboru przez Zamawiającego. Skład zestawu: silikonowy dren gastrostomii PEG, przewodnik z pętlą 5Fr (1,8 mm x 260 cm), uniwersalny adapter do karmienia, adapter do podawania bolusa, pierścień retencyjny typu SECUR-LOK, fiolka 5 ml z 1% Lidocaine HCl, igła filtracyjna 19G X 1,5 cale, Igła 25 G, pakiet wacików z powidonem jodu, maść powidonu jodu, serweta z samoprzylepnymi zakładkami, strzykawka 12 ml, skalpel z ostrzem roz. 11, igła wprowadzająca, drut do umieszczenia w pętli, nożyczki ze stali nierdzewnej, hemostator ze stali nierdzewnej, zacisk rurki, 4 gąbki z gazy 4x4 cale, 2 gąbki z gazy 2x2 cale, zestaw szwów, instrukcja użytkowania, wkładka z instrukcją

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 124 - Pakiet nr 69, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu do cewnikowania żył centralnych :

Dwukanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm.

Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 16G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez

Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik dwukanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem przewodnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz zapobiegający zatorowi powietrznemu, bezpieczny skalpel, dylator 8,5 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 2 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml.

Do zestawu dołączone obłożenie w składzie :

1 x fartuch chirurgiczny rozmiar XL

1 x serweta dedykowana do wkłucia centralnego 100 x 140 cm z otworem 9cm

i folią wokół otworu , perforacja do rozdarcia serwety po założeniu cewnika

2 x gąbka do dezynfekcji z uchwytem

1 x pojemnik plastikowy do zapakowania zestawu 20 x 15 x 4 cm

1 x pojemnik plastikowy 120 ml

10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm , 4 warstwy

1 x mini skalpel rozmiar 11

1 x czepek włókninowy chirurgiczny

1 x Opatrunek poliuretanowy 10 x 11,5 cm

5 x kompres z włókniny 5 x 5 cm

1 x maska chirurgiczna na gumki

1 x plastikowa pęseta kolor zielony

1 x strzykawka 10 ml

1 x strzykawka 2,5 ml

1 x igła 25 G

1 x igła 19 G

1 x serweta nieprzylepna 75 x 90 cm (owinięcie zestawu)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 125 - Pakiet nr 69, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu do cewnikowania żył centralnych :

Antybakteryjny dwukanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG, inkorporowany aktywnym srebrem z możliwością podawania kontrastu wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 16G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik dwukanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem przewodnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz zapobiegający zatorowi powietrznemu, bezpieczny skalpel, dylator 8,5 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 2 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 126 - Pakiet nr 69, pozycja nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu do cewnikowania żył centralnych :

Trzykanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 14 G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik trzykanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem przewodnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz zapobiegający zatorowi powietrznemu, bezpieczny skalpel, dylator 8,5 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 3 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml.

Do zestawu dołączone obłożenie w składzie :

1 x fartuch chirurgiczny rozmiar XL

1 x serweta dedykowana do wkłucia centralnego 100 x 140 cm z otworem 9cm

i folią wokół otworu , perforacja do rozdarcia serwety po założeniu cewnika

2 x gąbka do dezynfekcji z uchwytem

1 x pojemnik plastikowy do zapakowania zestawu 20 x 15 x 4 cm

1 x pojemnik plastikowy 120 ml

10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm , 4 warstwy

1 x mini skalpel rozmiar 11

1 x czepek włókninowy chirurgiczny

- 1 x Opatrunek poliuretanowy 10 x 11,5 cm
- 5 x kompres z włókniny 5 x 5 cm
- 1 x maska chirurgiczna na gumki
- 1 x plastikowa pęseta kolor zielony
- 1 x strzykawka 10 ml
- 1 x strzykawka 2,5 ml
- 1 x igła 25 G
- 1 x igła 19 G
- 1 x serweta nieprzylepna 75 x 90 cm (owinięcie zestawu)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 127 - Pakiet nr 69, pozycja nr 4

Antybakteryjny czterokanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu inkorporowany aktywnym srebrem, w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 8,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm, 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik czterokanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem prowadnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wypływ krwi przy nakłuciu oraz zapobiegający zatorowi powietrznemu, bezpieczny skalpel, dylatator 9 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 4 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, skalpel, strzykawka 5ml

Do zestawu dołączone obłożenie w składzie :

- 1 x fartuch chirurgiczny rozmiar XL
- 1 x serweta dedykowana do wkłucia centralnego 100 x 140 cm z otworem 9cm i folią wokół otworu , perforacja do rozdarcia serwety po założeniu cewnika
- 2 x gąbka do dezynfekcji z uchwytem
- 1 x pojemnik plastikowy do zapakowania zestawu 20 x 15 x 4 cm
- 1 x pojemnik plastikowy 120 ml
- 10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm , 4 warstwy
- 1 x mini skalpel rozmiar 11
- 1 x czepek włókninowy chirurgiczny
- 1 x Opatrunek poliuretanowy 10 x 11,5 cm
- 5 x kompres z włókniny 5 x 5 cm
- 1 x maska chirurgiczna na gumki
- 1 x plastikowa pęseta kolor zielony
- 1 x strzykawka 10 ml
- 1 x strzykawka 2,5 ml
- 1 x igła 25 G

1 x igła 19 G

1 x serweta nieprzylepna 75 x 90 cm (owinięcie zestawu)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 128 - Pakiet nr 69, pozycja nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu do cewnikowania żył centralnych :

Pięciokanałowy cewnik do wkluc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm.

Cewnik w rozmiarze 9,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm, 20cm do wyboru przez

Zamawiającego. Każdy zestaw zawiera : cewnik pięciokanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm, nitinolowy, pokryty teflonem przewodnik "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, system BLS ograniczający wpływ krwi przy nakłuciu, bezpieczny skalpel, dylatator 10 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 5 zatyczek z membraną do wstrzyknięć, strzykawka 5ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 129 - Pakiet nr 69, pozycja nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników PICC o poniższych parametrach :

1-światłowy :

Cewnik PICC (dostęp do żyły centralnej zakładany obwodowo) do długotrwałego dostępu żylnego wykonany z Carbothane PUR, w pełni kontrastujący w RTG, w rozmiarze 3/4/5FR do wyboru przez Zamawiającego o długości 60cm. Cewnik z możliwością przycinania proksymalnej końcówki. Zestaw zawiera : Cewnik PICC, dodatkowe zakończenie proksymalne z systemem połączeniowym po przycięciu cewnika z zaciskiem typu roberts, nitinolowa prowadnica w pochewce umożliwiająca wprowadzenie jedną ręką, echogeniczna igła 21G/70mm, rozrywalny desilet do wprowadzenia, system bezigłowy Bionector, nieinwazyjny, do wielokrotnego odpinania/zapinania system mocowania cewnika skalpel, strzykawka,, sterylną taśmę mierzącą, dodatkowy zacisk.

2-światłowy :

Antybakteryjny, dwuświatłowy cewnik PICC, wykonany z biostabilnego PUR, impregnowany aktywnym srebrem, w całości kontrastujący w RTG. Cewnik w rozmiarze 5FR o długości 60cm. W zestawie echogeniczna igła do nakłucia, nitinolowa prowadnica, rozrywalny desilet do wprowadzenia, system bezigłowy Bionector, nieinwazyjny, do wielokrotnego odpinania/zapinania system mocowania cewnika

3-światłowy :

Antybakteryjny, trzyświatłowy cewnik PICC, wykonany z biostabilnego PUR, impregnowany aktywnym srebrem, w całości kontrastujący w RTG. Cewnik w rozmiarze 6FR o długości 60cm. W zestawie echogeniczna igła do nakłucia, nitinolowa prowadnica, rozrywalny desilet do wprowadzenia, system bezigłowy Bionector, nieinwazyjny, do wielokrotnego odpinania/zapinania system mocowania cewnika

Do zestawu dołączone obłożenie w składzie :

- 1 x fartuch chirurgiczny rozmiar XL
- 1 x serweta dedykowana do wkłucia centralnego 100 x 140 cm z otworem 9cm i folią wokół otworu , perforacja do rozdarcia serwety po założeniu cewnika
- 2 x gąbka do dezynfekcji z uchwytem
- 1 x pojemnik plastikowy do zapakowania zestawu 20 x 15 x 4 cm
- 1 x pojemnik plastikowy 120 ml
- 10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm , 4 warstwy
- 1 x mini skalpel rozmiar 11
- 1 x czepek włókninowy chirurgiczny
- 1 x Opatrunek poliuretanowy 10 x 11,5 cm
- 5 x kompres z włókniny 5 x 5 cm
- 1 x maska chirurgiczna na gumki
- 1 x plastikowa pęseta kolor zielony
- 1 x strzykawka 10 ml
- 1 x strzykawka 2,5 ml
- 1 x igła 25 G
- 1 x igła 19 G
- 1 x serweta nieprzylepna 75 x 90 cm (owinięcie zestawu)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 130 - Pakiet nr 69, pozycja nr 7

Prosimy o dopuszczenie zestawu do cewnikowania tętnic o poniższych parametrach :

Cewnik dotętniczny wprowadzany metodą Seldingera wykonany z polietylenu, widoczny w RTG. W zestawie igła do wprowadzania, przewodnik. Cewnik w rozmiarach: 3FR o długościach 4, 6 lub 8cm do wyboru przez

Zamawiającego, igła wprowadzająca 20G/38mm, przewodnik 0,53mm/20cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 131 - Pakiet nr 69, pozycja nr 8

Prosimy o dopuszczenie zestawu do cewnikowania tętnic o poniższych parametrach :

Cewnik dotętniczny wprowadzany metodą Seldingera wykonany z polietylenu w rozmiarze 4FR/18cm, igła wprowadzająca 19G/54mm, przewodnik 0,7mm/46cm, widoczny w RTG. W zestawie igła do wprowadzania, przewodnik, polietylenowa przedłużka 30cm, strzykawka 5ml, trójdrożny zawór regulujący przepływ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 132 - Pakiet nr 75, pozycja nr 4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 4 z pakietu nr 75 oraz dopuszczenie poniższej igły do blokad TAP :

Igła do blokad TAP, echogeniczna do samej końcówki igły, piaskowana, ścięcie ostrza 30', znakowana dookoła co centymetr. Wyposażona w odłączalną przedłużkę umożliwiającą bezpośrednie podłączenie strzykawki do igły, przezroczysty, ergonomiczny uchwyt. Igła dostępna w następujących rozmiarach : 22G o długości 35mm, 50mm, 85mm oraz 20G o długościach 50mm, 100mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 133 - Zadanie 1 , Pozycja 1-7

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania **równoważny dodatkowo antybakteryjny** system do odsysania konkurencyjnego producenta. System ten posiada następujące cechy:

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu

drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu, częściowo sprasowane. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, oraz w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpraca z dowolnym źródłem ssania. Wkłady oraz kanistry (pojemniki) występują o pojemności 1000ml, 2000ml. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na **opatentowaną, antybakteryjną** technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196) który spełnia **zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym**, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Deklarujemy **bezpłatne doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (pojemniki, mocowniki).**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 134 - Pakiet 55, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczotki pakowane w opakowanie folia – papier?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 135 - Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 136 - Pakiet 31, pozycja 1

Czy Zamawiający w pozycji 1, dopuszcza wyspecyfikowany zestaw do gastrostomii endoskopowej zakończony łącznikiem EnFit zgłębnik gastrostomijny z końcówką typu EnFit? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Uzasadnienie: W związku z normami ISO (80369-3) dla złączy z otworami o małej średnicy złącze EnFit jest dedykowany do stosowania w żywieniu dojelitowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zakończenia zgłębnika gastrostomijnego zakończonego łącznikiem EnFit.

Pytanie 137 - Pakiet nr 144, poz.1

Prosimy o doprecyzowanie, czy ze względu na bezpieczeństwo użytkowania Zamawiający wymaga ustników pakowanych indywidualnie w warunkach aseptycznych z datą produkcji i datą ważności na każdym opakowaniu jednostkowym, zawierającego etykiety samoprzylepne do dokumentacji z numerem katalogowym, numerem LOT oraz datą ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 138 - Pakiet nr 144, poz.1

Prosimy o doprecyzowanie, czy ze względu na bezpieczeństwo użytkowania Zamawiający wymaga opakowania zbiorczego typu dispenser/podajnik kartonowy z otworem = 100szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 139 - Pakiet nr 144, poz.1

Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie, czy nie zaszła omyłka w jednostce miary i Zamawiający wymaga 100 kompletów- każdy po 2 szczotki, a nie 100szt.?

Odpowiedź:

Pytanie dotyczy poz. 2 - Zamawiający wymaga 100 kompletów - każdy po 2 szczotki.

Pytanie 140 - Pakiet nr 144, poz.2

Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie, czy nie zaszła omyłka w ilości wymaganych zestawów szczotek- 100szt. (tj. jedno op.)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga 100 kompletów - każdy po 2 szczotki.

Pytanie 141 - Pakiet nr 144, poz.1-3

Czy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do dostarczenia próbek?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem pkt. 6.2.7. SIWZ.

Pytanie 142

W pakiecie 67 zamawiający opisał zestaw 30 rurek dwuświatłowych z wbudowaną kamerą oraz źródłem światła do których oferent dostarczy monitor. Czy ilość 10 szt tyczy się całego zestawu 30 rurek + monitor? Czy pojedynczych rurek dwuświatłowych?

Odpowiedź:

Zamawiający zwiększa ilość rurek dwuświatłowych do 30 szt. W związku z tym, Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz asortymentowo-cenowy w Pakiecie nr 67.

Pytanie 143 - Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 144 - Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 1, 2, 4

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 210cm zamiast 212cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 145 - Dotyczy Pakietu nr 59 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H₂O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylne, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 146 - Dotyczy Pakietu nr 59 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o przestrzeni martwej 53ml z koreczkiem mocowanym na lince (bez dodatkowego portu do zamocowania), przy spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 147 - Dotyczy Pakietu nr 59 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o poziomie nawilżania 24 mg/l H₂O, przy spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 148 -1 Dotyczy Pakietu nr 59 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, przy spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 149 - Dotyczy Pakietu nr 59 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wymiennik o wadze 9,5g zamiast 9g, przy spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 150 - Dotyczy Pakietu nr 60 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 151 - Dotyczy pakiet 64 poz. 3,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 152 - Dotyczy pakiet 64 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści nowsze rozwiązanie równoważne w postaci czujnika kompatybilnego z Nellcor OxiMax, sterylnego, o rozszerzonym zakresie pomiarowym, kalibrowanego analogowo, o długości całkowitej 90cm, posiadającego oświadczenie Producenta o pełnej kompatybilności z technologią Nellcor Oximax, z zabezpieczeniem przed zakłóceniami elektromagnetycznymi w postaci podwójnego ekranowania przewodu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 153 - Dotyczy pakiet 64 poz. 5 i 6

Prosimy o podanie numeru katalogowego opisanego asortymentu.

Odpowiedź:

Linia kompatybilna z modułem kapnografii w monitorach Infinity Delta.

Pytanie 154 - Dotyczy Pakietu nr 65 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 155

Zwracamy się zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli: **z Pakietu nr 143 pozycję nr 1, 2, 4, 5, 15, 19, 20, 21, 23, 24 w jeden osobny pakiet (np. Pakiet nr 143a)** i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a dzięki temu Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Pakiet 143, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szczypce o rozwarciu łyżeczek 8mm, pojemności łyżeczek 7,6mm³, w osłonce wykonanej z PE i bezpiecznej dla kanałów biopsyjnych endoskopów, o długości roboczej narzędzia 1600mm (w miejsce 1550mm) i 2300mm, pakowane po 10 sztuk i sterylizowane metodą OE? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 156

Pakiet 143, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szczypce o rozwarciu łyżeczek 8mm, pojemności łyżeczek 7,6mm³, w osłonce wykonanej z PE i bezpiecznej dla kanałów biopsyjnych endoskopów, o długości roboczej narzędzia 1600mm (w miejsce 1550mm) i 2300mm, pakowane po 10 sztuk i sterylizowane metodą OE? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 157

Pakiet 143, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści szczypce bez funkcji biopsji stycznych, w osłonce wykonanej z PE i bezpiecznej dla kanałów biopsyjnych endoskopów, o średnicy narzędzia 3,0mm współpracujące z kanałem 3,0mm, pakowane po 10 sztuk i sterylizowane metodą OE? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 158

Pakiet 143, poz. 4, 5. Czy Zamawiający dopuści pętle wykonane z plecionego drutu o grubości 0,36mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 159

Pakiet 143, poz. 15. Czy Zamawiający dopuści igły pakowane po 10 sztuk (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 160

Pakiet 143, poz. 20. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne w osłonce wykonanej z PE, bezpiecznej dla kanałów endoskopów, pakowane po 10 sztuk i sterylizowane metodą OE? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 161

Pakiet 143, poz. 21. Czy Zamawiający dopuści pętle wykonane z plecionego drutu o grubości 0,36mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 162

Pakiet 143, poz. 24. Czy Zamawiający dopuści pułapki pakowane po 12 sztuk (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 163 - pakiet 57, poz. 2 i 9

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie z pakietu 57 , poz. 2 – elektroda bierna i 9 – uchwyt monopolarny i utworzenie z nich osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 164 - pakiet 134, poz. 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie z pakietu 134 , poz. 1 – zestaw uniwersalny i utworzenie z niej osobnego pakietu.

Ponadto prosimy o dopuszczenie zestawu, w którym serwety w poz. 1,2,3 wykonane są z laminatu 3-warstwowego o gramaturze 74 g/m² a wzmocnienie w strefie krytycznej 100 g/m². Osłona Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 40 um oraz włókniny o gramaturze 35 g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 165 - Pakiet nr 5, poz. 3

Czy Zamawiając dopuści igły do pobierania i rozpuszczania leków w rozmiarze 18G x 30mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 166 -Pakiet nr 18, poz. 4

Czy Zamawiając dopuści strzykawki dwuczęściowe 20ml w opakowaniach a'50szt. z przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 167 - Pakiet nr 20, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe dla dorosłych z drenem o długości 210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 168 - Pakiet nr 20, poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści cewnik tlenowy donosowy z miękkimi prostymi wypustkami o długości 200cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 169 - Pakiet nr 20, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z zadania 20 i utworzenie z niej odrębnego zadania?

Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 170 - Pakiet nr 21, poz.2

Prosimy o dopuszczenie cewników o długości 60cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 171 - Pakiet nr 25, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a w rozmiarze CH12-CH24 z balonem 5-10ml oraz w rozmiarze CH14-CH30 z balonem 30-50ml z czasem utrzymania do 7 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 172 - Pakiet nr 25, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści silikonowe cewniki Foley'a z czasem utrzymania do 30 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 173 - Pakiet nr 25, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści silikonowe cewniki Foley'a ze strzykawką z gliceryną i balonem o pojemności 10ml z czasem utrzymania do 30 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 174 - Pakiet nr 25, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści worki do zbiórki moczu z bezigłowym portem do pobierania próbek bez dodatkowego okienka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 175 - Pakiet nr 25, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 176 - Pakiet nr 25, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści silikonowe cewniki Foley'a z końcówką Tiemanna z balonem 5-10ml z czasem utrzymania do 7 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 177 - Pakiet nr 27, poz.2

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik dwunastniczy bez prowadnicy, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 178 - Pakiet nr 37, poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z workiem o pojemności 1500ml i drenem o długości 115cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Chodzi o Pakiet 38. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 179 - Pakiet nr 39, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne na wezwanie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 180 - Pakiet nr 39, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pakiet do cewnikowania z miseczką plastikową 250 ml (zamiast kubka plastikowego)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 181 - Pakiet nr 42, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona w rozmiarach CH8 – CH18, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Chodzi o Pakiet 42. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 182 - Pakiet nr 42, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona dwuramienne wykonane z PCV CH18 o średnicy ramion 06-08mm?

Odpowiedź:

Chodzi o Pakiet 42. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 183 - Pakiet nr 55, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z miękką gąbką o gęstości 20 kg/m³?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 184 - Pakiet nr 77, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koc ratunkowy o wymiarach 160 x 210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 185 - Pakiet nr 90, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do zębów z odsysaniem z dwoma otworami ssącymi (Otwór odsysający zarówno od strony włosa jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem). Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45° dla wygodnej manipulacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 186 - Pakiet nr 95, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga oryginalnego papieru do videoprintera Mitsubishi?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kompatybilności, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 153.

Pytanie 187 - Pakiet nr 96, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaskę wykonaną z polietylenu w kolorze białym która posiada jednorazowy zatrzask uniemożliwiający przypadkowe rozpięcie opaski. Wymiary : szerokość 13 mm, obwód regulowany w zakresie 9 cm - 25 cm. W razie potrzeby istnieje możliwość wykonania dodatkowej dziurki na pozostałej niepodziurkowanej części opaski. Etui z przezroczystej folii PCV o wym. 68x96 mm na wkładkę kartonową z wycięciem do przełożenia opaski. Wkładka kartonowa z nadrukowanym zakresem danych do uzupełnienia tj. nazwisko , imię , PESEL , zgon : data i godzina oraz linijka do wpisania innych przydatnych informacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 188 - Pakiet nr 98, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody klamrowe z zaciskiem w rozmiarze 20x85mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 189 - Pakiet nr 101, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'144szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 190 - Pakiet nr 101, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 191 - Pakiet nr 101, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków o pojemności 30ml skalowane co 5ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 192 - Pakiet nr 101, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'90szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 193 - Pakiet nr 101, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez kieliszki atestu Instytutu Leków w Warszawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie kraju w zależności od klasy wyrobu medycznego winny posiadać certyfikat CE, Deklarację zgodności i wpis do rejestru wyrobów medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 194 - Pakiet nr 113, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaczki męskiej wykonanej z polipropylenu o pojemności 1,5L z zastawką?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 195 - Pakiet nr 133, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne na wezwanie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 196 - Pakiet nr 133, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do nakłucia opłucnej z kompresami z gazy o wadze 1 kompresu 1,115 g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 197 - Pakiet nr 133, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do nakłucia opłucnej z serwetą 80 x 80 cm (w miejsce serwetki 75 x 75 cm) o gramaturze 54 g/m² (zamiast 42 g/m²)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 198 - Pakiet nr 133, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do nakłucia opłucnej z serwetą 2-warstwową (włóknina PP + folia PE) o gramaturze 40 g/m² rozm. 90cmx 75cm, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm, bez przylepca na brzegu serwety (w miejsce serwety 80x60cm z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² i min. paroprzepuszczalności 3500g/m²/24h z otworem samoprzylepnym o średnicy 8cm oraz dodatkowym przylepcem na całej krawędzi serwety)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 199 - Pakiet nr 133, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do nakłucia opłucnej z pojemnikiem 3-komorowym polipropylenowym, przezroczystym, 19,5cm x 13cm x 3,5cm (w miejsce trójkomorowego twardego blistra 10x20cm o pojemności 650-700ml).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 200 - Pakiet nr 133, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do założenia igły do portu z ampułką 10ml z wodą jałową (zamiast 2szt ampułkostrzykawkę z solą fizjologiczną 10ml)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 201 - Pakiet nr 133, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do założenia igły do portu z serwetą 2-częściową 45cm x 75cm z regulowanym otworem przylepnym 6cm x 8cm, gramatura laminatu dwuwarstwowego (włóknina PP + folia PE) 60 g/m², chłonność 600%, odporność na przenikanie cieczy 120 cm H₂O (w miejsce serwety z laminatu włókninowo-foliowego o gramaturze min. 56g/m² i chłonności 570% o wymiarze 45x45cm z samoprzylepnym wycięciem U 10x10cm, odporność na przenikanie cieczy min. 250cm H₂O)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 202 - Pakiet nr 133, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do założenia igły do portu z kompresami z gazy o wadze 1 kompresu 1,115g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 203 - Pakiet nr 133, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do założenia igły do portu z owinięciem zestawu w formie serwety włókninowo-foliowej o gramaturze 40g/m² i odporności na przenikanie cieczy 105 cm H₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 204 - Pakiet nr 135, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego – włóknina 30g/m² i folia PE 30g/m². łączna gramatura 60g/m², odporność na przenikanie cieczy 120 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho 110 kPa, na mokro 100 kPa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 205 - Pakiet nr 135, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm z otworem otoczonym taśmą lepną o średnicy 6 x 8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 206 - Pakiet nr 135, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 200 x 280 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 10 cm, wykonana z włókniny SMS o gramaturze 50g/m², ze wzmocnieniem SM w części krytycznej o gramaturze 80g/m². Odporność na przenikanie cieczy 110 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho 205,6 kPa, na mokro 199,4 kPa – parametry w strefie krytycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 207 - Pakiet nr 135, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniem z 2-warstwowego laminatu (włóknina PP i folia PE). Fartuch w opakowaniu folia – papier z kolorystycznym wskaźnikiem sterylizacji, owinięty wraz z ręcznikami w serwetę włókninową. Odporność na przenikanie drobnoustrojów $\geq 2,8$. Dostępny w rozmiarach M-XXL.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 208 - Pakiet nr 135, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w opakowaniu folia – papier z kolorystycznym wskaźnikiem sterylizacji, owinięty wraz z ręcznikami w serwetę włókninową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 209 - Pakiet nr 135, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowych, wykonany z włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m² i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m². Fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Odporność na przenikanie drobnoustrojów $\geq 2,8$. Dostępny w rozmiarze XXL.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 210 - Pakiet nr 135, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140 cm, obszar chłonny 60 x 140 cm, składana teleskopowo. Serweta wykonana z folii o gramaturze 50g/m², włókninowe wzmocnienie o gramaturze 30g/m², łączna gramatura serwety 80g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho 108 kPa.

Odpowiedź:

Pytanie 211 - Pakiet nr 135, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny SMS z wycięciem „V” pod szyją i w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 212 - Pakiet nr 135, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny SMS z wycięciem „V” pod szyją, posiadający 2 duże kieszenie na dole bluzy i w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 213 - Pakiet nr 135, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na kamerę o wymiarach 14 x 250 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 214 - Pakiet nr 135

Czy Zamawiający dopuści obłożenia i fartuchy posiadające I klasę palności wg 16 CFR 1610?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 215 - Pakiet nr 136, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne na wezwanie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 216 - Pakiet nr 136, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wszczepiania portów o poniższym składzie i parametrach:

1. Obłożenie chirurgiczne 150cm x 200cm z samoprzylepnym wycięciem U wym. 6cm x 65cm wykonane z włókniny SMS o gramaturze 50 g/m². Odporność obłożenia na przepuszczanie płynów pow. 100cmH₂O, odporność na rozerwanie na sucho 205,6 kPa, odporność na rozerwanie na mokro 199,4 kPa.
2. Serweta z taśmą lepnią 70x50cm wykonana z laminatu trójwarstwowego: włóknina polipropylenowa 28 g/m² + folia PE 25 g/m² + polipropylen 22 g/m². Odporność na przepuszczanie płynów 180 cmH₂O 180 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho 108 kPa, odporność na rozerwanie na mokro 95 kPa - 1szt.
3. Kompres gazowy 10x10cm (17N,12W, znaczniki RTG, biały) - 20szt.
4. Tupfer okrągły, gazowy 30x30cm (gaza 17-nitkowa, znacznik RTG, biały) - 4szt.
5. Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką - 1szt.
6. Ostrze chirurgiczne nr 10 na trzonku - 1szt.
7. Opatrunek chłonny 10x10 cm wodoodporny, samoprzywierający, 4-cio warstwowy wysokochłonny z obramowaniem (bez kleju), paro i gazo przepuszczalny z warstwą kontaktową wykonaną z polipropylenu. Warstwa chłonna celulozowa a opatrunek nie wymaga dodatkowego mocowania - 1szt.
8. Opatrunek chłonny 5x7,2cm - 1szt.
9. Strzykawka 20ml, 3-częściowa - 2szt.
10. Strzykawka 20ml, 3-częściowa z kolorowym tłokiem - 1szt.
11. Igła iniekcyjna 18G, 40mm - 1szt.
12. Igła iniekcyjna 21G, 40mm - 1szt.
13. Igła śródskórna 22G, 30mm - 1szt.
14. Kleszczyki blokowane min, 23 cm do materiałów opatrunkowych, niebieskie - 1szt.
15. Imadło chirurgiczne Mayo Hegar dł. 15cm - 1szt.
16. Kleszczyki Mosquito Halstead, zagięte, dł. 12,5cm - 3 szt.
18. Nożyczki tępo/tępe metalowe 15cm - 1szt.
19. Pęseta chirurgiczna metalowa 14,5cm - 1szt.
20. Taca z polipropylenu 42cm x 34cm x 2,5cm, niebieska - 1szt.
21. Osłona na stół narzędziowy 100x150cm, wzmocniona na całej powierzchni - 1szt.

Zestaw oznaczony słownie oraz kolorystycznie. Oznaczenie słowne i kolorystyczne żółte umieszczone na etykiecie wewnętrznej zestawu

Zestawy zabiegowe o I klasie palności wg 16 CFR 1610.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 217 - Pakiet nr 138, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, dostępny w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, żółtym i różowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 218 - Pakiet nr 138, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki w rozmiarze uniwersalnym z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywiniecie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 219 - Pakiet nr 138, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania w rozmiarze uniwersalnym, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 11,5 cm +/- 1cm. Wymiary denka 24,8 cm x 5cm +/- 1cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 220 - Pakiet nr 138, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z miękkiej, zwykłej włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 221 - Pakiet nr 138, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści czepek przedłużony stanowiący zabezpieczenie dla osób z długimi włosami. Część tylna wydłużona, wykończona gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 222 - Pakiet nr 138, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok: włóknina typu Spunlace 45g/m², denko: polipropylene 25g/m², wkładka chłonna pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m², oddychający?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 223 - Pakiet nr 138, poz. 6-7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 224 - Pakiet nr 138, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany ze zwykłej, miękkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 225 - Pakiet nr 138, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny ze wstawkami o gramaturze 40g/m² (przód fartucha, okolice przedramion + rękawy), wewnętrzne owinięcie w serwetę włókninową, rozmiary M, L, XL, XXL, troki zewnętrzne szyte, opakowanie zawierające 4 etykiety typu TAG?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 226 - Pakiet nr 138, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwusekcyjną o wymiarach 30 x 40cm o gramaturze 65g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 227 - Pakiet nr 138, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej (przód i rękawy) oraz włókniny polipropylenowej (tył), wiązany na troki w talii oraz na szyi, rękawy długie zakończone mankietem i gramaturze 39g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 228 - Pakiet nr 140, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty z gumką bez wzmocnienia poliesterem, wymiar 38 x 17cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 229 - Pakiet 158, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne na wezwanie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 230 - Pakiet nr 158, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do chirurgii piersi o składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm składana teleskopowo, folia niepiaskowana, pad chłonny na całej długości
- 1 x serweta 2-warstwowa przylepna 180 x 180 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 50 x 70 cm
- 2 x serweta 2-warstwowa przylepna 90 x 75 cm cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym 50cm x 80cm
- 1 x serweta 2-warstwowa przylepna 240 x 150 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 50 x 70 cm
- 10 x tupfer miękki z gazy kula, z nitką RTG 15cm x 15cm, 17 nitek, zapakowane w papierową torebkę
- 1 x butelka Redona 400 ml
- 1 x ostrze do skalpela nr 10
- 1 x ostrze do skalpela nr 15
- 1 x osłona na kable kamery 14 x 250 cm PE
- 1 x kieszeń przylepna 1-sekcyjna 30 x 40 cm PE
- 1 x fartuch chirurgiczny L SMS, wzmocnienie polipropylen spunbond + folia PE min. 35g/m², szwy ultradźwiękowe, połę zachodzące na siebie, standardowy krój rękawów; zapięcie typu 2-częściowy rzep w okolicy karku, pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybkie rozróżnienie rodzaju fartucha
- 1 x fartuch chirurgiczny M SMS, wzmocnienie polipropylen spunbond + folia PE min. 35g/m², szwy ultradźwiękowe, połę zachodzące na siebie, standardowy krój rękawów; zapięcie typu 2-częściowy rzep w okolicy karku, pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybkie rozróżnienie rodzaju fartucha (fartuch owinięty w papier krepowy i umieszczony pod pierwszą połą owinięcia zestawu)
- 1 x osłona na kończynę 2-warstwowa 30 x 80 cm, rolowana
- 1 x uchwyt rzepowy do kabli 2 x 22 cm
- 2 x ręcznik celulozowy 30 x 30 cm
- 15 x chusta z gazy biała 20N 4W 45cm x 45cm ze znacznikiem RTG i tasiemką, wstępnie prana
- 5 x tupfer z gazy 40cm x 30cm, 17 nitek, z nitką RTG
- 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm włókninowa
- 1 x opatrunek wysokochłonny nieprzylepny nieprzesiakiwy 20 x 40 cm

- 1 x dren Redona 10 CH 70 cm
 - 2 x miska plastikowa okrągła 500 ml w jednym kolorze - niebieskim
 - 3 x plaster do zbliżania brzegów rany 13 mm x 100 mm biały
 - 1 x kleszczyki plastikowe 23 cm typu korcang
 - 1 x pudełko na igły i ostrza podwójny magnes z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy, 30 miejsc
- Serwety posiadają pad chłonny o gramaturze 80g/m² i chłonności 680%. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 231 - Pakiet nr 158, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do laparoskopii o składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)
 - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm składana teleskopowo, folia niepiaskowana, pad chłonny na całej długości
 - 1 x cewnik Foleya 16 CH, 40 cm
 - 1 x worek na mocz 2000 ml
 - 1 x osłona na kable kamery 14 x 250 cm PE
 - 1 x skalpel - ostrze z trzonkiem nr 11
 - 1 x serweta 2-warstwowa do laparoskopii w ułożeniu na płasko 200/270 x 300 cm (w kształcie T), z samoprzylepnym otworem brzuszny 25cm x 30cm, ze zintegrowanymi obustronnie kieszeniami oraz serweta wyposażona w 8 organizerów przewodów typu rzep, ze zintegrowanymi osłonami na podpórki pod ręce pacjenta, z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym
 - 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm wykonana z włókniny spunlace
 - 1 x fartuch chirurgiczny XL SMS, wzmocnienie polipropylen spunbond + folia PE min. 35g/m², szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, standardowy krój rękawów; zapięcie typu 2-częściowy rzep w okolicy karku, pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybkie rozróżnienie rodzaju fartucha
 - 2 x uchwyt rzepowy do kabli 2 x 22 cm
 - 20 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitek
 - 3 x tupfer z gazy 40cm x 30cm, 17 nitek, z nitką RTG
 - 4 x opatrunek chłonny przylepny 8 x 10 cm
 - 1 x fartuch chirurgiczny M SMS, wzmocnienie polipropylen spunbond + folia PE min. 35g/m², szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, standardowy krój rękawów; zapięcie typu 2-częściowy rzep w okolicy karku, pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybkie rozróżnienie rodzaju fartucha (fartuch owinięty w papier krepowy i umieszczony pod pierwszą połą owinięcia zestawu)
 - 1 x miska plastikowa okrągła 500 ml niebieska
 - 1 x kleszczyki plastikowe 23 cm typu korcang
 - 1 x pudełko na igły i ostrza magnetyczne 30 miejsc
- Serwety posiadają pad chłonny o gramaturze 80g/m² i chłonności 680%. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Przygotowała:
Joanna Głombowicz

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 232 - Pakiet nr 158, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do **laparotomii** o składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm składana teleskopowo, folia niepiaskowana, pad chłonny na całej długości
- 2 x ostrze do skalpela nr 24
- 1 x serweta 2-warstwowa przylepna 180x180cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 50x70cm,
- 2 x serweta 2-warstwowa przylepna 90x75cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym 50x80cm, wzmocnienie
- 1 x serweta 2-warstwowa przylepna 240x150cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 50x70cm,
- 1 x cewnik Folyea 16Ch, 40cm,
- 1 x kieszka przylepna 2-komorowa 40x30cm PE,
- 1 x opatrunek włókninowy przylepny z wkładem chłonnym 10cm x 35cm
- 2 x worek na mocz 2000ml,
- 1 fartuch chirurgiczny **XL** SMS, wzmocnienie polipropylen spunbond + folia PE min. 35g/m², szwy ultradźwiękowe, połę zachodzące na siebie, wzmocnienia od środka z przodu oraz w okolicach przedramion, standardowy krój rękawów; zapięcie typu 2-częściowy rzep w okolicy karku, pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybkie rozróżnienie rodzaju fartucha
- 1 x fartuch chirurgiczny **M** SMS, wzmocnienie polipropylen spunbond + folia PE min. 35g/m², szwy ultradźwiękowe, połę zachodzące na siebie, wzmocnienia od środka z przodu oraz w okolicach przedramion, standardowy krój rękawów; zapięcie typu 2-częściowy rzep w okolicy karku, pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybkie rozróżnienie rodzaju fartucha (brak owinięcia fartucha, fartuchy stanowiące pierwszą warstwę zestawu owiniętego w serwetę na stół narzędziowy),
- 1 x uchwyt rzepowy do kabli 2 x 22 cm
- 2 x ręcznik celulozowy 30x30cm,
- 10 x chusta z gazy biała 20N 4W 45cm x 45cm ze znacznikiem RTG i tasiemką, wstępnie prana
- 40 x kompresy 10x10cm 16 warstw, 17 nitek, wiązane a 10 szt.,
- 3 x tupfer z gazy 40cm x 30cm, 17 nitek, z nitką RTG
- 1 x opatrunek wysokochłonny, nieprzylepny, nieprzesiakiwy 10 x 20 cm,
- 4 x kompres z włókniny z wycięciem "Y" 10cm x 10cm, 4 warstwy
- 5 x tupfer z gazy RTG 20 x 20 cm, 17 nitek
- 1x końcówka do ssaka Yankauer Derby z rączką 24 CH, z V.C., z 4 otworami bocznymi,
- 1 x dren PCV 18CH 70cm
- 1 x miska plastikowa okrągła 500 ml niebieska

1 x elektroda czynna, monopolarna 320cz, 3 bolce,
1 x przedłużka do elektrody czynnej z nożem płaskim 15,3 cm,
1 x czyścik do koagulacji 5x5cm, przylepny,
1 x miska 1000ml
1 x kleszczyki plastikowe 23 cm typu korcang,
1 x dren do ssaka 300 cm, CH 24
1 x pudełko na igły i ostrza podwójny magnes z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy, 30 miejsc,
Serwety posiadają pad chłonny o gramaturze 80g/m² i chłonności 680%. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 233 - Pakiet nr 178, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 234 - Pakiet nr 178, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 235 - Pakiet nr 178, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 33g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 236 - Pakiet nr 178, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 237 - Pakiet nr 192, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze 71x116cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 238 - Pakiet nr 192, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze 71x180cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 239 - Pakiet nr 199, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści lusterko laryngologiczne z rączką o długości 180mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 240 - Dotyczy Pakietu nr 173:

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści zestawy do szynowania moczowodów z przewodnikiem o dł. 150 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 241 - Pakiet 75 Infuzory poz 1 i 2

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w pakiecie 75 w pozycjach 1 i 2 wyrazi zgodę na wydzielenie ich z pakietu ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 242 - Pakiet 75 Infuzory poz 1

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w pakiecie 75 w pozycjach 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu
Przenośny, jałowy, apirogeny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu wbudowany w dystalną końcówkę Luer-lock, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy, bez filtra powietrza na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym. W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 48h

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 243 - Pakiet 75 Infuzory poz 2

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w pakiecie 75 w pozycjach 2 wyrazi zgodę na zaferowanie produktu

Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu wbudowany w dystalną końcówkę luer-lock, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy, bez filtra powietrza na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym. W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 2 ml/h, nominalny czas pracy 120h

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 244 Pakiet 4, poz. 3

Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 245 Pakiet 4, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 246 Pakiet 10, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 247 Pakiet 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 248

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 249

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 250

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga informacji na opakowaniu o braku ftalanów.

Pytanie 251

Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 252 Pakiet 10, poz. 2

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200 μ m, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną kłapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, całkowita długość kompy ok. 10 cm, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm³, powierzchnia komory 36,52 cm², powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm² (objętość 3,69 cm³), sterylizacja EO?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 253

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 254

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 255

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga informacji na opakowaniu o braku ftalanów.

Pytanie 256

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 257 Pakiet 25, poz. 5

Czy zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu 2l z możliwością stosowania do 7 dni u pacjenta, system zamknięty, jałowy, posiada odpływ spustowy Cross Valve, dren 110 cm z kłamrą, port do pobierania próbek do badania bakteriologicznego bez odłączania drenu od cewnika, dokładny z podziałką co 25 ml, pojemność 2000 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 258 Pakiet 25, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 259

Czy zamawiający wymaga oświadczenia o możliwości stosowania worka do 7 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 260 Pakiet 25, poz. 4-5

Czy zamawiający wydzieli poz.4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 261 Pakiet 78, poz.1

Czy zamawiający dopuści wymiary 160 cm x 210 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 262 Pakiet 101 poz.3

Czy zamawiający dopuszcza osłonkę lekko pudrowaną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 263 Pakiet 101, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 264 Pakiet 101, poz.6

Czy zamawiający dopuści kieliszki produkowane zgodnie z wymogami stawianymi przed wyrobem medycznym, natomiast odstąpi od wymogu atestu instytutu leków w W-wie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 265 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 266 Pakiet 104, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 267

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 268 Pakiet 105

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 269 Czy zamawiający odstąpi od wymogu testów klinicznych (badań masowych) , ponieważ wskazuje to na jednego producenta, co ogranicza uczciwą konkurencję?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 270

Czy zamawiający wymaga sterylną szczoteczkę do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk, wykonana jest z tworzywa sztucznego, a gęste włosie wachlarzyka z materiału LDPE, co zapewnia pobieranie odpowiedniej ilości materiału do badań? Solidne mocowanie części wachlarza i rękojeści zapewnia bezpieczeństwo w trakcie badania. Szczoteczka jest pakowana indywidualnie, sterylna, co zapobiega potencjalnym infekcjom podczas badań. Szczoteczka typu wachlarzyk jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 271 Pakiet 138, poz.9

Czy zamawiający wydzieli poz.9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 272

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura 25 g/m², długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 273

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 274

Czy zamawiający wymaga fartuchy z certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX%

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 275

Czy zamawiający wymaga wyrób, który spełnia wymagania zasadnicze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) i Dyrektywy Rady 93/42/EWG (93/42/EEC), z późniejszymi zmianami?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 276 Pakiet 154,

Poz.2 - Czy zamawiający dopuści :BASEN PŁASKI, o wymiarach *długość: 350 mm ; szerokość: 275 mm ; wysokość: 95 mm ; pojemność: 2000 ml ; pakowanie: 100 sztuk*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 277

Poz.4 – czy zamawiający dopuści :KACZKA, o wymiarach *długość: 250 mm ; szerokość: 115 mm ; wysokość: 115 mm ; pojemność: 800ml / 900 ml ; pakowanie: 100 sztuk*

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 278 Poz.5 – czy zamawiający dopuści : MISKA 4 LITRY, o wymiarach *długość: 320 mm ; szerokość: 260 mm ; wysokość: 107 mm ; pojemność: 4000 ml ; pakowanie: 100 sztuk*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 279 Poz. 7 – czy zamawiający dopuści : NERKA , o wymiarach 250 mm x 135 mm x 40 mm, o pojemności 700 ml, palowana po 500 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 280 Pakiet 192

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 281 Pakiet 199

Czy zamawiający dopuści lusterka medyczne sterylne, lusterko służące do diagnostyki jamy ustnej pacjenta, posiada gładkie brzegi, które nie powodują uszkodzeń wewnętrznej części jamy ustnej, rączka lusterka posiada 4 mm chropowatą powierzchnię, która ułatwia trzymanie narzędzia i nie pozwala na wyslizgnięcie z dłoni lekarza, średnica lusterka 22mm, średnica powierzchni lustrzanej 19 mm, wykonane z ABS, nie zawiera latexu, długość rączki 165 mm, pakowane w papier-folia?

średnica lusterka	średnica lustrzanej	powierzchni	długość rączki	opakowanie jednostkowe	kolor	materiał
22 mm*	19 mm*		165 mm*	1 szt. opakowanie: papier-folia	biały	ABS nie zawiera latexu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 282 Pakiet 10, poz. 1.

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 283 Pakiet 10, poz. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą ściętą trójpłaszczyznowo komorą kroplową o dł. 6,2 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 284 Pakiet 10, poz. 1.

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonana z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 285 Pakiet 18, poz. 1-4

Czy w ramach oszczędności, Zamawiający dopuszcza także strzykawki z rozszerzoną skalą o min. 20 % w stosunku do poj. nominalnej (2-3 ml, 5-6 ml, 10-12 ml, 20-24 ml), co pozwala nabrać większą poj. leku tańszą strzykawką, np. nabierając 12 ml można użyć wówczas strzykawki 10 ml z rozszerzeniem zamiast strzykawki 20 ml, która jest znacznie droższa.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 286 Pakiet 18, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 287 Pakiet 138, poz. 7

Czy Zamawiający wydzieli poz. 7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 288 Pakiet 141, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 289 Pakiet 141, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Kombinezonu ochronnego bez zintegrowanego obuwia, wykonanego z polietylenu/polipropylenu ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 290 Pakiet 62 pozycja 1:

Ze względu na opakowania zbiorcze dostarczane przez producenta prosimy o dopuszczenie linii do monitorowania gazów oddechowych do środków anestetycznych i CO₂, pakowane w niepodzielne opakowania zbiorcze zawierające po 10 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 291 Pakiet 62 pozycja 4:

Ze względu na opakowania zbiorcze dostarczane przez producenta prosimy o dopuszczenie czujników przepływu Infinity ID pakowane w niepodzielne opakowania zbiorcze zawierające po 5 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 292 Pakiet nr 62

§8 umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do niżej wskazanej wysokości:

- ust. 1a. do 0,2%,
- ust. 1b. do 0,2%,
- ust. 1c. do 10zł,
- ust. 1d. do 10%

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 293 §5 termin płatności

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 30 dniowy termin płatności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 294 Dotyczy Pakiet nr 119:

Czy Zamawiający dopuści dokument z przeprowadzonego badania parametrów punktu końcowego w 3 temperaturach dla przykładowej serii oferowanego testu? Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu

przeprowadzania takich badań dla każdej serii i umieszczania ich na opakowaniu. Badania każdej serii przeprowadzane są w przypadku testów biologicznych zawierających żywe mikroorganizmy gdzie poszczególne serie mogą nieznacznie się różnić, natomiast w przypadku testów chemicznych każda seria kalibrowana jest w ten sam sposób na konkretne parametry.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 295 Dotyczy Pakiet nr 121:

Czy Zamawiający dopuści taśmę o wymiarach 18mmx50m?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 296 3. Dotyczy Pakiet nr 127:

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy pakiet Bowie Dick posiadający test umieszczony wewnątrz celulozowych arkuszy oraz test klasy 1 na zewnątrz pakietu bez arkusza wczesnego ostrzeżenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 297 Dotyczy Pakiet nr 127:

Czy Zamawiający dopuści test Bowie Dick z arkuszem przebarwiającym się po procesie sterylizacji z koloru niebieskiego na czarny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga..

Pytanie 298 5. Dotyczy Pakiet nr 129 pozycja 1 i 2:

Czy Zamawiający dopuści etykiety w rolkach po 500szt. z zapisem informacji w poprzek przesuwu etykiet? Wykonawca użyć na okres trzech lat pasujące do etykiet trzyzędrowe metkownice.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 299 6. Dotyczy wzoru umowy § 8, ustęp 1, punkt a i b: Uprzejmie prosimy o wykreślenie zapisu „gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł, to należna kara wynosić będzie 10 zł”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 300 Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 157 w przedmiotowym postępowaniu:

1Zamawiający określa system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwy własne pasków testowych będących zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co znacząco ogranicza konkurencję

asortymentowo-cenową, tym samym narażając szpital na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów i płynów kontrolnych) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 301

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów i płynów kontrolnych), charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra, zakres pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60% przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; i) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 302

Czy Zamawiający dopuszcza równoważne paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów i płynów kontrolnych), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej i żyłnej przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki

0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 303 PAKIET 9

Poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „z możliwością wielokrotnego pobierania” oznacza, iż oferowany wyrób przeznaczony jest do wielogodzinnego użytkowania klinicznego, do wieloetapowych procedur medycznych takich jak np. pobieranie płynów lub leków z opakowań medycznych jednorazowego użytku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 304 Jeżeli tak, prosimy o doprecyzowanie, czy oferowany wyrób powinien posiadać możliwość identyfikacji pochodzenia /określenie min. producenta lub numeru serii/ w warunkach klinicznych, po ich wypakowaniu z opakowania jednostkowego i użyciu, poprzez oznaczenia przykładowych danych identyfikacyjnych wskazanych przez Zamawiającego na samym wyrobie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 305 PAKIET 20

Poz. 1-8

Prosimy o doprecyzowanie, czy wskazane w siwz długości drenów, to minimalne długości całkowite cewników i drenów tlenowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 306 Prosimy o ujednoczenie wskazanych długości drenów i dopuszczenie do składania ofert we wszystkich opisanych pozycjach na cewniki i maski do tlenoterapii z drenem o jednolitej długości np. min. 200cm lub min. 210cm lub min. 212cm, przy bezwzględnym spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 306 PAKIET 34

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne elektrody pediatryczne do stałego monitoringu, piankowe, z żelazem stałym, o średnicy 35 mm, radioprzeierne, z możliwością zastosowania w TK, MRI, bez

wyposażenia w element do przygotowania naskórka (tzw. tarki) - światowego lidera w produkcji tego typu elektrod firmy Cardinal Health.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 307 Poz. 4

Prosimy o precyzyjne wskazanie modelu defibrylatora Philips posiadanego przez Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii DCO, w celu doboru prawidłowego asortymentu.

Odpowiedź:

Defibrylator Heartstart MRX.

Pytanie 308 PAKIET 52

Poz. 4

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny z trokarem, powinny posiadać skalowanie co min. 2cm, kontrast RTG oraz standardową długość 40cm, tak jak np. w cewnikach tego typu światowego lidera w ich produkcji firmy Medtronic /Covidien/.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 309 Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny z trokarem, powinny posiadać końcówkę ostrą lub tępą do dowolnego wyboru Zamawiającego w zależności od potrzeb klinicznych, przy bezwzględnym spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 310 PAKIET 74

Poz. 1-6 Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły punkcyjne, pakowane zgodnie z normą PN-EN ISO 11607-1:2017-12 odnoszącą się do opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych, przy bezwzględnym spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 311 PAKIET 83

Poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane maski krtaniowe, powinny posiadać zintegrowany element monitorujący ciśnienie w masku, zapewniający ciągłą i szybką informację wizualną o wartości ciśnienia w masce, a tym samym umożliwiającą szybką reakcję w wypadku zmian ciśnienia zagrażającego pacjentowi, przy bezwzględnym spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 312 PAKIET 100

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważny wałek pod klatkę piersiową o wymiarach: 43 x 13 cm, wykonany z gąbki, pakowany w stanie skompresowanym, każda sztuka zabezpieczona folią - światowego lidera w produkcji tego typu pozycjonerów firmy Cardinal Health.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 313 Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważny wałek pod klatkę piersiową o wymiarach: 43 x 13 cm, wykonany z gąbki, pakowany w stanie skompresowanym, każda sztuka zabezpieczona folią - światowego lidera w produkcji tego typu pozycjonerów firmy Cardinal Health.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 314 Pakiet 134 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, warstwa chłonna 75 x 90 cm, gramatura w obszarze wzmocnionym 83 g/m²

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm, włókninowa, 108 g/m²

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250 cm z paskami samoprzylepnymi

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 20 x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m². Chłonność strefy krytycznej 405 ml/m².

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 315 Pakiet 134 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, warstwa chłonna 75 x 90 cm
 - 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm, włókninowa, 108 g/m²
 - 2 samoprzylepne serwety operacyjne 110 cm x 90 cm
 - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 190 cm x 225 cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym 100 cm
 - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 300 cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym 20 + 80 + 20 cm
- Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 316 Pakiet 134 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, z laminatu 2-warstwowego o łącznej gramaturze 76 g/m²
- 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, warstwa chłonna 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
- 1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm
- 1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 317 Pakiet 134 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75 x 100 cm, z workiem do zbiórki płynów, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 318 Pakiet 134 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, z laminatu 2-warstwowego o łącznej gramaturze 76 g/m²

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m², wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm

1 serweta brzuszno - kroczoza wzmocniona 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm, z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm, otworem na krocze 10 cm x 15 cm, osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50 x 60 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 319 Pakiet 134 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania osłony na kończynę wykonanej z termoplastycznej folii elastomerowej oraz elastycznej bielonej dzianiny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 320 Pakiet 134 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm

1 serweta do procedur TUR 210x 260/225 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm, z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny, beziateksowa osłona na palec

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 321

Dotyczy Pakietu 157 (Paski do glukometru ROCHE) poz. 2: Prosimy o dopuszczenie buteleczki płynu kontrolnego o pojemności 2,5 ml, ponieważ płyny kontrolne do glukometru ACCU-Check Performa nie występują w buteleczkach o pojemności min. 4 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 322

Dotyczy par. 6 ust. 1 umowy dla Pakietu 157 (Paski do glukometru ROCHE) i formularza oferty: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostaw interwencyjnych wynoszący 48 godzin roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 323

Czy Zamawiający w Pakiecie 9 dopuści wycenę przyrzędu o opisie:

Pytanie 324

„Urządzenie/kaniula jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania płynu/leku posiada dwa filtry: filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny o wielkości porów 0,1 µm oraz filtr cząsteczkowy o wielkości porów 5 µm, nie zawierające PVC, DEHP i lateksu, z osłonką zabezpieczającą port do pobrań chroniącą przed przypadkową kontaminacją poprzez brak bezpośredniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, objętość wypełnienia 0,25 ml, kompatybilne z opakowaniami płynów infuzyjnych typu butelka” ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 325

Czy Zamawiający w Pakiecie 78 dopuści wycenę koca ratunkowego w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 326

Czy Zamawiający w Pakiecie 141.poz. 4 dopuści wycenę maski bez zaworu oddechowego? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 327

Czy Zamawiający w Pakiecie 163 dopuści wycenę kaniuli wykonanej z PTFE, z portem bocznym zamykanym standardowym koreczkiem, z filtrem hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki rozmiar 24G 0,7x19?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 328

Pakiet 77 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie koców grzewczych dwukolorowych do ogrzewania pacjenta na całe ciało o rozmiarze 210x120cm wykonanych z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu, materiał radioprzezierny i perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza, odporny na rozdarcie, przebicie i zamoczenie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 329

Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności, a tym samym możliwość uzyskania niższych wartości ofert, czy Zamawiający dokona podziału **PAKIETU nr 3** na dwa osobne pakiety:

- **PAKIET nr 3 A** – pozycje 1,2,3, (obecne pozycje 1,2,6)?
- **PAKIET nr 3 B** – pozostałe pozycje?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 330

Czy Zamawiający w **PAKIECIE nr 3A** dopuści złożenie oferty zgodnej z poniższym opisem przedmiotu zamówienia?

PAKIET 3 - TERAPIA DOŻYLNNA

Lp	Nazwa i opis produktu	j.m.	ilość
1	2	3	4

1.	<p>Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu. Posiadająca dodatkowy port do wstrzyknięć, działający w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klik", w pełni kontrolowanym w trakcie użytkowania, zabezpieczony przed przypadkowym otwarciem, 3 paski kontrastujące w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę z filtrem antybakteryjnym hydrofobowym, zapobiegającym zwrotnemu wypływowi krwi w trakcie zakładania kaniuli. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachłapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadrażeniem/zachłapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika.</p> <p>Rozmiary: 0,9 mm - 22G(niebieski) dł. 25 mm , przepływ 42 ml/min. 1,0 mm - 20G (różowy), dł. 32 mm, przepływ 59 ml/min. 1,3 mm - 18G (zielony), dł. 32 mm, przepływ 103 ml/min.</p>	szt.	100000
2.	<p>Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu. Posiadająca dodatkowy port do wstrzyknięć, działający w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klik", w pełni kontrolowanym w trakcie użytkowania, zabezpieczony przed przypadkowym otwarciem. 3 paski kontrastujące w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę z filtrem antybakteryjnym hydrofobowym, zapobiegającym zwrotnemu wypływowi krwi w trakcie zakładania kaniuli. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachłapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadrażeniem/zachłapaniem krwią, uniemożliwiając</p>	szt.	2000

<p>jednocześnie powtórne użycie cewnika.</p> <p>Rozmiary: 1,5 mm - 17G (biały), dł. 45 mm, przepływ 155 ml/min. 1,75 mm - 16G (szary), dł. 45 mm, przepływ 225 ml/min.</p>	
<p>3. Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych, posiadająca skrzydełka, ułatwiająca kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 3 wtopione paski radiocieniujące. Wykonana z biokompatybilnego poliuretanu. Sterylna.</p> <p>Rozmiar 24G – żółty - 0,74 x 19 mm. – przepływ 29 ml/min, 26G – fioletowy - 0,65 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min</p>	<p>szt. 100</p>

Próbka do każdej pozycji

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 331

Pytanie do zadania nr 91

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 91 poz.nr 2 wężyka pacjenta – sterylny, długość 250cm, wyposażony w dwa zawory zwrotne oraz złącze typu luer lock, bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP) i utworzenie dodatkowego pakietu? Alternatywnie prosimy o możliwość składania ofert na poszczególne asortymenty osobno. Wyodrębnienie ww. asortymentu pozwoli Zamawiającemu na pozyskanie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert, niż w przypadku zablokowania całego zamówienia dla Wykonawcy, który ma w swojej ofercie całość asortymentu i może tym samym dyktować wyższe ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 332

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 143, poz. 19 jednorazowej pułapki na polipy, 1 komorowej; montowanej między endoskopem, a ssakiem endoskopowym; produkt niesterylny; 25 sztuk w opakowaniu (8 opakowań)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 333

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 186, poz. 6 jako produkt alternatywny (do wyboru w momencie zamawiania) igły o średnicy ostrza 21G z maksymalną średnicą części wprowadzanej do endoskopu 1,9 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 334

dot. projektu umowy § 6, ust.1 oraz Formularz ofertowy pkt. III ppkt. 3

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostaw interwencyjnych dla pakietów 143, 185, 186 (endoskopia)? Zużycie narzędzi endoskopowych można zaplanować z wyprzedzeniem i zamówić w normalnym trybie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 335

dot. projektu umowy § 6, ust.1 oraz Formularz ofertowy pkt. III ppkt. 3

W przypadku braku zgody na rezygnację z wymogu dostaw interwencyjnych dla pakietów 143, 185, 186 prosimy o wydłużenie terminu tychże dostaw do 72 godzin.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 336 Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 337

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 338

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy pakiet 115

Czy ze względu na fakt, iż opakowania papierowo- foliowe są wyrobem medycznym klasy I, dla których nie ma konieczności potwierdzenia ich jakości przez niezależną jednostkę notyfikowaną Zamawiający odstąpi od wymogu

przedstawienia wyżej wymaganego dokumentu i wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkty, dla których zgodność z normą potwierdzona jest certyfikatem producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 339 Dotyczy pakiet 115

Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktoqram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaofierowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 340 Dotyczy pakiet 115

Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 341

Dotyczy pakiet 115

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 342 Dotyczy pakiet 115

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo – foliowe, na których znak CE umieszczony jest na etykiecie umieszczonej między rękawem a folią zabezpieczającą?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 343 Dotyczy pakiet 118

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofierowanie testu wykrywającego pozostałości białkowe, niewymagającego inkubacji w postaci urządzenia „all in one” o poniższej specyfikacji?

Szybki test kontroli pozostałości białkowych, zgodny z poniższymi parametrami:

- test nie wymagający dodatkowego oprzyrządowania, typu "all in one",

- wynik od 1 minuty, bez stosowania inkubatora,
- odczyt wyniku, za pomocą zmiany koloru z zielonej na fioletową (przy obecności pozostałości białkowych),
- opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 344 Dotyczy pakietu nr 123

Czy Zamawiający wymaga, aby substancja wskaźnikowa umieszczona była na całej długości testu? Umożliwi to łatwiejszą i dokładniejszą interpretację wyniku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 345

dot. Załącznika nr 6 do SIWZ – Wzór umowy § 6, pkt. 4

Prosimy o modyfikację punktu 4 w następujący sposób:

„4. Przedmiot umowy musi być dostarczany w pełni zabezpieczony przed uszkodzeniami i zapewniający jego identyfikację - czytelnie oznakowany w języku polskim **lub angielskim oraz za pomocą zharmonizowanych piktogramów.** Na opakowaniu zawarte zostaną w szczególności informacje: nazwa produktu, nazwa producenta, data sterylizacji, termin ważności.”

W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie asortymentu z etykietami oznakowanymi w języku angielskim oraz za pomocą zharmonizowanych symboli (piktogramów) w zakresie pakietów 92 i 93.

W asortymencie, który chcemy Państwu zaoferować, nazwa handlowa wyrobu medycznego jest w języku angielskim, czego ani producent ani Wykonawca nie są w stanie zmienić, ponieważ wyroby te posiadają certyfikaty dopuszczające wyrób do stosowania i użytku wystawione zgodnie z angielską nazwą handlową. Etykiety posiadają również powszechnie stosowane, zgodne z obowiązującymi przepisami czytelne piktogramy pozwalające na identyfikację wyrobu oraz ważnych informacji, takich jak: data produkcji, numer serii, data ważności, sterylność itp. Nasze wkłady z takimi właśnie oznaczeniami są akceptowane i stosowane z powodzeniem w kilkudziesięciu publicznych jednostkach służby zdrowia w całym kraju.

Stosowanie takich etykiet jest też zgodne z obowiązującą Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 poz. 211).

„Art. 14. 1. Wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają oznakowania i instrukcje używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

2.22) *Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane świadczeniodawcom, za ich pisemną zgodą, miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.”*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 346

Pakiet nr 114 poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

Rękawice niesterylne, bezpydrowe, nitrylowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, mankiet rolowany, o parametrach: długość min. 240 mm, grubość na palcu 0,11 – 0,12 mm, na części dłoniowej 0,07 – 0,08 mm, na mankiecie 0,06 mm. Siła zrywu przed starzeniem 6,9 – 7,2 N, po starzeniu 6,3 – 6,4 N. AQL = 1,5. Zgodność z wymaganiami normy EN 455-1-2-3-4, rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, które zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EEC w kategorii III Środka Ochrony Indywidualnej, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, zgodne z normą EN 16523-1. Przebadane na przenikanie 12 cytotatyków normą ASTM D6978 potwierdzone badaniami z niezależnego laboratorium. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Rozmiar od S do XL. Pakowane a'100 szt. (z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań).

Jednocześnie prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla diagnostycznych rękawic nitrylowych. W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki. Państwa zgoda pozwoli na zwiększenie ilości złożonych ofert w tych trudnych czasach. Bez jej wydzielenia konkurencja będzie znacznie ograniczona.

Odpowiedź:

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 347 WZÓR UMOWY

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:

Siła Wyższa

1. Którąkolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich

zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dodaje §10 – Siła wyższa, o następującej treści:

1. Żadna ze stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia niezależne od obu stron i powstałe z przyczyn o obiektywnym charakterze, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację umowy, w tym m. in. epidemię SARS-CoV-2 lub inną epidemię o zasięgu co najmniej krajowym.
2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, strona której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych, za pośrednictwem faksu lub e-mailem powiadomi drugą stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia Siły Wyższej.
3. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwi dokończenie realizacji umowy lub też stan Siły Wyższej będzie trwał nieprzerwanie przez okres co najmniej 90 dni, strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać umowę bez nakładania na żadną ze stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanej do tej chwili dostawy.
4. W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu, jak i o ustaniu okoliczności Siły Wyższej, jak również nie przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 3, ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania.

Pytanie 348 Pakiet 133 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do nakłucia opłucnej bez strzykawkę z solą fizjologiczną, z peanem o dł. 13 cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Obecnie ten zestaw jest dostarczany do Państwa szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 349 Pakiet 133 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z peanem o dł. 13 cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Obecnie ten zestaw jest dostarczany do Państwa szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 350 Pakiet 178 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o rozmiarze 210cm x 160cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 351 Pakiet 178 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szorty w rozmiarze M,L,XL? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 352 Pakiet 178 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści długie spodnie w rozmiarze uniwersalnym z otworem na badanie kolonoskopowe? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 353 Pakiet 178 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym, o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 354 Pytanie dot. projektu umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak, za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 355

Czy Zamawiający zgadza się aby § 5 ust. 8 wzoru umowy otrzymał następującą (lub podobną) treść: *„Faktura winna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w języku polskim; zaleca się, aby była sygnowana nr zamówienia i umowy z zaznaczeniem nazwy dostarczonego wyrobu (producent i nr katalogowy) z powołaniem się na odpowiednią poz. z załącznika do niniejszej umowy, nr seryjnym wyrobu oraz datą ważności dostarczonego wyrobu.”*

Takie dane jak numer zamówienia, numer umowy, numer serii i data ważności wyrobu nie muszą być zamieszczane na fakturze według art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tak wielu szczegółowych danych na fakturach. W tej

sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, bezwzględnie wymagane zamieszczenie tych danych bezpośrednio na fakturze może być utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami, a tym samym niekorzystnie wpłynąć na kalkulację ceny oferowanej w przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis § 5 ust. 8, który otrzymuje brzmienie: *„Faktura winna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w języku polskim; zaleca się, aby była sygnowana nr zamówienia i umowy z zaznaczeniem nazwy dostarczonego wyrobu (producent i nr katalogowy) z powołaniem się na odpowiednią poz. z załącznika do niniejszej umowy, nr seryjnym wyrobu oraz datą ważności dostarczonego wyrobu.”*

Pytanie 356

Zważywszy na treść § 6 ust. 12 wzoru umowy - kto, kiedy i w jakiej formie ma dokonywać potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w tym przepisie?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli dostawę przedmiotu umowy zrealizowaną bez zamówienia Zamawiającego.

Pytanie 357

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 lit. a, b i c wzoru umowy słowa „opóźnienie” i „opóźnienia” zostały zastąpione odpowiednio słowami „zwłokę” i „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, *„kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”* Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając *„uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 358

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 8 ust. 1 lit. a wzoru umowy wyrażenie *„bez dodatkowego wezwania wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy”* zostało zastąpione wyrażeniem *„po dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy”*?

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;
faks: 71 36-89-219
NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 359

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy w zakresie Pakietu nr 18, nr 25, nr 67, nr 91 oraz nr 172.

W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający modyfikuje SIWZ, Załącznik nr 2 - Formularz oferty, Załącznik nr 4 – Umowa użyczenia oraz załącznik nr 6 – Projekt umowy. Wszystkie powyższe dokumenty dostępne na Platformie Zakupowej.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Inwestycyjno-Eksploatacyjnych
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Grzegorz Strykowski

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
Joanna Głombowicz
mgr Joanna Głombowicz

Przygotowała:
Joanna Głombowicz