

ZAWIERDZAM

NACZELNIK
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
nadkom. Jolanta WOŁYNKIEWICZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

Materac z wypełnieniem piankowym, typ: szpitalny z przeznaczeniem do PDOZ.

Materac wykonany z pianki poliuretanowej, pokryty tkaniną PCV lub podobną np. SanMed C460.

Wymiary materaca: długość – 200 cm, szerokość – 80 cm, wysokość: 5 cm.

Materac zszyty na stałe (brak możliwości dostania się do środka), obszycie wykonane bez zamków w sposób uniemożliwiający rozprucie lub rozerwanie materaca.

Materiał nieprzepuszczający cieczy do wewnątrz, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji. Odporny na przetarcia i otarcia przedmiotami.

Kolor stonowany

Okres gwarancji: 24 miesiące.

Szacowana ilość podczas obowiązywania umowy: 175 szt.

TECHNIK
Sekcji V
Wydziału Zaopatrzenia KSP
Adriana EPA

KIEROWNIK
Sekcji V Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
mgr Sylwia CESARSKA