



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

tel.: 68 347 73 00

fax: 68 384 25 90

e-mail: [sekretariat@spzozwolsztyn.pl](mailto:sekretariat@spzozwolsztyn.pl)

<http://www.spzozwolsztyn.pl>

NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia 08. maja, 2020 r.

### Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/104/2020

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego pn" **Sukcesywna 24 miesięczna dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów zużywalnych, materiałów kontrolnych, elektrod/membran, kapilar, strzykawek do wykonania 4000 badań parametrów równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZOZ w Wolsztynie; PN/8/2020**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - (tekst jedn.: Dz.U.2019.1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### ZESTAW I

Pytanie 1.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczania mocznika, kreatyniny i bilirubiny z zachowaniem pozostałych parametrów oznaczanych?

**Odpowiedź:** Zamawiający odstępuje od oznaczania kreatyniny i mocznika. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga oznaczania panelu kooksymetrii, gdyż brak jest informacji o tym załączniku nr 3 dotyczącym parametrów granicznych?

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający wymaga oznaczania panelu kooksymetrii. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający zmieni wymóg dotyczący maksymalnej objętości próbki i dopuści analizator o maksymalnej objętości próbki wynoszącej 140µl?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 4 .

Czy Zamawiający dopuści manualny system kontroli jakości badań z dedykowanym materiałem kontrolnym na 3 poziomach?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

#### ZESTAW II

Pytanie nr 1

Dotyczy: zał. nr 8 „Wzór umowy” - § 2 Przedmiot umowy pkt. 3b

W związku z tym, że stabilność odczynników na pokładzie analizatora, który chcemy zaoferować wynosi 30 dni, co umożliwia przewidywalność wymian, prosimy o informację czy Zamawiający dopuści analizator, którego odczynniki będą miały datę ważności po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego nie krótszą niż 3 miesiące?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza analizator, którego odczynniki będą miały datę ważności po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego nie krótszą niż 3 miesiące. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

KIEROWNIK  
Medycznego Laboratorium Diagnostycznego  
*mgr Andrzej Wyciński*  
diagnosta laboratoryjny, specjalista analityki klinicznej

Z wyrazami szacunku  
DIREKTOR  
*Karol Mońko*

Sporządziła: Bernadeta Kurp we współpracy z KP

