



Poznań, dnia 22.08.2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-59/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1:

1. Czy w pakiecie nr 23 Zamawiający zgadza się na zaferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

- Poz. nr 3: rozmiar oferowanej siatki przepuklinowej 5x10 cm lub 10x15 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaferowanie siatki przepuklinowej w rozmiarze 5x10 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

2. Czy w pakiecie nr 29 Zamawiający zgadza się na zaferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

- Poz. nr 3: absorpcja szwu w terminie 180-220 dni. 65-90% początkowej wytrzymałości węzła na rozciąganie po 28 dniach po zaimplantowaniu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaferowanie szwu o absorpcji w terminie 180-220 dni. 65-90% początkowej wytrzymałości węzła na rozciąganie po 28 dniach po zaimplantowaniu, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 2:

Dotyczy Pakiet nr 5, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności ofert: „Rurka intubacyjna, zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z przewodnicą w komplecie, znacznik głębokości w postaci czarnego okręgu, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie. Długość rurki skalowana co 1 cm z oznaczeniem liczbowym co 2 cm. Niebieski wskaźnik wypełnienia mankieta z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankieta. Końcówka rurki skośna z okiem Murphego po boku. Na przewodnicy oznaczona średnica oraz przekreślona cyfra „2” - oznaczająca produkt jednorazowy. Rozmiar: od 3,5 do 10,0 mm (rozmiary co pół). Produkt sterylny, pakowany folia-papier. Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności, średnica wewnętrzna rurki oraz średnica niewypełnionego mankieta.”

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zaferowania rurki zgodnie z SWZ.

Opracowała: Beata Tyłska

