

Lubań, dnia 20 marca 2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 5

do treści SWZ na „Dostawę wraz z montażem sterylizatora parowego dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr postępowania ZP/03/2023

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Dot. pkt. 5 Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści komorę ze ścianą o grubości 6mm, która nieznacznie odbiega od wymaganej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dot. pkt. 8 Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych tj. 660 x 700 x 1000 mm (SxWxD) ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Dot. pkt. 9 Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych tj. 1250 x 1980 x 1350 mm (SxWxD) ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Dot. pkt. 10 Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator o mocy przyłączeniowej 52,5 kW ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Dot. pkt. 10 Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator o mocy przyłączeniowej 42,5 kW ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6

Dot. pkt. 25 Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści komorę wykonaną w sposób zapobiegający przed wydostaniem się gorących kropli w przypadku awaryjnego otwarcia drzwi bez przewężenia światła na wejściu i wyjściu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dot. pkt. 26 i 27 **Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia:**

Czy Zamawiający dopuści wodowskaz umieszczony w strefie serwisowej sterylizatora ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8

Dot. pkt. 51 **Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia:**

Czy Zamawiający dopuści czas reakcji na zgłoszoną awarię w okresie gwarancyjnym w dni robocze maksymalnie do 48 godz.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

Dot. pkt. 52 **Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia:**

Czy Zamawiający dopuści zapewnienie dostępności do części zamiennych do urządzenia przez okres minimum 10 lat od daty instalacji ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10

Dot. **Załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy: dot. par. 2:**

Czy Zamawiający dopuści termin wykonania zamówienia do 18 tygodni od dnia otrzymania od Zamawiającego pisemnej informacji o uzyskaniu zgody na finansowanie przedmiotu zamówienia w formie pożyczki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11

Dot. **Załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy: dot. par. 5, ust. 9:**

Wskazujemy, że zdjęcie blokad oraz kodów serwisowych może spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Blokad oraz kody serwisowe na urządzeniach zostały zastosowane przez producentów urządzeń (nie tylko Wykonawcy) w celu ograniczenia niepożądanego ingerencji w urządzenie i dokonywania nieuprawnionych, niezgodnych z instrukcją obsługi czynności serwisowych. Każda osoba uprawniona do dokonywania wszelkich czynności (prawidłowych i zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa pacjentów) serwisowych posiada odpowiednie dostępy do urządzenia. Zdjęcie blokad oraz kodów serwisowych może spowodować nieprawidłowości w serwisowaniu urządzenia jego awarie, usterki i przestoje, co w konsekwencji może narazić na niebezpieczeństwo pacjentów. W związku z powyższym wnosimy o odstąpienie od ww. wymogu. Ewentualne usunięcie ww. blokad mogłoby nastąpić w sytuacji, w której inne podmioty serwisujące urządzenie posiadałyby odpowiednie certyfikaty i szkolenia producenta urządzeń, gdyż wyłącznie takie podmioty posiadałyby niezbędną wiedzę do prawidłowego serwisowania urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Po zakończeniu okresu trwania umowy Zamawiający oczekuje zdjęcia blokad celem możliwości wykonania usługi serwisu u innego podmiotu niż producent/autoryzowany przedstawiciel.

Pytanie 12

Dot. Załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy: dot. par.7, ust. 1 pkt b:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 0,5% za dzień w razie zwłoki w dostarczeniu urządzenia albo zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności urządzenia z Umową ?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na Pytanie 4 w PYTANIACH I WYJAŚNIENIACH Nr 1.

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA