

wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 08.07.2021
EZ/350/25/2020/.....⁴⁶²...

Wg rozdzielnika - do wszystkich uczestników i zainteresowanych
Dotyczy: Zakup i dostawa sprzętu medycznego niesterylnego- tryb podstawowy 25/2021

Wielkopolskie Centrum Onkologii udziela odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiotowym postępowaniu:

A) Zdanie nr 6, pozycja nr 1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Kołderka grzewcza na całe ciało pacjenta dorosłego. Wymiary 203 cm x 91 cm +/- 1cm, do użytku u jednego pacjenta. Bezląteksowa, dwuwarstwowa kołderka, wykonana z materiału nietkanego oraz folii, dwukolorowa kołderka, pozwalająca na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Nie posiadająca perforacji, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki. Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania do węża urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera. Kołderki współpracujące z urządzeniami Bair Hugger model 775, WarmAir® oraz Thermacare bez konieczności stosowania jakichkolwiek adapterów, czy osprzętu podłączeniowego - wymagany dokument potwierdzający ten fakt, wystawiony przez producenta urządzenia grzewczego.

Odp. Tak, dopuści

B) Zdanie nr 6, pozycja nr 1


W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Kołderka grzewcza na całe ciało pacjenta dorosłego:

- wymiary 127cm x 233.7cm (+/-2%)
- do użytku u jednego pacjenta
- bezłateksowe
- 2 warstwowe
- wykonane z materiału nietkanego oraz folii
- bez perforacji
- równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki
- przystosowane do pracy z Kołderka grzewczymi nisko przepływowymi o maksymalnych wartościach przepływu powietrza: 980 l/min
- konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe (obok filtra wbudowanego w urządzenie) filtrowanie nadmuchiwanego powietrza
- system mocowania do węża urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera

- współpracujące z urządzeniami Bair Hugger model 775, WarmAir oraz Thermacare bez konieczności stosowania jakichkolwiek adapterów, czy osprzętu podłączeniowego
Odp. Nie, nie dopuści. Wymiary kołderki są zbyt duże

Z poważaniem,

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr inż. Magdalena Kraszewska