

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Dąbrowa Górnicza, dnia 18.02.2021r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania

Usługa serwisowa i przeglądy wysokospecjalistycznej aparatury firmy Siemens

Symbol sprawy: ZP/112/ZCO/2020

Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi z dnia 04.02.2021r. zestaw pytań nr 2 pytanie nr 11

Zestaw pytań nr 2

Pytanie nr 11

dot. Załącznika nr 3 do SIWZ Opisu przedmiotu zamówienia, Kontrola jakości, pakiet nr 3

Ostatnia informacja, dotycząca wymiany Adsorbera, w której posiadaniu jesteśmy mówi o wymianie tej części w maju 2017 roku. Zgodnie z zaleceniami producenta Adsorber powinien zostać wymieniony najpóźniej po 3 latach (wymagane związane z bezpieczeństwem). Prosimy o podanie daty ostatniej wymiany części Adsorber. Powyższe ma na celu prawidłowe skalkulowanie oferty.

Odpowiedź.

Zamawiający informuje że ostatnia wymiana Adsorbera była w lutym 2021 r.

Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa, Kontaktowania
i Spraw Organizacyjnych i Administracyjnych
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
mgr Agnieszka Kocot