



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Nr Certyfikatu 14180  
ISO 9001, ISO 14001  
OHSAS 18001

Szczecin, dnia 10.04.2019 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 7/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 19 zadań do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

**Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 3**

**1. Zadanie 7, poz. 3**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3 z pakietu 7. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odp.: Zamawiający nie wydziela poz. 3. Asortyment w Zadaniu 7 poz. 1-3 jest o tej samej specyfice i zastosowaniu.**

**2. Zadanie 7, poz. 3**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza jeśli reszta zapisów SIWZ zostanie spełniona.**

**3. Zadanie 8, poz. 5**

Czy zamawiający wydzieli poz.5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji.**

**4. Zadanie 8, poz. 4**

Czy zamawiający wydzieli poz.4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji.**

**5. Zadanie 8, poz. 4**

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanych parametrów w zakresie ilości warstw, ze względu na inne właściwości użytkowe wynikające z grubości.**

**6. Zadanie 8, poz. 4**

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpieniu od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza wyroby sterylizowane tlenkiem etylenu, po spełnieniu reszty wymogów SIWZ.**

KOMENDANT

  
mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO

I.B. 91/ 810 59 82