

Sprawa nr: A.272.6.2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr A.272.6.2024, w trybie podstawowym bez negocjacji, na „Zakup analizatora TOC z osprzętem do badania ogólnego węgla organicznego w wodzie”.*

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuści analizator o regulowanej objętości pomiarowej próbki w zakresie 100 µl do 1000 µl.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza analizator o regulowanej objętości pomiarowej próbki w zakresie 100 µl do 1000 µl.

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga:

„pkt 13) „objętość pomiarowa próbki min. 100 µl **max. 2000 µl;**”