



UNIwersytet Medyczny  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00  
fax (061) 854-61-46  
e-mail: [dzp@ump.edu.pl](mailto:dzp@ump.edu.pl)

L. dz. DZP- 385 /23

Poznań, dnia 05.06.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy**  
**- platforma zakupowa**

**Dotyczy: Tpm-42/23** postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na **dostawę wraz z transportem, wniesieniem oraz instalacją komór laminarnych w podziale na 2 części.**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela poniższych odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

*Część 1: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z tylną ścianą powierzchni roboczej wykonanej ze stali nierdzewnej AISI304L, ale niemalowanej farbą epoksydową? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.*

**Odpowiedź:**

**Nie, zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2 :**

*Część 1: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w lampę UV zainstalowaną na stałe w komorze roboczej z przodu w jej górnej części? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.*

**Odpowiedź:**

**Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3:**

*Część 1: Czy*

*Zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w lampę typu LED o intensywności świecenia 1000 luksów z możliwością regulacji intensywności? Intensywność światła dziennego wynosi 700-800 luksów, wyższa intensywność męczy wzrok. Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.*

**Odpowiedź:**

**Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4:**

*Część 1: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o głębokości wewnętrznej 548 mm? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.*

**Odpowiedź:**

**Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5:**

*Część 1: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z poziomem głośności < lub = 58 dBA? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.*

**Odpowiedź:**

**Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6:**

*Część 2: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości zewnętrznej 1049 mm? Różnica wynosi 14 mm. Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.*

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 7:**

*Część 2: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wysokości wewnętrznej 580 mm? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie*

**Odpowiedź:**

**Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8:**

*Część 2: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o głębokości zewnętrznej 764 mm? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.*

**Odpowiedź:**

**Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 9:**

*Część 2: Czy*

*Zamawiający dopuści komorę laminarną, której wnętrze wykonane jest ze stali nierdzewnej AISI304L nie malowanej? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.*

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 10:**

*Część 2: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną, bez wyświetlania wartości temperatury? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.*

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 11:**

*Część 2: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV, oferowana komora posiada oddzielne liczniki godzin pracy dla lampy UV i dla filtrów? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.*

**Odpowiedź:**

**Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 12:**

*Część 2: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną, której panel sterowania wraz z wyświetlaczem jest zainstalowany nie centralnie tylko z prawej strony? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.*

**Odpowiedź:**

**Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 13:**

*Część 2: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez % wskaźnika użycia lampy UV? Oferowana komora posiada licznik godzin pracy dla lampy UV. Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.*

**Odpowiedź:**

**Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 14:**

*Część 2: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w lampę typu LED o intensywności świecenia 1000 luksów z możliwością regulacji intensywności? Intensywność światła dziennego wynosi 700-800 luksów, wyższa intensywność męczy wzrok. Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.*

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

*Opracowała: Justyna Bittner-Dobak*

*e-mail: [dzp@ump.edu.pl](mailto:dzp@ump.edu.pl)*

*tel.: 61 854 60 17*

**Pytanie 15:**

*Część 2: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z poziomem głośności < lub = 58 dBA? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.*

**Odpowiedź:**

**Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 16:**

*Część 2: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w lampę UV zainstalowaną na stałe w komorze roboczej z przodu w jej górnej części? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.*

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 17:**

*Część 2: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w dwa gniazda elektryczne zlokalizowane na ścianie tylnej? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.*

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 18:**

*Część 2: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez wyjścia RS232? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.*

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 19:**

*Część 2: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez możliwości regulacji balansu proporcji przepływu powietrza recykulowanego i wylotowego? Oferowana komora ma stały balans 30/70 (powietrze wylotowe/powietrze recykulowane). Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.*

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 20:**

*Czy Zamawiający dopuści komorę z nawiewem laminarnym zgodnym z wymaganiami normy EN12469:2000 z filtrem głównym równoległym do blatu roboczego. Rozwiązanie to redukuje ilość turbulencji powietrza względem filtrów zlokalizowanych ukośnie względem blatu?*

**Odpowiedź:**

**Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 21:**

*Czy Zamawiający dopuszcza wysokość otwarcia okna frontowego do 46,1cm?*

**Odpowiedź:**

**Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 22:**

*Czy Zamawiający dopuszcza tylną ścianę z wysokogatunkowej stali nierdzewnej niemalowanej? Jest to profit względem wymagań, gdyż miejsce to jest podatne na zarysowania i promieniowanie UV, a rozwiązanie to zapewnia większą trwałość, lepszą podatność na czyszczenie, mniejszą chropowatość i estetykę na długie lata.*

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 23:**

*Czy Zamawiający dopuszcza lampę UV mocowaną na stałe na do tylnej ściany w jej górnej części.*

**Odpowiedź:**

**Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 24:**

*Czy Zamawiający dopuści gniazdo zlokalizowane w części metalowej ściany bocznej? Zapewni to lepszy dostęp dla użytkownika.*

**Odpowiedź:**

**Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 25:**

*Czy Zamawiający dopuści energooszczędne i trwałe oświetlenie typu LED zamiast oświetlenia fluorescencyjnego?*

**Odpowiedź:**

**Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 26:**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szybę wielowarstwową ustawioną pod kątem 7 stopni?*

**Odpowiedź:**

**Nie, zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 27:**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę bez " Funkcja automatycznego wyłączenia lampy UV w momencie włączenia oświetlenia fluorescencyjnego", ale za to z oddzielnym i na panelu sterowania klawiszami funkcyjnymi wł/wył. Lampę UV oraz światło?*

**Odpowiedź:**

**Nie, zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 28:**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę bez baterii litowej?*

**Odpowiedź:**

**Nie, zamawiający nie dopuszcza.**

**Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.**