

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa kriostatu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Ilość: 1 szt.

Kriostat laboratoryjny musi posiadać poniższe minimalne parametry techniczne:

1. Zakres temperatur: od -20 do 170°C
2. Pojemność łaźni: min.7 L
3. Stabilność temperatury: +/-1°C
4. Złącze dodatkowe: RS-232
5. łaźnia: musi być wykonana ze stali nierdzewnej
6. Pompa zapewniająca przepływ: min 10 l/min
7. Alarm zabezpieczający przed przegrzaniem oraz zbyt niską objętością płynu w łaźni