



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 574/11/2020

Chrzanów, 02.11.2020 r.

## Wykonawcy

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na „Dostawa materiałów szewnych i siatek przepuklinowych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” – sprawa nr 94/2020.**

### 1. Pakiet 11:

Czy Zamawiający dopuści jałowy воск kostny będący mieszaniną białego wosku pszczelego(83%), parafiny stałej (5%) i palmitynianu izopropylu (12%).

Składnik jaki jest palmitynian izopropylu znacząco wpływa na miękkość wosku.

**Odp. Tak dopuszczamy.**

### 2. Pakiet 1 poz.1-26

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, że zaoferowany asortyment musi pochodzić od jednego producenta, Na każdej pozycji opis w języku polskim, seria i data ważności zgodnie z wymogami prawa farmaceutycznego, REF, nr katalogowy oraz kod metryczkowy na każdym pojedynczej saszetce, Szwy mają być mocne nienaciągające się, zwłaszcza plecionki o nierozwiązywalnych węzłach, Nici nie mogą dawać odczynów zapalnych i posiadać mocne nieodkształcające się igły ?

**Odp. Wszystkie wymagania są opisane w siwz oraz pakietach: "Pakiety 1 (...) zaoferowany asortyment musi pochodzić od jednego producenta. Na każdej pozycji opis w języku polskim, seria i data ważności zgodnie z wymogami prawa farmaceutycznego, REF, nr katalogowy. Szwy mają być mocne nienaciągające się, zwłaszcza plecionki o nierozwiązywalnych węzłach. Nici nie mogą dawać odczynów zapalnych i posiadać mocne nieodkształcające się igły".**

### 3. Pakiet 1 poz. 23,24





Czy Zamawiający dopuści szew o długości 70 cm spełniający pozostałe oczekiwania Zamawiającego?

**Odp. Nie dopuszczamy, zgodnie z siwz.**

**Dot. umowy:**

4. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §6 ust.2a. „w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia” na „w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki”?

**Odp. Zgodnie z siwz.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16


Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

5. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §6 ust.2b. „w wysokości 10% wynagrodzenia brutto” na „w wysokości 10% wartości niezrealizowanej brutto umowy”?  
**Odp. Zgodnie z siwz.**
6. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §6 ust.2c. „w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia” na „w wysokości 1% wartości nieusuniętej w terminie zgłoszonej reklamacji za każdy dzień zwłoki”?  
**Odp. Zgodnie z siwz.**
7. **Pakiet 1, poz. 23**  
Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?  
**Odp. Zgodnie z siwz.**
8. **Pakiet 2**  
Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, pleciony, powlekany o okresie podtrzymywania tkanek po 8-11 dniach ok. 50%, okres wchłaniania 42 dni?  
**Odp. Zgodnie z siwz.**
9. **Pakiet 3, poz. 7**  
Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?  
**Odp. Zgodnie z siwz.**
10. **Pakiet 3, poz. 11**  
Czy Zamawiający dopuści igłę podwójną, pozostałe parametry bez zmian?  
**Odp. Zgodnie z siwz.**
11. **Pakiet 4**  
Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, pleciony, powlekany o okresie podtrzymywania tkanek po 8-11 dniach ok. 50%, okres wchłaniania zgodny z SIWZ?  
**Odp. Tak, dopuszczamy.**
12. **Pakiet 5, poz. 5**  
Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 12 mm z nitką o długości 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?  
**Odp. Tak, dopuszczamy.**
13. **Pakiet 7, poz. 1**  
Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 12 mm, pozostałe parametry bez zmian?  
**Odp. Tak, dopuszczamy.**
14. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 11, 14 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od daty złożenia reklamacji” na „...od daty uznania reklamacji”.  
**Odp. Zgodnie z siwz.**





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

15. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 2:

2. Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
  - a) za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy oraz dostawę niezgodną z zamówieniem – w wysokości 0,5 % wartości brutto danego zamówienia, lecz nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia oraz nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w wykonaniu/ niezgodnego z zamówieniem przedmiotu umowy,
  - b) w przypadku niedotrzymania terminu wymiany towaru na wolny od wad (pełnowartościowy), Zamawiający naliczać będzie karę w wysokości 0,5% wartości brutto zareklamowanego towaru, lecz nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia oraz nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanego towaru,
  - c) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.

Odp. Zgodnie z siwz.

16. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 7 ust. 1).

Odp. Zgodnie z siwz.

17. Pakiet 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych w sterylne, podwójne szczelnie zamknięte saszetki tj. wewnętrzne opakowanie - kartonik podtrzymujący szew, następnie papierowa koperta posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne folia-papier?

Odp. Tak, dopuszczamy.

18. Pakiet 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł odwrotnie tnących we wszystkich pozycjach pakietu?

Odp. Zgodnie z siwz.

19. Pakiet 6, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm?

Odp. Zgodnie z siwz.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

20. Pakiet 6, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „0”?

Odp. Zgodnie z siwz.

21. Pakiet 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 3/0 i długości 250cm?

Odp. Zgodnie z siwz.

22. Pakiet 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „0”?

Odp. Zgodnie z siwz.

23. Pakiet 9, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązki o długości 250cm?

Odp. Tak, dopuszczamy.

24. Pakiet 9, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązki o długości 180cm lub 250cm?

Odp. Tak, dopuszczamy.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

mgr Anna Hosińska

Sporządziła:

Dział Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia  
Szpital Powiatowy w Chrzanowie  
32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16  
tel. 32 624 70 34 ; 32 624 70 39  
fax. 32 623 70 72



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892