



INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa aparatury medycznej dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego*”

Pytanie 1 – dotyczy Zadania nr 3 ad. 3

Czy Zamawiający dopuści wymiary monitora: 350 x 250 x 180 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy Zadania nr 3 ad. 10

Czy Zamawiający dopuści pamięć 128 zdarzeń arytmii wraz z krzywymi powiązаныmi (ARR)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy Zadania nr 3 ad. 21

Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru +/-5 mmHg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy Zadania nr 3 ad. 22

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory ze wskazanym maksymalnym czasem pomiaru: Dorosły, dziecko: 120s, noworodek: 90s.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy Zadania nr 3 ad. 30

Czy Zamawiający dopuści z pomiarem częstości oddechowej z czujnika SpO2 w zakresie od 4 do 70 odd/min?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy Zadania nr 3 ad. 31

Czy Zamawiający dopuści pomiar EKG przy pomocy 3 odprowadzeniowego kabla lub 5 odprowadzeniowego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy Zadania nr 3 ad. 43

Czy Zamawiający dopuści alarm apnea (bezdechu) regulowany od 10 s do 40 s? Opóźnienie alarmu bezdechu ustawione na czas dłuższy niż 40 sekund może być niebezpieczne dla pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy parametr. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Pytanie nr 8 – dotyczy Zadania nr 3 ad. 57

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z kalkulatorem natlenienia wbudowany w monitor z możliwością wpisania RQ, CO, PvO₂, bez możliwości wpisania VO₂?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy Zadania nr 3 ad. 58

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez współpracy z czujnikiem kropel do wlewu kroplowego?


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych


mgr inż. Jacek Banaszak

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych


inż. Monika Wojciechowska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

