



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www. szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 26.07.2023 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **IMPLANTY ORTOPEDYCZNE**

Nr postępowania: ZP/19/23

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16 ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. **Dot. Pakietu Nr 7** – substytuty kości - Czy Zamawiający dopuści bloki, cylindry i wstrzykiwalne substytuty kostne w nast. rozmiarach:
Blok 5x5x20mm dla poz. 4
Blok 10x20x30mm dla poz. 5
Cylinder 6x25mm dla poz. 6
Wstrzykiwalny substytut kostny 5cc dla poz. 9
Wstrzykiwalny substytut kostny 10cc dla poz. 10
Zamawiający nie dopuszcza.
2. **Dot. Pakietu Nr 3** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu wstawienia w komis implantów opisanych w tym pakiecie oraz wyrażenie zgody na dosyłanie zestawu lotnego każdorazowo na planowany zabieg.
Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje odpowiednio zapisy SWZ oraz projektów umów.
3. **Dot. zapisów SWZ, rozdz. 4 pkt. 9 (§ 4 ust. 3 wzoru umowy Załącznik nr 6)** – Czy Zamawiający zgodzi się na pozostawienie wkrętaków i wybijkaków niezbędnych do usunięcia zaimplantowanych produktów na okres 2 lat po wygaśnięciu umowy zamiast 5 lat? Dotyczy pakietów nr 4, 5 i 6.
Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem, że Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia umownego, dostarczać wkrętaki i wybijaki niezbędne do usunięcia zaimplantowanych produktów, przez okres kolejnych 3 lat, na umówiony z Zamawiającym termin.
Zamawiający modyfikuje odpowiednio zapisy SWZ oraz projektów umów.
4. **Dot. zapisów SWZ, rozdz. 4 pkt. 12 SWZ i pkt. 2 Formularza oferty** – Czy Zamawiający zgodzi się na termin dostawy w zakresie pakietu 6 do 2 dni roboczych zamiast 24 godzin?
Zamawiający nie wyraża zgody.
5. **Dot. zapisów SWZ, Pakiet nr 7** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu na rzecz dostaw sukcesywnych?
Zamawiający nie wyraża zgody.

6. **Dot. zapisów SWZ, Pakiet nr 7** – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia instrumentarium oraz kontenera do sterylizacji? Ww. zapis nie ma zastosowania w przypadku oferowania asortymentu w pakiecie nr 7.

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje odpowiednio zapisy SWZ oraz projektów umów.

7. **Dot. zapisów projektu umowy (Załącznik nr 6)** - Czy Zamawiający dookreśli w § 2 ust. 13, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

8. **Dot. zapisów projektu umowy (Załącznik nr 6)** - Czy Zamawiający zmieni w § 3 ust. 1 wielkość depozytu na rozmiary najczęściej stosowane? Wymóg przechowywania tak dużej ilości implantów jest bezpodstawny gdyż ideą tworzenia depozytu jest możliwość bezpiecznego przeprowadzanie zabiegów a określony termin uzupełnienia banku w zupełności zapewnia Zamawiającemu ciągłość przeprowadzania zabiegów operacyjnych.

Zamawiający nie wyraża zgody.

9. **Dot. zapisów projektu umowy (Załącznik nr 6)** - Czy Zamawiający zmieni termin określony w § 3 ust. 2 z „... godzin” na „2 dni robocze”? Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie pod koniec dnia pracy przed dniami wolnymi od pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Zamawiający modyfikuje zapis § 3 ust. 3 projektu umowy (Załącznik Nr 6 do SWZ) w następujący sposób:

„3. Zamówienia, które wpłyną do Wykonawcy w piątek lub inny dzień bezpośrednio przed dniami wolnymi, po godzinie 14:00, będą traktowane jak przesłane w poniedziałek lub kolejny dzień następujący bezpośrednio po dniach wolnych o godzinie 8:00 rano z terminem dostawy, o którym mowa w ust. 2 powyżej.”

10. **Dot. zapisów projektu umowy (Załącznik nr 6)** - Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w § 10 ust. 1 :

a.lit a z 500 zł na 100 zł

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary umownej na kwotę 200,00 zł.

b.lit b i c z 1% na 0,5%?

Zamawiający nie wyraża zgody.

11. **Dot. zapisów projektu umowy (Załącznik nr 6)** - Czy Zamawiający dookreśli w § 13 ust. 2, iż trzykrotna zwłoka w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 3 kolejnych po sobie dostawach?

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

12. **Dot. zapisów projektu umowy (Załącznik nr 6)** - Czy Zamawiający dookreśli w § 15 ust. 1, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty? Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

13. **Dot. zapisów projektu umowy (Załącznik nr 7)** - Czy Zamawiający zmieni termin określony w § 2 ust. 4 z „24 godzin” na „ 2 dni robocze”? Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie pod koniec dnia pracy przed dniami wolnymi od pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Wykonawca modyfikuje zapis § 2 ust. 4 projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ) w następujący sposób:

„4. Wykonawca będzie dostarczał towar fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych do siedziby Zamawiającego w Kutnie - Blok Operacyjny, w budynku głównym szpitala przy ul. Kościuszki 52, oryginalnie zapakowany, w terminie do 24 godzin od złożenia danego zamówienia (zgłoszenie telefoniczne).

Zamówienia, które wpłyną do Wykonawcy w piątek lub inny dzień bezpośrednio przed dniami wolnymi, po godzinie 14:00 będą traktowane jak przesłane w poniedziałek lub kolejny dzień następujący bezpośrednio po dniach wolnych o godzinie 8:00 rano z terminem dostawy do 24 godzin.”

14. **Dot. zapisów projektu umowy (Załącznik nr 7)** - Czy Zamawiający dookreśli w § 2 ust. 11, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

15. **Dot. zapisów projektu umowy (Załącznik nr 7)** - Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8 ust. 1 lit a i b z 1% na 0,5%?

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

16. **Dot. zapisów projektu umowy (Załącznik nr 7)** - Czy Zamawiający dookreśli w § 11 ust. 2, iż trzykrotna zwłoka w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 3 kolejnych po sobie dostawach?

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

17. **Dot. zapisów projektu umowy (Załącznik nr 7)** - Czy Zamawiający dookreśli w § 13 ust. 1, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty? Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

18. **Dot. Pakietu nr 6** - Czy w Pakiecie nr 6 Zamawiający zaakceptuje modułową protezę głowy kości promieniowej o poniższej charakterystyce:

a/ Głowa - średnica 20, 22 i 24mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16, 18mm.

b/Trzpień ze śrubą - 5 rozmiarów, pokryty porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji.

Zamawiający dopuszcza.

19. **Dot. Pakietu nr 6** - Czy Zamawiający w Zadaniu 6 wyrazi zgodę na dostarczanie narzędzi i implantów po wcześniejszym ustaleniu terminu zabiegu?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Podpisał:
Prokurent
Kamil Krzewicki

Prokurent
Irena Dątek

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone
na stronie internetowej prowadzonego postępowania