



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Uniwersytecki Szpital Kliniczny  
im. Wojskowej Akademii Medycznej  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  
Centralny Szpital Weteranów  
90-549 Łódź  
Ul. Żeromskiego 113  
Dział Zamówień Publicznych

Łódź, dnia 20.02.2024 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,  
którzy pobrali SWZ**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Dostawę Dostawa aparatów do dializ na potrzeby Stacji Dializ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi nr sprawy - 11/TP/ZP/D/2024**

W związku z nadesłanymi pytaniami do SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SWZ, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, j.t. ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

#### **I ZAPYTANIA z dnia 14.02.2024 r.**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w realizacji umowy, tj. brak dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, brak zainstalowania, nieprzeszkolenie personelu, niewydanie Zamawiającemu instrukcji obsługi w języku polskim, dokumentu gwarancyjnego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niedostarczenie którejkolwiek z dwóch faktur Zamawiającemu – w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% niezrealizowanej wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu umowy**. Jeżeli zwłoka przekroczy 7 dni, Zamawiający ma prawo w terminie 30 dni do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu ust. 1.1.c niniejszego paragrafu,

b) w razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi bądź wykonaniu serwisu, przeglądu lub konserwacji przedmiotu umowy ponad terminy określone w § 6 lub załączniku nr 1b do niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto wadliwego towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, o ile Wykonawca na czas naprawy nie dostarczy towaru zastępczego o parametrach technicznych takich samych lub lepszych jak naprawiany towar, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwego towaru**.

c) w razie zwłoki Wykonawcy w wymianie towaru na nowy, zgodnie z warunkami zawartymi w Załączniku nr 1b do Oferty - Warunki Gwarancji i Serwisu (pkt 13), Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto towaru**

d) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niewykonanej części przedmiotu umowy, o której mowa § 2 ust.1 umowy.

e) za brak prowadzonej aktualnej dokumentacji technicznej towaru, tj. za brak prowadzenia aktualnych wpisów z interwencji serwisowych do paszportów technicznych towaru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2% wartości netto towaru dla którego nie wprowadzono wpisu, za każdy

rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto towaru dla którego nie wprowadzono wpisu.**

f) z tytułu niewykonania obowiązku określonego w § 7 ust. 2., w wysokości **50 zł** za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do każdej deklaracji, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto towaru, którego dotyczy dokumentacja techniczna.** Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w razie, gdyby kara umowna nie pokryła poniesionej przez Zamawiającego z w/w tytułu szkody (w szczególności nałożonych na Zamawiającego przez uprawnione organy lub podmioty kar), będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

## **II ZAPYTANIA z dnia 16.02.2024 r.**

### **Pytanie Dotyczy Załącznik 1a Parametry Wymagane Lp.3**

Czy Zamawiający w Załączniku 1a, Parametry Wymagane, w Lp.3 dopuści możliwość profilowania ultrafiltracji i sodu oraz ustawiania wodorowęglanów ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

## **III ZAPYTANIA z dnia 19.02.2024 r.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści ostatniego zdania par.1 ust.3 wzorca umowy poprzez zastąpienie go następującym?

„3. [...] Wykonawca oświadcza, że dostarczy kompletne rozwiązanie wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do integracji dostarczonych Towarów z HIS/RIS, a co za tym idzie będzie ponosił odpowiedzialność za poprawne ich funkcjonowanie, pod warunkiem prawidłowego funkcjonowania systemów Zamawiającego umożliwiających integrację o której mowa w niniejszym zdaniu.”

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Z poważaniem**

zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych  
*mgr inż. Maria Ł. Kucharska*  
mgr inż. Maria Ł. Kucharska