



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany

Pleszew, dn.14.12.2022 r.

Do Wszystkich Zainteresowanych

Dotyczy: Dostawy sprzętu medycznego (defibrylator, kardioklograf, lampa operacyjna bezcieniowa, lampa zabiegowa sufitowa, pompa objętościowa, USG położniczo-ginekologiczne, myjnia do kaczek i basenów).
Znak sprawy Te 2300–34/2022

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy treść pytań zadanych przez Wykonawców, dotyczących niniejszego postępowania oraz odpowiedzi na te pytania:

Pytanie 1

Dotyczy pakietu nr 5, załącznik Nr 2/5 pkt. 45

Czy Zamawiający dopuści pompę o masie maksymalnej do 1,7 kg ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu nr 5, załącznik Nr 2/5 pkt. 46

Czy Zamawiający dopuści pompę o wymiarach : $\leq 210 \times 140 \times 73$ mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu nr 5, załącznik Nr 2/5 pkt. 50

Czy Zamawiający dopuści pompę z opcjonalnie odłączalnym uchwytem do mocowania pompy do statywu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytanie 86 doszło do omyłki.

Było:

Pytanie 86

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w par. 3 ust. 2 w projekcie umowy wpisując datę 31.01.2022 ?

Odpowiedź: Nie, nie doszło do omyłki pisarskiej.

Winno być:

Pytanie 86

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w par. 3 ust. 2 w projekcie umowy wpisując datę 31.01.2022 ?

Odpowiedź: Tak, doszło do omyłki pisarskiej. W par. 3 ust. 2 w projekcie umowy prawidłowa data to 31.01.2023r.

Zamawiający informuje, że przedłuża się termin składania ofert do dnia 19.12.2023r.

godz. 10:00.

Oferty zostaną otwarte tego samego dnia o godz. 10:10.

Termin związania oferta ulega zmianie na 17.01.2023r.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
PCM w Pleszewie Sp. z o.o.

Błażej Górczyński