



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC

WE WROCŁAWIU

53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105



DOLNY
ŚLĄSK

Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06

NIP 894-24-56-112, REGON 000294295

strona internetowa: www.dcchp.pl

e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. *DF/1155/2020*

Wrocław, 31.07.2020 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania - sprawa BZP.3810.30.2020.KK.

Przedmiotem zamówienia jest: **dostawa sterylizatora parowego wraz z oprogramowaniem i niezbędnym wyposażeniem, jego zamontowaniem, uruchomieniem, wykonania testów oraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.**

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288.), Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SIWZ i wzoru umowy:

Pytanie nr 1: (dot. Załącznik nr 2 do oferty – Parametry Techniczne, Sterylizator Parowy (6 STE) WRAZ Z WÓZKAMI – 1 szt., pkt 2)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z pojemnością komory 6 jednostek wsadu zgodnie z PN EN 285/EN 285 – pojemność 474 dm³ ?

Podana pojemność jest nieznacznie większa od podanej przez Zamawiającego przy zachowaniu kompaktowych wymiarów urządzenia mieszczących się w podanym przedziale w pkt. 6.

Odp.nr 1: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2: (dot. Załącznik nr 10 do oferty – Parametry Techniczne, Sterylizator Parowy (6 STE) WRAZ Z WÓZKAMI – 1 szt., pkt 10)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z automatycznym procesem odmulania wytwornicy pary uruchamianym manualnie z panelu sterującego?

Odp.nr 2: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 3: (dot. Załącznik nr 10 do oferty – Parametry Techniczne, Sterylizator Parowy (6 STE) WRAZ Z WÓZKAMI – 1 szt., pkt 25)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji (dodatkowego programu) przez użytkownika po wprowadzeniu hasła zabezpieczającego dostęp z możliwością konfiguracji 8 programów (w cenie oferty)?

Odp.nr 3: Zamawiający dopuszcza

Forma prawna: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000034320



Pytanie nr 4: (dot. Załącznik nr 10 do oferty – Parametry Techniczne, Sterylizator Parowy (6 STE) WRAZ Z WÓZKAMI – 1 szt., pkt 42)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zasilane elektrycznie 400 V, 50 Hz o mocy 50,5 kW?

Nieznacznie wyższa moc podyktowana jest potrzebą „zaopatrzenia” w energię pozostałych elementów składowych sterylizatora (wytwornica pary 48 kW + 2,5 kW pompa próżniowa, układ sterowania, itp.).

Odp.nr 4: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 5: Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ – wzór umowy:

Prosimy o wykreślenie ust. 18 w par. 7. W przypadku wyspecyfikowanych urządzeń nie jest możliwe dostarczanie urządzeń zastępczych. Urządzenia te są przewidziane do wbudowania w ścianę, a poza tym wykonywane są pod konkretne zamówienie (nie na tzw. magazyn). Dodatkowo użytkowanie sterylizatora parowego jest możliwe dopiero po odbiorze przez Urząd Dozoru Technicznego, co jest niezależne od dostawcy.

Odp.nr 5: Zamawiający wykreśla w paragrafie 7 ustęp 18 oraz 19.

Pytanie nr 6: Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ – zał. nr 2 do oferty (parametry techniczne):

Dot. pkt. 13 i 42 tabeli: Czy Zamawiający dopuści wbudowaną wytwornicę pary o mocy 50 kW oraz zasilanie elektryczne sterylizatora nie przekraczające 52,5 kW ?

Uzasadnienie: Nieznaczna różnica w stosunku do wymagań.

Odp.nr 6: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 7: Dot. pkt. 14 tabeli: Czy Zamawiający dopuści z kodem serwisowym okresowo aktualizowanym, który będzie przekazywany Zamawiającemu przy każdej zmianie po upływie gwarancji ? To rozwiązanie zapewni po upływie gwarancji Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

Odp.nr 7: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 8: Dot. pkt. 22 tabeli: Czy Zamawiający dopuści ergonomiczną wysokość załadowniczą komory sterylizatora 790mm nad posadzką ?

Uzasadnienie: Nieznaczna różnica w stosunku do wymagań.


Odp.nr 8: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9: Dot. pkt. 44 tabeli: Czy Wykonawca ma dostarczyć nowy zestaw komputerowy wraz z monitorem min. 17 cali i pozostałymi niezbędnymi elementami w przypadku oferowania sterylizatora, który będzie podłączone do istniejącego systemu komputerowego monitorowania procesów ?

Odp.nr 9: Tak zestaw nie starszy niż 2019

Pytanie nr 10: Dot. pkt. 57a tabeli: Prosimy o podanie informacji odnośnie wymagań w zakresie jakości oraz zużyciu wody dla posiadanego sterylizatora WEBECO EC 280. Do prawidłowego doboru podzespołów stacji uzdatniania wody konieczne jest określenie minimum:

- wymaganych parametrów jakościowych dla wody do chłodzenia,
- wymaganego chwilowego przepływu oraz zużycia czasowego (na godzinę ew. na proces) dla wody do chłodzenia,
- wymaganego ciśnienia wody do chłodzenia,



- wymaganego chwilowego przepływu oraz zużycia czasowego (na godzinę ew. na proces) dla wody do wytwornicy pary,
- wymaganego ciśnienia wody do wytwornicy pary,
- przewidywany czas pracy urządzenia w ciągu doby (ew. ilość procesów i godziny pracy).

Dodatkowo prosimy o przedstawienie wyników badań oraz gwarantowane ciśnienie i przepływ wody zasilającej stację uzdatniania wody.

Odp.nr 10:

Dane zbiorników wody:

Komora i płaszcz

Dopuszczalne ciśnienie robocze komora -1 / 3 bar, płaszcz 0 / 3 bar

Dopuszczalna temperatura robocza 150°C,

Zgodnie z dyrektywą urządzeń ciśnieniowych 97/23/CE (PED)

Elektryczna wytwornica pary 3,3 bar

Instalacja wody demineralizowanej- woda zasilająca zintegrowaną wytwornicę pary:

Ciśnienie zasilania 2,5 do 4 bar, Średnica przepływu 40-45 l/h

Instalacja wody do zasilania systemu, stosowana jako woda do pompy i w obiegu chłodzenia

Ciśnienie zasilania 2,5 do 4 bar

Temperatura <15°C

Jakość Woda pitna

Twardość Max. 15° (zalecenia zgodnie z EN 285: 0,7-2,0)

Instalacja wody do zewnętrznego systemu chłodzenia

Temperatura przepływu 6°C

Wartość nominalna $\Delta T=5K$: 2,3 m³/h

	Woda pitna	Woda zmiękczona	Woda całkowicie zdemini- ralizowa- na
Pozostałość po odparowaniu(pp)	500	530	5
Przewodność elektrycz- na(ęS/cm)	650	700	3
Twardość całkowita °d	14	<0,1	<0,1
Wartość pH	6,7	8	5,5

Dla sterylizacji parowej wymagane są wartości graniczne odpowiadające jakości wody zasilającej zgodnie z normą EN 285 i ISO 17665

Pozostałość po odparowaniu $\leq 10\text{mg/l}$

Krzemiany (SiO₂) $\leq 1\text{mg/l}$

Żelazo $\leq 0,2\text{mg/l}$

Kadm $\leq 0,005\text{mg/l}$

Ołów $\leq 0,05\text{mg/l}$

Pozostałości metali ciężkich $\leq 0,1\text{mg/l}$

Chlorki (Cl) $\leq 2\text{mg/l}$

Fosforany $\leq 0,5\text{mg/l}$

Przewodność przy 25°C: 5 ęS/cm (tolerancja dla przewodności 15 ęS/cm)

Wartość pH stopień kwasowości 5 do 7,5

Twardość Ó (jonów ziemi alkalicznej) $\leq 0,02\text{mmol/l}$

Przewidywany czas pracy urządzenia 10 godzin na dobę



Pytanie nr 11: Prosimy o obniżenie kar do 10% - dot. par. 10, pkt1,a).

Odp.nr 11: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 10%.

Pytanie nr 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na referencje na kilka sterylizatorów parowych w obrębie 1 umowy na kwotę 200.000,00 zł?

Odp.nr 12: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13: Dot. pkt. 14- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przekazanie ewentualnego kodu serwisowego po upływie okresu gwarancji? W czasie jej trwania to na dostawcy spoczywa pełna odpowiedzialność za prawidłową pracę urządzenia. W przypadku udostępnienia kodu Zamawiającemu, dostawca nie może wziąć odpowiedzialności za urządzenie, nie mając pewności, iż nikt postronny nie dokonywał jakichkolwiek manipulacji przy sterylizatorze

Odp. nr 13: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14: Dot. pkt. 20- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w panel dotykowy o przekątnej 6"? Z doświadczenia wiemy, iż wielkość taka jest wystarczająca do komfortowej obsługi urządzenia. Panel jest dokładnie tej samej wielkości co użytkowany przez Zamawiającego sterylizator Webeco EC280.

Odp. nr 14: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15: Dot. pkt. 20- Czy Zamawiający wymaga aby panel sterujący znajdował się obok komory sterylizacyjnej? Na rynku pojawiają się sterylizatory, w których panel zamontowany jest nad komorą sterylizacyjną, przez co narażony jest na działanie wysokich temperatur oraz wilgoci, co może powodować awarię elektroniki sterującej urządzeniem.

Odp. nr 15: Zamawiający wymaga aby panel sterujący znajdował się obok komory sterylizującej.

Pytanie nr 16: Dot. pkt. 22- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator, w którym wysokość załadowcza to 750mm, co jest rozwiązaniem znacznie bardziej ergonomicznym niż 1.000 dopuszczone w SIWZ.

Odp. nr 16: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17: Dot. pkt. 35- Prosimy o doprecyzowanie jakiej ilości wózków wsadowych oczekuje Zamawiający. Jednego wózka o pojemności 6 STE wyposażonego w 2 półki (z czego górna o regulowanym położeniu) czy też większej ilości wózków?

Odp. nr 17: Zamawiający wymaga jeden wózek wsadowy o pojemności 6STE wyposażonego w dwie półki z czego górna o regulowanym położeniu.

Pytanie nr 18: Dot. pkt. 44- Czy Zamawiający oczekuje podłączenia do zaoferowanego systemu również posiadanego przez Zamawiającego sterylizatora parowego Webeco EC280 w ramach oferty?

Odp. nr 18: Zamawiający oczekuje podłączenia do zaoferowanego systemu również sterylizator parowy Webeco EC280 w cenie oferty.


Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Lidia Matyska