



**WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA**  
**131/02/2024**

Zamawiający otrzymał następujące pytanie do treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu:

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt równoważny 96-dołkowe płytki, z ramką półostaniającą. Odpowiednie do Roche® LightCycler® 480, dołki 0,15 ml. opakowanie 50 sztuk.**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego, pod warunkiem, że będzie pasował do użytku na termocyklerze Light Cycler 480 (Roche), Light Cycler 480 II i Light Cycler 96.