



WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Nazwa postępowania: **Dostawa zestawów operacyjnych, fartuchów, prześcieradeł i rękawic dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **TP 14/2023**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 1

Część 2, poz. 1

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2 tj. ściśle przylegające do szyi, posiadające długi rękaw, rękawy i nogawki zakończone ściągaczem, ponieważ tylko tak skonstruowane ubrania są zgodne normą EN 13795-2? Według stanowiska URPLWMIpB wydanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795. Ponadto doprecyzowane zostało, że ubrania spełniające wspomnianą normę muszą posiadać długi rękaw oraz nogawki zakończone ściągaczami, a także okrągłe wycięcie na poziomie szyi. Brak tych elementów powoduje, że pacjent nie jest należycie chroniony przed mikroorganizmami przenoszonymi na złuszczonej naskórku personelu medycznego.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga ubrań spełniających normę EN 13795. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż bluza powinna posiadać krótki rękaw prosty oraz pod szyją wycięcie w serek.

Pytanie nr 2

Część 2, poz. 1

Jeżeli Zamawiający nie wymaga wyżej opisanych parametrów, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania ubrań higienicznych o podanej przez Zamawiającego specyfikacji?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie oczekuje ubrań higienicznych; Zamawiający wymaga ubrań zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Część 2, poz. 1

W związku z tym, że opis ubrań wymaganych przez Zamawiającego jest niezgodny z normą EN-13795-2 wnioskujemy o odpuszczenie ubrań zgodnych z normą EN -13795-2 lub modyfikację opisu ubrań.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 4

Część 2, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga ubrań niezgodnych z normą EN-13795-2?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 5

Część 2, poz. 1

Proszę o dopuszczenie ubrań wykonanych z włókniny SMS 40 g/m2.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający dopuszcza ubrania wykonane z włókniny SMS 40 g/m².

Pytanie nr 6Część 2, poz. 1

Proszę o dopuszczenie ubrań w 2 kolorach – zielonym i niebieskim.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający dopuszcza ubrania w 2 kolorach – zielonym i niebieskim.

Pytanie nr 7Część 2, poz. 1

Proszę o dopuszczenie ubrań w jednym kolorze – niebieskim.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający nie dopuszcza ubrania w jednym kolorze-niebieskim.

Pytanie nr 8Umowa

Czy Zamawiający zmieni zapis umowy:

- za zwłokę w realizacji dostawy zamówionych produktów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 1% wartości (netto) niezrealizowanego zamówienia, licząc za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 6 ust.2,

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający pozostawia zapisy w zakresie kar umownych bez zmian.

Pytanie nr 9Część 1

Czy Zamawiający zestaw uniwersalny:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego, laminowanego ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności
- Gramatura serwet 60 g/m²
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 180 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 150 x 240 cm;
- 2 serwety z taśmą przylepną 75 x 100 cm;
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Opakowanie posiada 4 etykiety samoprzylepne?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Pytanie nr 10Część 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający dopuszcza opakowanie 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie nr 11Część 2

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne o gramaturze 40 g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający dopuszcza ubranie o gramaturze 40g/m²

Pytanie nr 12Część 2

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający nie dopuszcza tylko koloru niebieskiego.

Pytanie nr 13

Część 2

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski i zielony?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający dopuszcza kolor niebieski i zielony.

Pytanie nr 14

Część 2

Czy Zamawiający dopuści spodnie wykończone cięciem laserowym?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający dopuszcza niestrzępiące się wykończenie spodni, ale nie wymaga spodni opisanych w pytaniu.

Pytanie nr 15

Część 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiary S, M, L, XL,XXL,XXXL?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający dopuszcza rozmiary o których mowa w pytaniu.

Pytanie nr 16

Część 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego , o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym
- Gramatura serwet 65g/m²
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 1 kieszeń dwukomorowa samoprzylepna 30 x 40 cm;
- 1 fartuch chirurgiczny standard, z włókniny typu SMS, rozm. L;
- 2 fartuchy chirurgiczne wzmocnione, z włókniny typu SMS z nieprzemakalnymi wstawkami, rozm. XL;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Opakowanie posiada 4 etykiety?

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu.

Pytanie nr 17

Część 6

Czy zamawiający dopuści Koszula Tył rozcięty – wiązana z tyłu na dwie pary troków- przy szyi i w połowie pleców. Pod szyją wycięcie typu U. Krótki rękaw (tworzy się z wykroju)

Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości)

Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający nie dopuszcza koszuli opisanej w pytaniu.

Pytanie nr 18

Część 12

- Czy zamawiający wymaga prześcieradła wykonanego z dwóch warstw bibuły oraz warstwy folii PE , dodatkowo podkład wzmocniony 48 nitkami poliestrowymi
- podkład wysokochłonny podfoliowany
- równoległe nitki wzdłuż podkładu chronią przed jego rozerwaniem

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający dopuszcza prześcieradło o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie nr 19

Część 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni 2- komorowych w rozmiarze 38 x 40 cm (szerokość poszczególnych komór: 13 cm x 27,5 cm, 24 cm x 27,5 cm)?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający wyraża zgodę na parametry opisane w pytaniu.

Pytanie nr 20

Część 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów w rozmiarze M-L, XL, XXL?

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający wyraża zgodę na rozmiary fartuchów opisane w pytaniu.

Pytanie nr 21

Część 9 poz.2

Czy zamawiający dopuści rękawice foliowe w rozmiarze uniwersalnym M/L?

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający dopuszcza rękawice o rozmiarze uniwersalnym M/L

Pytanie nr 22

Część 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający nie dopuszcza zestawu o składzie opisanym w pytaniu.

Pytanie nr 23

Część 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x190 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie opisanym w pytaniu.

Pytanie nr 24

Część 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany a'15szt z przeliczeniem zamawianej ilości oraz podaniem ceny za 1 sztukę?

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający dopuszcza zestaw pakowany a'15szt z przeliczeniem zamawianej ilości oraz podaniem ceny za 1 sztukę.

Pytanie nr 25Część 2

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający dopuszcza ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m².

Pytanie nr 26Część 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby nogawki w spodniach były podwinięte i podszyte.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający zgadza się na odstąpienie od wymogu aby nogawki w spodniach były podwinięte i podszyte. Jednocześnie zamawiający wymaga niestrzępiącego się zakończenia.

Pytanie nr 27Część 2

Czy Zamawiający dopuści ubranie dostępne tylko w kolorze zielonym i niebieskim?

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający dopuszcza ubranie dostępne tylko w kolorze zielonym i niebieskim.

Pytanie nr 28Część 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm z
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1 x fartuch chirurgiczny standard, XL
- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony, XXL
- 1 x samoprzylepna jednokomorowa kieszeń na narzędzia o wymiarach 30cm x 40cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie opisanym w pytaniu.

Pytanie nr 29Część 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany a'7szt z przeliczeniem zamawianej ilości oraz podaniem ceny za 1 sztukę?

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający dopuszcza zestaw pakowany a'7szt z przeliczeniem zamawianej ilości oraz podaniem ceny za 1 sztukę.

Pytanie nr 30Część 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową w rozmiarze 30x40cm: lewa kieszeń 15x30cm, prawa kieszeń 25x30cm?

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający dopuszcza kieszeń dwukomorową w rozmiarze 30x40cm: lewa kieszeń 15x30cm, prawa kieszeń 25x30cm.

Pytanie nr 31Część 5

Czy Zamawiający oczekuje zestawu o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm
- 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie opisanym w pytaniu, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SWZ.

Pytanie nr 32

Część 6

Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym o długości 110cm i szerokości 70cm (obwód 140cm)?

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zamawiający nie dopuszcza koszuli w rozmiarze uniwersalnym o długości 110cm i szerokości 70cm (obwód 140cm).

Pytanie nr 33

Część 7

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za op=25 szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 34

Część 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, grubość na palcu $0,17\pm 0,01$, na dłoni $0,14\pm 0,01$, mankiecie $0,11\pm 0,01$, długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 67 $\mu\text{g/g}$. Siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. Foliowe?

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający nie dopuszcza rękawic opisanych w pytaniu.

Pytanie nr 35

Część 13

Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne sterylne dostępne od rozmiaru M?

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zamawiający dopuszcza dopuści fartuchy operacyjne sterylne dostępne od rozmiaru M.

Pytanie nr 36

Część 14

Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym o długości 110cm i szerokości 70cm (obwód 140cm)?

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zamawiający nie dopuszcza koszul w rozmiarze uniwersalnym o długości 110cm i szerokości 70cm (obwód 140cm)

Pytanie nr 37

Część 15

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m².

Pytanie nr 38

Część 15

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach L, XL, XXL?

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zamawiający dopuszcza fartuchy w rozmiarach L, XL, XXL.

Pytanie nr 39Część 15

Czy Zamawiający dopuści mankiet o długości 7,5cm?

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający dopuszcza mankiet o długości 7,5cm.

Pytanie nr 40Część 15

Czy Zamawiający dopuści oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku z przodu fartucha?

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zamawiający dopuszcza oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku z przodu fartucha.

Pytanie nr 41Część 15

Zamawiający wymaga ubrań spełniających normę EN 13795. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż bluza powinna posiadać krótki rękaw prosty oraz pod szyją wycięcie w serek.

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zamawiający odstępuje od wymogu aby na opakowaniu jednostkowym znajdowało się oznaczenie klasy palności.

Pytanie nr 42Część 15

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30x30cm?

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zamawiający dopuszcza ręcznik o rozmiarze 30x30 cm.

Pytanie nr 43Część 15

Czy Zamawiający dopuści 4 etykiety TAG zawierające następujące informacje: numer katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy?

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zamawiający dopuszcza 4 etykiety TAG zawierające następujące informacje: numer katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy

Pytanie nr 44Część 15

Czy Zamawiający dopuści 4 etykiety TAG zawierające następujące informacje: numer katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod QR?

Odpowiedź na pytanie nr 44

Zamawiający dopuszcza 4 etykiety TAG zawierające następujące informacje: numer katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod QR.

Pytanie nr 45Część 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawice za opakowanie a'250 szt. (dla rozm. XL a'240 szt.) z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 440 op.?

Odpowiedź na pytanie nr 45

Zamawiający nie dopuszcza wyceny określonej w pytaniu. Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 46Część 17, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 46

Zamawiający dopuszcza serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m².

Pytanie nr 47Część 17, pozycja 1-4

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby serwety zapakowane były do transportu w opakowanie typu dispenser.

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zamawiający odstępuje od wymogu aby serwety zapakowane były do transportu w opakowanie typu dispenser.

Pytanie nr 48Część 17, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm?

Odpowiedź na pytanie nr 48

Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pytanie nr 49Część 17, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym 6x8cm?

Odpowiedź na pytanie nr 49

Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pytanie nr 50

Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty na część 9 tylko na Rękawice diagnostyczne nitylowe bez pudrowe, bez rękawic foliowych?


Odpowiedź na pytanie nr 50

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty tylko na Rękawice diagnostyczne nitylowe bez pudrowe, bez rękawic foliowych.

Pytanie nr 51Część 3 , pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych z fartuchami o składzie:

serweta z przylepcem	1szt.	240x150cm
serweta z przylepcem	1 szt.	180x170cm
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2 szt.	90x75cm
serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	2 szt.	40x20cm
taśma medyczna	1 szt.	50x9cm
serweta na stół instrumentarium	1 szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo	1 szt.	145x80cm
kieszonka na płyny z kształtką	1 szt.	40x30cm
fartuch chir. Perfect – wzmocniony z przodu i na rękawach	2 szt.	XL

Zestawy pakowane w opakowanie a'3szt. zestawów – tj. zostanie zaoferowane 500 opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zamawiający wyraża zgodę na produkt opisany w pytaniu.

Pytanie nr 52Część 3, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni dwukomorowej na płyny w rozmiarze 42 x 35cm (głębokość 35cm)?

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający wyraża zgodę na produkt opisany w pytaniu.

Pytanie nr 53Umowa

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złagodzenie kar umownych w § 11 w następujący sposób:

„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zobowiązują się zapłacić kary umowne

w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub za odstąpienie Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego -

w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy,

b) za zwłokę w realizacji dostawy produktów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,5% wartości (brutto) danego zamówienia, licząc za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego

w § 6 ust.2,

c) za zwłokę w wymianie towaru będącej skutkiem uzasadnionej reklamacji – w wysokości 0,5% wartości (brutto) danego zamówienia, licząc za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust.3.”?

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający pozostawia wysokość kar umownych bez zmian.

Pytanie nr 54Umowa

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować na jak długo zostanie zawarta umowa? W treści SWZ termin realizacji to 24 miesiące, natomiast w treści projektu umowy 12 miesiące od daty jej zawarcia.

Odpowiedź na pytanie nr 54

Umowa zawarta zostanie na 12 miesięcy zgodnie z treścią projektu umowy.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

Pkt. 6 Tomu I SWZ otrzymuje brzmienie:

6. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy

Pytanie nr 55Część 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie kompletów chirurgicznych zgodnych z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz normą EN 13795-2 (wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zamawiający wymaga kompletów chirurgicznych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia oraz bluzę krótki rękaw prosty, pod szyją wycięcie w serek.

Pytanie nr 56Część 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o kształcie anatomicznym z zakrzywionymi palcami, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach i wnętrzu dłoni, mankiet rolowany z niechlorowaną opaską na końcu. Grubość rękawicy: na palcu 0.25 ± 0.03 mm, na dłoni 0.21 ± 0.02 mm, na mankiecie 0.17 ± 0.02 mm; długość min. 300 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem (typowa siła przy rozdarciu) 17 N, wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu (typowa siła przy rozdarciu) 15 N. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zamawiający wymaga rękawic zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 57Część 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie fartuchów w rozmiarach M-XXXL do wyboru przez Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 57

Zamawiający wyraża zgodę na fartuchy w rozmiarach M-XXXL do wyboru przez Zamawiającego.

II. Zamawiający w oparciu o art. 286 ust. 3 oraz art. 284 ust.3 ustawy Pzp zmienia terminy składania i otwarcia w następujący sposób:

Nowy termin składania ofert: 15.11.2023 r. godz.10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 15.11.2023 r. godz.11:00

Skutkiem powyższej zmiany, zmianie ulega brzmienie pkt 11.1. Tomu I SWZ, który przyjmuje następujące brzmienie:

„11.1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 15.12.2023 roku.”

III. Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Prezes Zarządu

Kamila Maj