

Gdańsk, 22.07.2024 r.

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

*Dotyczy postępowania o nr ZP/135/005/D/24*

***pn. „Dostawa komory ciśnieniowej z ciśnieniem projektowym do 100 bar – szt. 1 dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej”*** prowadzonego w trybie podstawowym (bez negocjacji), zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, a Zamawiający poniżej udzielił następujących odpowiedzi:

### PYTANIA WYKONAWCY:

1.

§ 1 ust. 2 przewiduje, że przedmiot umowy obejmuje m.in. ubezpieczenie przedmiotu umowy do momentu odebrania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń oraz instalację i uruchomienie. Zwracamy uwagę, iż nie wiadomo kiedy nastąpi instalacja i uruchomienie komory ciśnieniowej. Ponadto, w § 2 ust. 6 SWZ wskazano, że Wykonawca bez zastrzeżeń ponosi koszt m.in. ubezpieczenia na czas przewozu i dostawy w ww. miejsce do czasu odbioru przez Zamawiającego.

Analogiczne postanowienie znalazło się w § 2 ust. 6 projektu umowy.

Dostrzegamy tutaj rozbieżność w zakresie końcowego terminu ubezpieczenia, którą należałoby wyjaśnić z Zamawiającym. Standardowo Nasze ubezpieczenie obejmuje towar u nas na zakładzie i w trakcie transportu na zasadach DAP.

2.

§ 3 ust. 4 i § 4 ust. 3 które przewidują de facto, iż zapłata ceny nastąpi jeżeli w protokole odbioru nie będzie zastrzeżeń Zamawiającego. Rekomendujemy usunięcie tego rozwiązania, względnie aby podstawę do wystawienia FV stanowił protokół odbioru bez istotnych zastrzeżeń Zamawiającego.

3.

W projekcie umowy doprecyzowane powinno zostać to, w którym momencie nastąpić ma przejście prawa własności do przedmiotu umowy na Zamawiającego tak, aby nie było w tym zakresie wątpliwości.

4.

§ 5 ust. 2 - w czasie czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo do testowania i użytkowania urządzenia. Odbiór ma nastąpić dopiero w terminie 10 dni od dnia dostarczenia przedmiotu umowy.

Sugerujemy dodanie zapisu, że odbiór ma się odbywać tylko w obecności naszego przedstawiciela (maksymalnie 1 dzień roboczy od dostarczenia przedmiotu umowy).

5.

W § 6 ust. 7 sugerujemy zmianę terminu na 72h.

6.

Zgodnie z umową w ramach udzielonej gwarancji dostawca zobowiązany będzie m.in. nawet do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad (§6 ust. 7 pkt 5). Sugerujemy wykreślenie części dotyczącej „wymiany wadliwego przedmiotu umowy” i pozostawienie tylko usunięcia wady.

#### **ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:**

Ad. 1

Termin realizacji umowy jest określony w Rozdziale IV SWZ i wynosi do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy. Termin stanowi kryterium oceny ofert i Wykonawca wskazuje go w Ofercie.

Warunki odbioru przedmiotu umowy zostały określone w § 5 wzoru umowy. Po zainstalowaniu komory, przedstawiciele obu Stron przeprowadzą badanie techniczne ( § 5 ust. 5 wzoru umowy). Następnie Zamawiający w czasie czynności odbiorowych będzie testował urządzenie a wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru będą zawarte w protokole odbioru.

Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć komorę ciśnieniową do czasu odebrania jej bez zastrzeżeń, a nie tylko na zakładzie i w trakcie transportu.

Termin realizacji przedmiotu umowy nie jest terminem li tylko dostawy komory ciśnieniowej. Obejmuje on również czas niezbędny do jej zainstalowania i uruchomienia, przeprowadzenia badania technicznego i oceny sprawności i użyteczności urządzenia.

Ad. 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tych postanowień wzoru umowy. Od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń Zamawiającego rozpoczyna się bieg gwarancji i rękojmi.

Ad. 3

Zgodnie z § 10 ust. 7 wzoru umowy przejście prawa własności nastąpi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym (art. 155 § 2 kc).

Ad. 4

Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych niezwłocznie. Warunki odbioru są szczegółowo określone w § 5 wzoru umowy. Jeżeli badanie techniczne i testowanie potwierdzi sprawność i użyteczność urządzenia, to Zamawiający dokona odbioru zainstalowanej i uruchomionej komory bez zastrzeżeń niezwłocznie, co będzie mieć miejsce w ciągu maksymalnie do 2 dni roboczych.

Ad. 5

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na 72 h w § 6 ust. 7 wzoru umowy, który zamiast ...„przystąpienia do realizacji obowiązków gwarancyjnych w czasie nie dłuższym niż 48 godzin licząc w dni robocze”... otrzymuje brzmienie ...”przystąpienia do realizacji obowiązków gwarancyjnych w czasie nie dłuższym niż 72 godziny licząc w dni robocze”...

Ad. 6

W § 6 ust. 7 pkt. 5 wzoru umowy Zamawiający zmienia „wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad”.. na „wymiany wadliwego elementu urządzenia na wolny od wad”.. . .

Zgodnie z odpowiedziami odnoszącymi się do punktów 4, 5 i 6, Zamawiający dokonuje odpowiednich **modyfikacji** w Załączniku nr 3 do SWZ.

Zamawiający *przypomina*, że przedłużył termin składania i otwarcia ofert na **26.07.2024** (godziny i miejsce bez zmian).

Z poważaniem