

Oleśnica 02.04.2024 r.

Znak sprawy: PZS/TP/09/2024

Dotyczy postępowania :

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ambulansu typu B wraz z wyposażeniem do Powiatowego Zespołu Szpitali”

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące SWZ. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2021r Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Dotyczy: krzeselka

Prosimy o dopuszczenie krzeselka płozowego model Rolman o wadze ok 14.5 kg, spełniające pozostałe wymagania OPZ.

Odpowiedź:

Krzesło płozowe oprócz pomarańczowej ramy, będzie wyposażone w „w przednie wysuwane ręczki do przenoszenia” -tak jak opisane jest w OPZ.

Pytanie 2:

Videolaryngoskop

Czy Zamawiający zezwoli na dostarczenie videolaryngoskopu UeScope UED-A o zbliżonych parametrach wymienionych poniżej?

- dedykowana bateria z czasem pracy do 210 minut będąca częścią ekranu,
- wielorazowy tor wizyjny wykonany ze srebrnego metalu oraz czarnego elastycznego materiału, które nie mają kontaktu z tkankami, ponieważ osłonięte są jednorazowymi nakładkami/rękojeściami zintegrowanymi z łyżkami typu Macintosh, co minimalizuje dezynfekcję oraz ogranicza ryzyko zakażeń krzyżowych,
- wodoszczelność: ekran IPx3, tor wizyjny/rękojeść IPx7,
- możliwość stosowania łyżek/nakładek jednorazowych Macintosh w rozmiarach 0-4 z wysokiej przejrzystości materiału termoplastycznego niezawierającego lateksu,
- wszystkie łyżki Macintosh o wąskim profilu ułatwiającym trudne intubacje, z wysokiej przejrzystości materiału termoplastycznego niezawierającego lateksu,
- rdzeń urządzenia (tor wizyjny) wykonany ze stopu metali, zakończony kamerą i źródłem światła o wysokim natężeniu,
- dotykowy monitor LCD uwidaczniający drogi oddechowe o przekątnej 3”, rozdzielczość HD 720 x 480px, z możliwością bezprzewodowego udostępniania obrazu,
- możliwość regulacji monitora: przód-tył: 110 stopni, obrót 270 stopni, automatyczne obracanie obrazu,
- waga urządzenia: 250g, ekran 158g, tor wizyjny 92g,
- W zestawie :

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

- videolaryngoskop + tor wizyjny/rękojeść
- wbudowana bateria ładowalna 1 szt.
- sterylne nakładki/łyżki intubacyjne Macintosh:
 - rozmiar 2 dla pacjentów o wadze od 13,2kg (szt. 10)
 - rozmiar 3 (szt. 10)
 - rozmiar 4 (szt. 10)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza videolaryngoskop UED-A.

*Zatwierdziła
Dyrektor
Powiatowego Zespołu Szpitali
Agnieszka Cholewińska*