



Wrocław, 10.07.2024r.

4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych materiałów medycznych, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.79.2024

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r.poz. 1605 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 39 Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie 9 poz. 3** - Samoprzylepne elektrody odbiorcze EMG / ENG / EKG do zastosowania z przewodem z krokodylkiem 22 x 20 mm, 100 szt. w opakowaniu?

Pytanie nr 40 Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie 9 poz. 3** - Samoprzylepne elektrody odbiorcze EMG / ENG / EKG do zastosowania z przewodem z krokodylkiem 34 x 20 mm, 100 szt. w opakowaniu?

Odpowiedź na pytanie nr 39 - 40: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 41 **Pakiet nr 22** Czy zamawiający dopuści ?

Jednorazowy bronchoskop, Kanał roboczy: 1,2 mm , Średnica wziernika: 3,2 mm, Długość :600mm , KĄT zgięcia G 210 ° / D 210 ° Pole widzenia: 110 °

Odpowiedź na pytanie nr 41: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 42 **Pakiet 10, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia czynna 105 cm², grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, z kablem dł. 3 m?

Odpowiedź na pytanie nr 42: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 **Pakiet 10, pozycja 1:** Czy Zamawiający wymaga elektrody z wtykiem typu Valleylab (wtyk płaski z bolcem REM) czy wtykiem typu Erbe 1 pin?

Odpowiedź na pytanie nr 42: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 44 **Pakiet 10, pozycja 2:** Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia czynna 105 cm², grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo? Kompatybilna z diatermiami elektrochirurgicznymi ERBE VIO i systemem NESSY.

Odpowiedź na pytanie nr 44: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 45 **Pakiet 10, pozycja 3:** Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia czynna 105 cm², grubość hydrożelu 0,69

mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, z kablem dł. 3 m z wtyczką do Valleylab'a?

Odpowiedź na pytanie nr 45: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 46 Pakiet 10, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści elektrodę czynną jednorazową z rączką z przyciskami oraz kablem o dł. 3,2 m oraz pochewką i czyścikiem do diatermii VALLEYLAB, końcówka nożyk?

Odpowiedź na pytanie nr 46: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 47 Pakiet 10, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści końcówkę elektrody czynnej „nożyk” tytanową, sterylną, jednorazową, pakowaną pojedynczo, długość 153 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 47: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 48 Pakiet 10, pozycja 6: Czy Zamawiający usunie bądź przeniesie tą pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedź na pytanie nr 48: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 49 Pakiet 10, pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia czynna 105 cm², grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?

Odpowiedź na pytanie nr 49: Zamawiający dopuszcza

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ **Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać datę modyfikacji).