

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Urządzenie do mechanicznego masażu pośredniego serca z wyposażeniem

Lp.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny: „Wymogi”)
I.	INFORMACJE OGÓLNE:		
1.	Urządzenie do mechanicznego masażu pośredniego serca z wyposażeniem przeznaczone do resuscytacji dzieci i dorosłych (w tym pacjentów bariatrycznych), fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2018 lub 2019.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
II.	PARAMETRY TECHNICZNE:		
1.	Działanie urządzenia w pełni elektryczne.	TAK	
2.	Zasilanie 230V, 50Hz oraz zasilanie z akumulatora podtrzymujące pracę urządzenia przez min.: 40 minut.	TAK	
3.	Automatyczne ładowanie akumulatora po włączeniu urządzenia do zasilania sieciowego.	TAK	
4.	Wskaźnik naładowania akumulatora wyświetlany na urządzeniu.	TAK	
5.	Głębokość i częstota kompresji zgodna z wytycznymi ERC: <ul style="list-style-type: none"> • głębokość w zakresie 5-6 cm • częstota w zakresie 100-120 ucisków/min. 	TAK	
6.	Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta.	TAK	
7.	Tryby pracy: <ul style="list-style-type: none"> • 15:2 • 30:2 • ciągły 	TAK	
8.	Uniesienie tłoka powyżej klatki piersiowej w celu ułatwienia pełnego rozprężenia klatki piersiowej podczas przerwy na wentylację pacjenta.	TAK	
III.	WYPOSAŻENIE:		
1.	Deska pod plecy.	TAK	
2.	Element bezpośredniego kontaktu z pacjentem, wielokrotnego użytku, rozmiar dla dorosłych – 2 szt.	TAK	
3.	Element bezpośredniego kontaktu z pacjentem, wielokrotnego użytku, rozmiar dla dzieci – 2 szt.	TAK	
4.	Akumulator – 2 szt.	TAK	
5.	Ładowarka 230V.	TAK	
6.	Torba.	TAK	
7.	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z każdym urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)