

Znak sprawy: Te 2300-442023

Pleszew, dn. 10.01.2024 r.

Do Wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania na dostawę specjalistycznego sprzętu, dla pracowni hemodynamiki Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o.o.

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy treść pytań zadanych przez Wykonawców, dotyczących niniejszego postępowania oraz odpowiedzi na te pytania:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §6 ust. 1, 2:
 1. *W przypadku nie, dostarczenia towaru w terminie określonym w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru.*
 2. *W przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w § 5 za każdy dzień zwłoki Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru.*

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących tej kwestii.
2. Dot. pakietu 8.2. - Czy Zamawiający dopuści przewodniki angioplastyczne dostępne tylko w wersji prostej. Pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją
Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.
3. Dot. pakietu 8.3, - Czy Zamawiający dopuści stent platynowo -chromowy o następujących parametrach ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm oraz profil stentu z balonem dla średnicy 3.0 mm max. 0.042" Pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją.
Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.
4. Dot. pakietu 13.2, - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości – 60 MHz i rozdzielczości osiowej – 22 µm? Pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją.
Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.
5. Czy Zamawiający w Części nr 9, - Zestaw do angioplastyki wieńcowej w zabiegach planowych i OZW dopuści do złożenia w jego części Nr 2 oferty na cewniki aspiracyjne kompatybilne tylko z systemem 6F i spełniające pozostałe wymogi specyfikacji technicznej?
Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych: „Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnątrz w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”
Odpowiedź: Zamawiający zamieści w umowie następujący zapis:.

„Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnątrz w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta, przy czym Wykonawca wraz z pierwszą dostawą przekaże Zamawiającemu warunki określone przez producenta, dotyczące przechowywania i transportowania wewnątrz ośrodka.”

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z części nr 12 pozycji nr 1?

Odpowiedź: Formularz cenowy dotyczący zadania 12 zostaje zmieniony i stanowi załącznik do niniejszego pisma (z formularza wykreślono usunięto pozycję 1).

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części nr 12 poz. 2 przewodniki angioplastyczne specjalistyczne, o następujących parametrach:

- Sztywności końcówek: 0,5g; 0,7g

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający wyraża zgodę.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części nr 12 poz. 3 przewodniki angioplastyczne specjalistyczne, o następujących parametrach:

- Sztywności końcówek: 0,5g; 0,6g; 0,8g; 1,0g

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający wyraża zgodę.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części nr 12 poz. 4 stenty bezpolimerowe, o następujących parametrach:

- Dostępne średnice: od 2,00mm do 4,5mm

- Dostępne długości: od 9mm do 46mm

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający wyraża zgodę.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielanie w części nr 12 pozycji nr 5 na:


5a - Przewodniki do pomiaru FFR o średnicy 0,014" łączony światłowodowo z konsolą 60 szt.

5b - Dzierżawa konsoli składająca się z modułów: optycznego i dotykowego wyświetlacza, ilość miesięcy na czas trwania umowy

Odpowiedź: Formularz cenowy dotyczący zadania 12 zostaje zmieniony i stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić treść niniejszego pisma w składanych ofertach.

Z poważaniem



PREZES ZARZĄDU
Pleszewie Sp. z o.o.
Andrzej Szablewski

Załącznik – zmodyfikowany formularz cenowy

Sporządził:
Andrzej Szablewski
(62 74-20-719)