

Radziejów, dnia 4 grudnia 2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy PN-16/2020) na realizację zamówienia pod nazwą : Zakup i dostawa sprzętu medycznego: 1. Defibrylator – 5 szt. 2. Urządzenie do uciskania klatki piersiowej – 2 szt. – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu z dnia 30.11.2020 r., pod numerem 759267-N-2020.

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień.

#### Pytanie 1

Czy Zamawiający, dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia, dostawy wraz z instalacją aparatury i sprzętu medycznego do 8 tygodni (dla 1. Defibrylator – 5 szt.) ze względu na obecnie panującą sytuację - stan epidemii (COVID-19) i wynikające z tego tytułu możliwości wydłużenia czasu dostawy. Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować skonfigurowany indywidualnie pod Zamawiającego przedmiot umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedłużenie realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 28 grudnia 2020 r.

#### Pytanie 2

Dotyczy urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej zapisanej w § 6 punkt. 4 z 5% do 1%?

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej z 5% na 2%.

#### Pytanie 3

Dotyczy urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu naprawy z 7 dni roboczych do 14 dni roboczych? W przypadku konieczności użycia części zamiennych, czas 7 dni może okazać się za krótki na otrzymanie od zagranicznego producenta dostawy i wykonania naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy w przypadku użycia części zamiennych.

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

Radziejów, dnia 04 grudnia 2020r.

**DYREKTOR**  
  
mgr Sebastian Junkiewicz