



Znak: AE/ZP-27-13/24

Tarnów, 2024-03-13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawę laktatora 2 szt.

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy zamawiający dopuści szpitalny laktator elektryczny sterowany mikroprocesorami umieszczonymi wewnątrz laktatora, w razie odmowy proszę o uzasadnienie potrzeby posiadania czipsa zewnętrznego inne niż zbieranie się na nim brudu?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy zamawiający oczekuje, żeby zgodnie z zaleceniami MZ akcesoria laktatora umożliwiały przeprowadzanie dezynfekcji termicznej wszystkich elementów wchodzących bezpośrednio i pośrednio w kontrakt z pokarmem matki po każdorazowym użyciu?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy zamawiający dopuści szpitalny laktator elektryczny z kolorowym wyświetlaczem LCD pozwalającym na określenie trybu pracy za pomocą koloru, czyli w języku międzynarodowym, zrozumiałym dla wszystkich nacji ?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - W nawiązaniu do punktu 1. czy Zamawiający odstąpi od niezrozumiałego z punktu widzenia użytkownika wymagania aby dwufazowy program odciągania pokarmu, zapisany na czipie zewnętrznym?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy zamawiający dopuści większa możliwość dobierania rytmów pracy w obu trybach niż 3 i 2, w razie odmowy proszę o uzasadnienie oparte na nauce takiego wymagania?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy Zamawiający odstąpi od ograniczającego konkurencję wymagania dopasowania laktatora do posiadanych zestawów osobistych, zwykle zestawy użytkowe dobiera się do posiadanego sprzętu, a nie odwrotnie?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dopuści również zaoferowanie laktatora sterowanego mikroprocesorami umieszczonymi wewnątrz laktatora pod warunkiem możliwości późniejszej modyfikacji w przypadku zmian w standardzie terapii.

Ad.2

Zamawiający informuje, iż akcesoria laktatora nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

Ad.3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.4

Zamawiający w dniu 06.03.2024r. odpowiedzią Ad.5 dokonał zmiany treści SWZ w pkt.8 Załącznika Nr 5 do SWZ i wymaga zaoferowania laktatora posiadającego dwufazowy program odciągania pokarmu, mający możliwość późniejszej modyfikacji programowej.

Ad.5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.6

Zamawiający w dniu 06.03.2024r. odpowiedzią Ad.7 dokonał zmiany treści SWZ w pkt.15 Załącznika Nr 5 do SWZ i wymaga zaoferowania laktatora kompatybilnego z jednorazowymi i wielorazowymi zestawami osobistymi.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kuta