

Tarnów, dnia 12.06.2020r.

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów

znak pisma: SWLOG-271.39. 2159 /2020

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę : Implanty neurochirurgiczne, Stymulatory rdzenia, Zestawy, Zaciski, Klipsy, Zestaw do drenażu Zakres nr 1 do 35 dla Oddziału Neurochirurgii-Blok Operacyjny Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. ID344176

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.05.2020r. Zamawiający wyjaśnia

dot. Formularz – Zestawienie Parametrów I Warunków Technicznych Załącznik nr 1B

Pytanie 1 dot. Zakresu 28

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rozmiarów i kształtów wg katalogu klipsów Yasargil Aesculap?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2 dot. Zakresu 29 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytki typu Y o wymiarach 20,1 mm x 9,8 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3 dot. Zakresu 29 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytki prostej 20 otworowej o wymiarach 88,9 mm x 3,4 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4 dot. Zakresu 29 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytki typu Y podwójnej o wymiarach 14,3 mm x 9,8 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5 dot. Zakresu 29 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytki typu Y podwójnej o wymiarach 18,8 mm x 9,8 mm?

Odpowiedź: Tak.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

Pytanie 6 dot. Zakresu 29 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytki do otworu trepanacyjnego o średnicy 18,4 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7 dot. Zakresu 29 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytki siatki grubość 0,6 mm o wymiarach 100 mm x 100 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8 dot. Zakresu 29 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w instrumentarium kleszczyków bez połączonej rękojeści; modul wyposażony w siedem miejsc na magazynki ze śrubami, tacy składającej się z dwóch elementów w tym pokrywy?

Odpowiedź: Tak.

dot. Formularza Cenowego Załącznik nr 1A

Pytanie 9 dot. Zakresu 29 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania magazynki po 6 szt. śrub, kolor srebrny, wykonawca przeliczy odpowiednio liczbę zaoferowanych śrub?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10 dot. Zakresu 29 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania magazynki po 6 szt. śrub, dł. 6 mm, kolor zielony, wykonawca przeliczy odpowiednio liczbę zaoferowanych śrub?

Odpowiedź: Tak.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówieni

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech