



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 35/01/2024 – odp. 4

Chrzanów, 29.01.2024 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi do postępowania przetargowego pn. „Dostawa sprzętu medycznego i materiałów do badań dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” – sprawa nr 02/2024.

1. Czy zamawiający wymaga ostrza, którego konstrukcja wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry tzn. ostrze tnące znajduje się na górze, nad ostrzem nieruchomym i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 1 sztuka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

3. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną bez antypoślizgowej konstrukcji w postaci uźbrowania na zewnętrznej stronie kopuły? Sama konstrukcja maski zapewni pewny chwyt w dłoni.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

4. Pakiet nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną w rozmiarach od 0 do 6?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

5. Pakiet nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę z zaworem do dopompowania mankietu z metalową zastawką umieszczony w dolnej części maski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Pakiet nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „możliwość pracy w środowisku MRI”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Pakiet nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści złącze 15 mm dla rozmiarów 0, 1 oraz złącze 22 mm dla rozmiarów 2, 3, 4, 5, 6?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

8. Pakiet nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiary kodowane kolorem pierścienia oraz słownie na korpusie maski?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

9. Pakiet nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową Venturiego wyposażoną w 6 regulatorów przepływu kodowanych kolorystycznie: 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje sporządzania harmonogramów dostaw.

11. Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

12. Zważywszy na doniesłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź: Powyższa kwestia została uregulowana w §10 zał. 4 do SWZ-wzorce umowy.

13. Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

14. W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 23 pytania techniczne:

16. Prosimy o potwierdzenie że zamawiający wymaga pojemników wypełnionych utrwalaczem zgodnym z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 IX 2021r dotyczącego standardów akredytacyjnych, to jest 10% roztworem zbuforowanej formaliny o pH 7,2 – 7,4 potwierdzonym kartą charakterystyki

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 23, otrzymuje on brzmienie:” Pojemniki o poj. 40 ml zawierające 10 ml formaliny (zbuforowanej 10-procentowej o pH 7,2 - 7,4) do użytku w laboratoriach histologicznych i patologicznych, wyprodukowane w najwyższym standardzie, z zachowaniem urzędowych wymogów jakości i techniki w certyfikowanych zakładach produkcyjnych.”



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

17. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 jednorazowego pojemnika z 10% formaliną do utrwalania próbek biopsyjnych i histopatologicznych, o pojemność 30 ml wypełnionego 10 ml zbuforowanej formaliny

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

18. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 jednorazowego pojemnika z 10% formaliną do utrwalania próbek biopsyjnych i histopatologicznych, o pojemność 30 ml wypełnionego 20 ml zbuforowanej formaliny

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

19. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 jednorazowego pojemnika z 10% formaliną do utrwalania próbek biopsyjnych i histopatologicznych, o pojemność 60 ml wypełnionego 20 ml zbuforowanej formaliny

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

20. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 jednorazowego pojemnika z 10% formaliną do utrwalania próbek biopsyjnych i histopatologicznych, o pojemność 60 ml wypełnionego 40 ml zbuforowanej formaliny

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza zał. 2 do SWZ- pakiety po zmianach odp. 4.

Podpisano:



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892