

Katowice, 27.11.2023 r.

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy
Korczaka 27
40 – 340 Katowice

PYTANIA i ODPOWIEDZI na PYTANIA

Wszystkie poniższe pytania dot. pakietu 11 materiały opatrunkowe:

1. PYTANIE: Poz 625 czy zamawiający oczekuje gazy 13 czy 17 nitkowe?

Odpowiedź: Gazy 13 nitkowe.

2. PYTANIE: Poz 626,627,628 czy zamawiający oczekuje kompresy gazowe 13 czy 17 nitkowe?

Odpowiedź: Kompresy 13 nitkowe.

3. PYTANIE: Poz. 632 Czy zamawiający dopuści opaska dziana elastyczna z zapinką , która jest wyrobem włókienniczym wykonanym techniką dziewiarską, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I ?

Odpowiedź: TAK

4. PYTANIE: Poz. 632 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną, która wykonana jest z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych , opaska posiadająca rozciągliwość powyżej 130 %,zawierająca zapinkę wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: TAK

5. PYTANIA: Poz 636 czy zamawiający oczekuje chusty bawełniane czy włókninowe?

Odpowiedź: Włókninowe

6. PYTANIE: Poz. 637 czy zamawiający dopuści włókninowy opatrunek do kaniul?

Odpowiedź: NIE

DYREKTOR
Centrum Psychiatrii w Katowicach
im. dr. Krzysztofa Czumy
mgr/MBA Tomasz Broda