



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 14.08.2019 r.

Znak sprawy Nr RPOzP 20/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 6

Zadanie 4: Aparat USG klasy premium z głowicami – 1 kpl

1. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 3

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP, w związku z powyższym czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy Premium, wyposażony w cyfrowy układ formułowania wiązki ultradźwiękowej z 5.000.000 kanałów procesowych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w cztery koła skrętne z oddzielnymi hamulcami? Pragniemy zauważyć iż opisany przez Zamawiającego parametr jako taki nie ma znaczenia diagnostycznego ani ergonomicznego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 9

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP, w związku z powyższym czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy Premium, wyposażony w panel dotykowy bez możliwości zamiany kąta pochylenia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

4. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 24

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP, w związku z powyższym czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy Premium, umożliwiając zapisanie 21.000 klatek w pamięci dynamicznej CINE? W codziennej pracy wykorzystuje się znacznie poniżej nawet 2000 obrazów, a parametr jako taki nie ma znaczenia diagnostycznego ani ergonomicznego.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

5. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w dysk HDD o pojemności 1 TB przeznaczony do archiwizacji danych pacjentów, raportów, obrazów, pętli obrazowych oraz zainstalowanym systemem operacyjnym?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

6. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 37

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat umożliwiający korzystanie z wielu dynamicznie pozycjonowanych przez użytkownika ognisk umożliwiających precyzyjne wyostrzenie obrazu diagnostycznego?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

7. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 88-91

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w głowicę liniową pod wieloma względami przewyższającą opisane wymagania, zbudowaną z 192 kryształów piezoelektrycznych oraz szerokości pola skanowania wynoszącym 50 mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

8. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 92-95

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w głowicę liniową pod wieloma względami przewyższającą opisane wymagania, której szerokości pola skanowania wynosi 38 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

9. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 96-99

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w głowicę liniową pod wieloma względami przewyższającą opisane wymagania, której zakres częstotliwości wynosi od 3,0 do 15 MHz?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

10. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 102

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP, w związku z powyższym czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy Premium, bez możliwości sterowania za pomocą urządzeń mobilnych przy użyciu technologii Wi-Fi?

Stanowi to naruszenie zasady uczciwej konkurencji wyrażoną przepisem art.7 ust.1 Pzp. stanowiącym, iż zamawiający winien przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Co więcej wymóg postawiony w tym punkcie w znaczący sposób utrudnia konkurencję w przedmiotowym postępowaniu co jest sprzeczne z art. 29 ust. 2 ustawy PZP. Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest bowiem nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta aparatów, co ma miejsce w tym przypadku, ale również określenie rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które uniemożliwiają udział niektórym wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania Zamówienia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

11. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 103-108

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenie wymienionych w SIWZ przedmiotów nie będących integralną częścią aparatu USG? Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zakupu aparatu USG Zamawiający będzie wymagał dostarczenia krzesła, leżanki, klawiatury, monitora oraz zewnętrznej baterii. Sprecyzowanie tego parametru nie narazi Zamawiającego na dodatkowe koszty.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

12. Opis techniczno-jakościowy

Ponieważ opis przedmiotu Zamówienia w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta, który na obecnym etapie jako jedyny spełnia kryteria SIWZ i ma możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów wnosimy o zmianę kryteriów oceny technicznej w ten sposób, aby Zamawiający nie przyznawał punktów w Tabeli nr 3. Jednocześnie maksymalna liczba punktów w przedstawionym zakresie może uzyskać wyłącznie aparat jednej firmy, co stanowi ponad 40% możliwych do uzyskania punktów.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

KOMENDANT

plk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/ 810 59 82

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl