



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC
WE WROCŁAWIU
53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06
NIP 894-24-56-112, REGON 000294295
strona internetowa: www.dcchp.pl
e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. *Dm/2216/2020*

Wrocław, 20.11.2020 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania - sprawa BZP.3810.78.2020.TP.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa urządzeń medycznych - koncentratorów tlenu wraz z ich uruchomieniem, przeszkoleniem w zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288.), Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SIWZ i wzoru umowy:

Część I

Pytanie 1.

Zapis dotyczący wymaganych parametrów urządzenia w pk. 4, brzmiący: „Stężenie produkowanego tlenu powyżej 90% +3% przy 1LPM” określa stężenie tlenu jedynie w przypadku 1Litra/min co naraża zamawiającego na produkt, który będzie generował niski poziom tlenu przy przepływach 2-10 l/min. Proszę o określenie minimalnych stężeń przy większych przepływach do 10 L.

Odp. Minimalne stężenia przy :

10L 82% – 92%,

9L 82% – 93%,

8L 82% – 93%,

7L 82% – 93%,

6L 82% – 93%,

5L 82% – 93%,

4L 82% -93%,

3L 82% – 93%,

2L 82% – 93%,

1L 82% – 93%,

Pytanie 2.

Czy zamawiający dopuści koncentrator tlenu o stężeniu tlenu:

2-9 L/Min: 92%+3.5/-3%;

10 LPM: 90%+5.5/-3%

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3.

Czy zamawiający dopuści ciśnienie 138 kPA (parametr lepszy niż wymagany).

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4.

Czy zamawiający dopuści poziom głośność pracy 55 dB?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5.

Czy zamawiający dopuści koncentrator o wadze 26,3kg ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6.

Czy zamawiający dopuści koncentrator o mocy max 590 W?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7.

Czy zamawiający dopuści realizację dostaw w 2 partiach tj. :

I partia do końca grudnia 2020 w ilości 180 szt. oraz

II partia do 15 stycznia w ilości 120 szt.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Realizacja dostawy musi odbyć się w nieprzekraczającym terminie do dnia 30.12.2020 roku

Część II

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości z 5% do 2% ceny całkowitej podanej w ofercie?

Zablokowanie tak wysokiej kwoty w dobie pandemii i zwiększonego zapotrzebowania na sprzęt medyczny dla ratowania życia ludzkiego utrudni realizację potencjalnych innych zamówień przez wykonawcę, co może spowodować utrudnienia w dostępności aparatury medycznej dla potrzebujących chorych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kwoty wadium do kwoty 5000 zł.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Część III

1. Czy musi to być sprzęt posiadający certyfikat medyczny czyli być na vacie 8%?

Odp. Tak zamawiający wymaga wyrobu medycznego na stawce VAT 8%

2. Czy można zaoferować koncentrator tlenu 5L? Obecnie u dostawców jest problem z koncentratorami o przepływie 10L. Posiadamy stany magazynowe koncentratorów Philipsa i moglibyśmy dostarczyć je w około 3 dni robocze.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza koncentratorów tlenu o przepływie 5l/min

Forma prawna: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000034320



Część IV

1. PKT. 5 Czy Zamawiający dopuści zakres ciśnienia 30-70 Kpa, co nieznacznie różni się od wymaganego?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
2. PKT. 6 Czy Zamawiający dopuści głośność ≤ 52 dB, która jest również wartością niemalże identyczną od podanej?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
3. PKT. 8 Czy Zamawiający dopuści pobór mocy do 750W?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
4. PKT. 10 Producent naszego koncentratora wyposażył go w podwójne filtrowanie tj. wewnętrzny i zewnętrzny z możliwością mycia filtra zewnętrznego (wejściowego) bez wskazania typu/nazewnictwa HEPA. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.
5. PKT. 14 Czy Zamawiający dopuści koncentrator wyposażony w podwójne filtrowanie tj. wewnętrzny i zewnętrzny bez funkcji przeciwbakteryjnej z możliwością stosowania za nawilżaczem filtrów antybakteryjnych oraz antywirusowych?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.
6. PKT. 15 Czy Zamawiający dopuści koncentrator który w miejsce alarmu niskiego stężenia tlenu oraz niskiego przepływu posiada alarm czystości tlenu?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

W związku z odpowiedziami na pytania do SIWZ termin składania ofert oraz wnoszenia wadium ulega zmianie:

1. Składanie ofert elektronicznych na platformie <https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp> do dnia 07.12.2020r. do godziny 09:30.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2020r. o godzinie 10:00.

Dyrektor Centrum

Marcin Miron

Forma prawna: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000034320

