



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 318/06/2024

Chrzanów, 05.06.2024r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do postępowania na Dostawa systemu zamkniętego pobierania krwi dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - sprawa 66/2024

1. W związku z tym, że w systemie zamkniętym aspiracyjno-próżniowym nie występuje probówka do koagulologii o pojemności 1,3 ml, lecz w systemie otwartym jako probówka z korkiem i nie jest kompatybilna z systemem zamkniętym, prosimy o dopuszczenie probówki do koagulologii o pojemności 1,3 ml jako probówka w systemie otwartym lub modyfikację opisu dotyczącego systemu aspiracyjno-próżniowego, zamkniętego systemu pobierania krwi żyłnej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. W związku z tym, że multiadapter z igłą z pozycji 2 w pakiecie 2 jest kompatybilny tylko z próbkami systemowymi prosimy o określenie czy opisane motylki mają być kompatybilne z próbkami systemu zamkniętego z pakietu 1?

Odp.: Tak.

3. Czy Zamawiający dopuści probówkę do koagulologii z cytrynianem sodu do układu krzepnięcia o pojemności 2,9 ml?

Odp.: Nie.

Z poważaniem

