

Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce, Sekcja Zamówień Publicznych
tel. 41 36 74 474

strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/>

e-mail: zampubl@onkol.kielce.pl / annamo@onkol.kielce.pl

IZP.2411.19.2024.AM

Kielce, dn. 20.02.2024 r.

WSZYSCY WYKONAWCY WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ

Dot.: postępowania na zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Formularz asortymentowo cenowy

1. Czy Zamawiający uzna warunek przedstawienia zaświadczenia dopuszczającego w/w asortyment do badania MR do 3 Tesli, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie producenta w tym zakresie?
Ad1. Zgodnie z zapisami SWZ.
2. Prosimy o odstąpienie od użyczenia na czas trwania umowy platformy elektrochirurgicznej wielorazowego użytku kompatybilnej z pozycją 15, pod warunkiem zaoferowania w pozycji 15 jednorazowych rękojeści elektrycznych, kompatybilnych z ładunkami jednorazowymi laparoskopowymi, o długości 30 mm, 45 mm, 60 mm, opisanymi w pozycjach 13 i 14?
Ad2. Zamawiający nie wyraża zgody.
3. Poz.1 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, rękojeść staplera endoskopowego, posiadającą min. 11 stopni artykulacji (artykulacja non stop w zakresie 45 stopni w obie strony, z możliwością zatrzymania w każdej pozycji), pozostałe parametry wg SWZ?
Ad3. Zamawiający nie dopuszcza.
4. Poz.3 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera endoskopowego, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,5 lub 3,5 mm (do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia), pozostałe parametry wg SWZ?
Lub czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera endoskopowego z trzema wysokościami zszywek w jednym ładunku: 2,0-2,5-3,0 mm (przed zamknięciem), pozostałe parametry wg SWZ?
Ad4. Zamawiający nie dopuszcza.
5. Poz.12 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek prosty z nożem z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 45 mm. Zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0 mm lub 4,0-4,5-5,0 mm przed zamknięciem lub ładunek z zakrzywionym końcem (naczyniowy/cienki) o długości 45mm lub 30mm; wysokość zszywek przed zamknięciem 2,5mm?
Ad.5. Zamawiający dopuszcza o ile pozostałe parametry zgodne z SWZ.

6. Poz. 13, 14 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek z czipem, na podstawie którego stapler dostosowuje wysokość zszywki do grubości tkanki i przy pomocy koloru diody informuje czy dobrany ładunek jest odpowiedni do grubości tkanki?

Ad6. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

7. Poz. 15 Prosimy o odstąpienie od wymogu zaferowania jednorazowych osłon w przypadku zaferowania elektrycznego staplera endoskopowego, jednorazowego, zasilanego baterią jednorazową. Stapler, na podstawie informacji z chipa załączonego do ładunku, dostosowuje wysokość zszywki do grubości tkanki i przy pomocy koloru diody informuje czy dobrany ładunek jest odpowiedni. Rękojeść do staplera endoskopowego o długości 6 cm, 16 cm, 26 cm, obrotowa 360°, z możliwością zginania w obie strony nie mniej niż 45°, średnica trzonu 12 mm, dla ładunków 30 mm lub 45 mm lub 60 mm.

Do 15 wystrzeleń podczas jednego zabiegu. Zamawiający każdorazowo określi długość rękojeści przy składaniu zamówienia?

Ad7. Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Mariusz Klimczak