



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**



ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 83 10 331/132
fax 61 83 34 421
orsk@orsk.pl
<https://orsk.pl>



Numer referencyjny postępowania:
SZP/APT-MI/03/2024

Poznań, dnia 20 marca 2024 roku

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa endoprotez oraz implantów ortopedycznych 1”, nr ref. SZP/APT-MI/03/2024.

Wyjaśnienia treści SWZ wraz ze zmianą treści SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Ustawą Pzp.”), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Treść pytania nr 49:

Część 1 Endoproteza stawu kolanowego I - implant typu J-curve

Czy Zamawiający w Części 1 dopuści równoważny system kolanowy o poniższych parametrach, bez zachowania pierwotnych wymagań:

Elementy pierwotne

Poz. 1 Komponent udowy pierwotny: komponent udowy wykonany ze stopu CoCrMo w 8 rozmiarach lewych i prawych, dodatkowo dostępne rozmiary w wersji wąskiej w projekcji M-L

Poz. 2 Komponent udowy pierwotny dedykowany osobom uczulonym na jony metali: bez zmian

Poz. 3 Komponent piszczelowy pierwotny: Komponent piszczelowy ze stopu tytanu w min 8 rozmiarach, mocowanie cementowane . Taca piszczelowa daje możliwość zastosowania przedłużeń (trzcieni śródszpikowych) a także klinów i podkładek – augmentów.

Poz. 4 Komponent piszczelowy pierwotny dedykowany osobom uczulonym na jony metal: bez zmian

Poz. 5 Komponent piszczelowy typu “ALL Poly”: Komponent piszczelowy typu monoblock (wkładka zintegrowana z tacą piszczelową) kompatybilny z komponentem udowym

Poz. 6 Centralizer: Komponent piszczelowy nie wymagający centralizera

Poz. 7 Wkład PE: Wkładka PE typu fixed bearing wykonana z polietylenu

wysokosieciowanego. Wymagane jest dostarczenie wkładów w min. 4 grubościach obejmujących zakres co najmniej 9-17 mm w wersji PS i CR.

Poz. 8 Przedłużka cementowana: Przedłużka piszczelowa cementowana lub bezcementowa o długości od 30 mm do 200 mm

Poz. 9 Przedłużka bezcementowa: Przedłużka piszczelowa cementowana lub bezcementowa o długości od 30 mm do 200 mm

Poz. 10 Augmenty piszczelowe: Augmenty wykonane ze stopu tytanu, mocowane do tacy piszczelowej za pomocą śruby, minimum dwie grubości augmentów

Poz. 11 Element rzepkowy: bez zmian

Poz. 12 Ostrza do piły oscylacyjnej: bez zmian

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza równoważny system kolanowy.

Treść pytania nr 50:

Część 1 Endoproteza stawu kolanowego I - implant typu J-curve

Czy Zamawiający w Części 1 dopuści równoważny system kolanowy o poniższych parametrach, bez zachowania pierwotnych wymagań:

Elementy rewizyjne półzwiązane

Poz. 13 Element udowy półzwiązany: komponent udowy wykonany ze stopu CoCrMo w wersji półzwiązanej, anatomiczny w 5 rozmiarach, pozwalający na zastosowanie augmentów w co najmniej dwóch grubościach, oraz przedłużeń standardowych i offsetowych

Poz. 14 Przedłużka do komponentu udowego cementowana: Przedłużka piszczelowa cementowana lub bezcementowa, wymagane dostarczenie asortymentu w min dwóch długościach trzpieni i średnicach min 12-18 mm

Poz. 15 Przedłużka do komponentu udowego bezcementowa: Przedłużka piszczelowa cementowana lub bezcementowa, wymagane dostarczenie asortymentu w min dwóch długościach trzpieni i średnicach min 12-18 mm

Poz. 16 Podkładka: bez zmian

Poz. 17 Łącznik offsetowy: bez zmian

Poz. 18 Komponent piszczelowy półzwiązany: Część piszczelowa tytanowa w min 8 rozmiarach, mocowanie cementowane. Taca piszczelowa daje możliwość zastosowania przedłużeń a także klinów i podkładek – augmentów.

Poz. 19 Przedłużka śródszpikowa piszczelowa cementowana: Przedłużka piszczelowa cementowana lub bezcementowa w min dwóch długościach trzpieni i średnicach w zakresie min 12-18 mm

Poz. 20 Przedłużka śródszpikowa piszczelowa bezcementowa: Przedłużka piszczelowa cementowana lub bezcementowa w min dwóch długościach trzpieni i średnicach w zakresie min 12-18 mm

Poz. 21 Podkładka piszczelowa – augment: bez zmian

Poz. 22 Wkładka PE półzwiązana: Wkładka PE typu fixed bearing (półzwiązana) wykonana z polietylenu wysokosieciowanego. Wymagane jest dostarczenie wkładów w grubościach min 10-20 mm co najmniej 4 grubości

Poz. 23 Ostrza do piły oscylacyjnej: bez zmian

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza równoważny system kolanowy.

Treść pytania nr 51:

Część 1 Endoproteza stawu kolanowego I - implant typu J-curve

Czy Zamawiający w Części 1 dopuści równoważny system kolanowy o poniższych parametrach, bez zachowania pierwotnych wymagań:

Elementy zawiasowe

Poz. 24 Komponent udowy typu rotating hinge: Endoproteza cementowana kłykciowa, komponent udowy wykonany ze stopu CoCrMo, anatomiczna w 5 rozmiarach, wymagane zapewnienie implantów pozwalających na stosowanie trzpieni śródszpikowych i augmentów tylnych i dystalnych

Poz. 25 Przedłużka udowa cementowana: Przedłużka piszczelowa cementowana lub bezcementowa, wymagane dostarczenie asortymentu w min dwóch długościach trzpieni i średnicach min 12-18 mm

Poz. 26 Przedłużka udowa bezcementowa: Przedłużka piszczelowa cementowana lub bezcementowa, wymagane dostarczenie asortymentu w min dwóch długościach trzpieni i średnicach min 12-18 mm

Poz. 27 Podkładka udowa dystalna: bez zmian

Poz. 28 Podkładka udowa - tylna dystalna: bez zmian

Poz. 29 Łącznik offsetowy: bez zmian

Poz. 30 Komponent piszczelowy zawiasowy: bez zmian

Poz. 31 Przedłużka piszczelowa cementowana: Przedłużka piszczelowa cementowana lub bezcementowa w min 2 długościach trzpieni i średnicach w zakresie min 12-18 mm

Poz. 32 Przedłużka piszczelowa bezcementowa: Przedłużka piszczelowa cementowana lub bezcementowa w min 2 długościach trzpieni i średnicach w zakresie min 12-18 mm

Poz. 33 Podkładka piszczelowa: bez zmian

Poz. 34 Wkładka PE do endoprotezy związanej: bez zmian

Poz. 35 Kompletna artykulacja typu rotating hinge: bez zmian

Poz. 36 Ostrza do piły oscylacyjnej: bez zmian

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza równoważny system kolanowy.

Zmiana treści SWZ

W związku z powyższymi wyjaśnieniami treści SWZ, Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w ten sposób, że:

1. W Rozdziale XVI pkt 3 SWZ

było: „Termin składania ofert upływa dnia 22 marca 2024 r. o godz. 10:00”

jest: „Termin składania ofert upływa dnia 28 marca 2024 r. o godz. 10:00”

2. W Rozdziale XVII pkt 1 SWZ

było: „Termin otwarcia ofert: 22 marca 2024 r. o godz. 10:15”

jest: „Termin otwarcia ofert: 28 marca 2024 r. o godz. 10:15”

3. W Rozdziale XVIII SWZ

było: „Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19 czerwca 2024 r.”

jest: „Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25 czerwca 2024 r.”

Informacje uzupełniające

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią modyfikację wyjaśnień treści SWZ nr 2 z 14.03.2024 r. w zakresie pytań nr 33, 34 i 35.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Kierownik Zamawiającego