



Nr sprawy D25M/251/N/47-78rj/23

Gdynia, dnia 08.03.2024 r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Sukcesywne dostawy jednorazowych wyrobów medycznych dla potrzeb bloku operacyjnego i oddziałów szpitalnych**

Zamawiający - Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 257 – dotyczy SWZ, Zadanie nr 40 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 100 szt. i pozwoli zmienić ilość opakowań wymaganych na 25 szt, aby pokryć zapotrzebowanie ilościowe - 2500 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 258 – dotyczy SWZ, Pakiet 38, poz. 3, 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka i błędnie wpisano w poz. 3 i 4 ilość worków: tj. w poz. 3 powinno być 12 800 szt., a w poz. 4 - 60 000 szt?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyjaśnia, iż zaszła omyłka w tym zakresie. Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez zmianę ilości worków w poz. 3 na 12 800 szt., a w poz. 4 na 60 000 szt.

Pytanie 259 – dotyczy SWZ, Pakiet 8, Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o średnicy zewnętrznej około 9,3 mm (28CH)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 260 – dotyczy SWZ, Pakiet 8, Poz. 5

Czy Zamawiający potwierdza, że perforowana nasadka końcówki chroniąca przed uszkodzeniem narządów powinna być widoczna w promieniach RTG dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas odsysania (jak stosowana dotychczas)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 239 udzielonej w dniu 01.03.2024 r. na następującą:

Pytanie 239 – dotyczy SWZ, Pakiet 8

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mniejszej końcówki o średnicy 28 CH.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w zakresie Formularza asortymentowo-cenowego (załącznika nr 2 do SWZ) dla zadania nr 38 poz. 3 i 4 na następującą:

Zadanie nr 38 - Worki zbiorcze moczu CPV 33.14.16.00											
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość 24 miesięcznie	Cena jedn.netto	Wartość netto	stawka podatku VAT %	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy /kod	Nazwa handlowa	Ilość sztuk w opakowaniu
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8 = kol. 6 powiększona o VAT	9	10	11	12
1	Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, Zestaw do pomiaru diurezy z wymiennym workiem z odpływem, sterylny, dren łączący o długości 165-170cm z zaciskiem ślizgowym, samouszczelniający port do pobierania próbek, połączenie drenu z komorą zapobiegającą zamknięciu światła drenu. Komora z trzema przegrodami pozwalającymi na przeprowadzenie precyzyjnego pomiaru, wyskalowana od 1 do 50 ml co 1 ml, druga przegroda od 50 do 150 ml co 5 ml i trzecia od 160 do 500 ml co 10 ml, dwa filtry w komorze, zabezpieczenie zastawkami antyreflukcyjnymi przed cofaniem moczu z komory. System pozwalający na łatwe opróżnianie komory. Worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie z komorą, wykończony kranikiem typu T podwieszanym w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml. Możliwość podwieszania zestawu na plastikowych taśmach	szt	3 120								
2	Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, Zestaw do pomiaru diurezy z jałowym workiem do zbiórki moczu. Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie blister, pojemność worka 2 600 ml, pojemność komory pomiarowej 500 ml, odpowietrznik z hydrofobowym filtrem (w worku), system By-Pass zapobiegający przepełnieniu, zawór anty-zwrotny (pomijający komora pomiarową a drenem) zawór dolny typu T, zacisk ślizgowy (kłama zaciskowa), port do pobierania próbek, wbudowany wieszak a drenem) w worek na mocz : tylna biała ściana umożliwiającą lepszą wizualizację wypełnienia worka, dren o długości 120 cm -150 cm	szt	1 200								
3	Sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu, 2L, Sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu, 2L, szeroki dren antyzakamianowy min. 110cm, komora kropłowa (Pasteura), filtr hydrofobowy, zastawka antyreflukcyjna, zintegrowany z wieszakiem, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, poprzeczny kranik spustowy, zakładka na kranik spustowy, port bezigłowy do pobierania próbek, kłama zaciskowa oraz uchwyt do podwieszenia drenu (zapieczone), czas użycia powyżej 7 do 14 dni w systemie zamkniętym.	szt	12 800								
4	Sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu, 2L, Sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu, 2L, szeroki, miękki dren antyzakamianowy min. 110cm, kłama zaciskowa na drenie, zastawka antyzwrotna, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, poprzeczny kranik spustowy, podwójne, wzmocnione zgrzewy, port bezigłowy do pobierania próbek. Czas stosowania 5 do 7 dni w systemie zamkniętym.	szt	60 000								
5	Sterylny worek do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2l skalowany co 100 ml, z zastawką antyzwrotną i bezwrotnym zaworem odpływowym typu T. Dren min. 130cm. Jednodniowy, wykonany z PVC.	szt	90 000								
6	Uniwersalny wieszak do worków na mocz, plastikowy 1 x użytku	szt	9 900								
Razem zadanie nr 38:											
Słownie wartość brutto zadania nr 38:											

Ponadto Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, a tym samym zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

Zamawiający modyfikuje zapisy rozdziału XV pkt. 1 i 2 SWZ w zakresie terminu składania ofert na następujące:

- Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć do dnia 13.03.2024 r. do godz. 10:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie>). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.
- Próbki jako element oferty należy złożyć do dnia 13.03.2024 do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, budynek nr 6. Próbki muszą być zabezpieczone i zapakowane oraz opisane „Próbka do postępowania na Sukcesywne dostawy jednorazowych wyrobów medycznych dla potrzeb bloku operacyjnego i oddziałów szpitalnych – nie otwierać przed 13.03.2024 godz. 10:30” – dotyczy zadania

Zamawiający modyfikuje zapisy rozdziału XIII pkt. 1 SWZ w zakresie terminu związania ofertą na następujące:

- Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni to jest do dnia 10.06.2024.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu. Zgodnie z zapisami art. 90 ust. 1 oraz 88 ust. 3 ustawy Pzp, zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 06.03.2024 r., a opublikowana w dniu 08.03.2024 r. Treść ogłoszenia o zmianie w załączeniu.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem
Małgorzata Brancewicz-Malec
Z-ca Przewodniczącego
Komisji Przetargowej

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Małgorzata Brancewicz-Malec

Sporządziła: Anna Pośpiech

Szpital Pomorski Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

