



Pleszewskie Centrum Medyczne  
w Pleszewie  
Sp. z o.o.



Szpital  
Akredytowany



Znak sprawy: Te 2300-19/2022

Pleszew, dn.30.08.2022r.

### Do Wszystkich Zainteresowanych

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego.

Do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

#### Pytanie 1

Dotyczy: Lampa diodowa łożeczkowa zapewniająca fototerapię w inkubatorze otwartym lub zamkniętym, w łożeczku (również przy łóżku matki) oraz podczas karmienia, oraz Lampa do fototerapii LED łożeczkowa

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w obydwu poniższych parametrów ;

LP.	OPIS PARAMETRÓW
	Lampa diodowa łożeczkowa zapewniająca fototerapię w inkubatorze otwartym lub zamkniętym, w łożeczku (również przy łóżku matki) oraz podczas karmienia
	Źródło światła – 6 diod LED emitujących światło niebieskie moc max 15W emisja w zakresie 400-550nm
	Zasilanie elektryczne 230V – zasilacz wbudowany
	Pobór mocy max 90 W
	Natężenie promieniowania min. 50 $\mu$ W/cm <sup>2</sup> nm
	Matą o rozmiarze 2 x 20 cm x 16 cm
	Długości elastycznego przewodu światłowodowego łączącego matę z urządzeniem 100 cm. Przewód zekranizowany (nie emitujący światła dostarczanego do maty).
	Lampa wyposażona w licznik czasu pracy oraz licznik czasu naświetlania noworodka
	Regulacja intensywności światła w min. 3 zakresach: 50uW/cm2, 40uW/cm2, 26uW/cm2 $\pm$ 10%
	Waga jednostki 1,4 kg
	Żywotność diod 50 tys. godzin
	Tryb odzwyczajania
	Poziom głośności < 34 dB
	Alarmy dźwiękowe
	Możliwość wyciszenia alarmów
	Okularki ochronne w 2 rozmiarach - po 3 szt. każdego rozmiaru ,oraz nakładki na maty w ilości 3 sztuk

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje przesunięty na dzień 02.09.2022 r. godz. 10:00. Oferty zostaną otwarte tego samego dnia o godz. 10:10. Wykonawca pozostanie związany ofertą do dnia 01.10.2022 r.

Sporządziła:  
Aleksandra Prażucha

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
PCM w Pleszewie Sp. z o.o.

*Błażej Górczyński*