



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201  
e-mail: [nzoz.kss@szpital.kutno.pl](mailto:nzoz.kss@szpital.kutno.pl) [www.szpital.kutno.pl](http://www.szpital.kutno.pl)  
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 16.03.2023 r.

## WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Zakup aparatu ultrasonograficznego**

Nr postępowania: ZP/6/23

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

- Dotyczy Załącznika nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy, punkt: 3** - Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta gdzie liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego wynosi 860 000? Parametr ten nie wpływa na jakość obrazowania, bardzo prosimy zmianę zapisu co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności.  
**Zamawiający nie dopuszcza.**
- Dotyczy Załącznika nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy, punkt: 4** - Czy Zamawiający dopuści aparat do postępowania renomowanego producenta sondę liniową szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy od 2-16 Mhz? Pragniemy zauważyć, iż wymagany parametr przy tak niewielkich różnicach w zakresie pracy częstotliwości (MHZ) w żaden sposób nie wpływa na jakość obrazowania, w związku z powyższym bardzo prosimy zmianę zapisu co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności.  
**Zamawiający nie dopuszcza.**
- Dotyczy Załącznika nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy, punkt: 17** - Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta bez regulacji LGC ale z możliwością regulacji TGC z 8 suwakami wykonanych w technologii cyfrowej i możliwością zapamiętywania 5 ustawień operatora z funkcją która automatycznie optymalizuje obraz po naciśnięciu przycisku? Bardzo prosimy zmianę zapisu co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności.  
**Zamawiający nie dopuszcza.**
- Dotyczy Załącznika nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy, tryb obrazowania, punkt: 2** - Czy zamawiający dopuści aparat renomowanego producenta gdzie zakres ustawienia głębokości penetracji wynosi 2-38 cm? Prosimy o dopuszczenie do postępowania gdyż pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności.  
**Zamawiający nie dopuszcza.**
- Dotyczy Załącznika nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy, tryb obrazowania, punkt: 3** - Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta gdzie zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE wynosi x8? Prosimy o dopuszczenie do postępowania gdyż pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności.  
**Zamawiający nie dopuszcza.**

6. **Dotyczy Załącznika nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy, tryb obrazowania, punkt: 6** - Czy Zamawiający dopuści aparat do postępowania renomowanego producenta bez regulacji LGC ale z funkcją która automatycznie optymalizuje obraz po naciśnięciu przycisku ? Bardzo prosimy zmianę zapisu co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności.  
**Zamawiający nie dopuszcza.**
7. **Dotyczy Załącznika nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy, tryb obrazowania, punkt: 8** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta bez funkcji zapewniającą dobór prędkości akustycznej według charakterystyki tkanek, min.: tłuszcz, mięśnie, płyn? Prosimy o dopuszczenie do postępowania gdyż pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności.  
**Zamawiający nie dopuszcza.**
8. **Dotyczy Załącznika nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy, tryb obrazowania, punkt: 9** - Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanego z funkcją umożliwiającą rotacje obrazu o następujących wartościach 30°/45°/60°/90°/180°/360°? Prosimy o dopuszczenie do postępowania gdyż pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności.  
**Zamawiający nie dopuszcza.**
9. **Dotyczy Załącznika nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy, tryb obrazowania, punkt: 15** - Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanego producenta z funkcją pracy w trybie M ale bez efektu dopplera kolorowego? Prosimy o dopuszczenie do postępowania gdyż pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności.  
**Zamawiający nie dopuszcza.**
10. **Dotyczy Załącznika nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy, głowice, punkt: 10,11,12** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z głowicą kardiologiczną Phased Array szerokopasmową do badań transcranialnych i kardiologicznych o zakresie częstotliwości 2.0 – 4.0 MHz składającą się z 64 elementów? Prosimy o dopuszczenie do postępowania gdyż pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności.  
**Zamawiający nie dopuszcza.**
11. **Dotyczy Załącznika nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy, opcje rozbudowy, punkt: 1** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego bez funkcji obrazowania z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego? Prosimy o dopuszczenie do postępowania gdyż pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności.  
**Zamawiający nie dopuszcza.**

Podpisał:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  
Prezes Zarządu  
Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej prowadzonego postępowania