

K-dzpz/32-ZO/2022

Tarnów, 24.11.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w zapytaniu ofertowym**

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr K-dzpz/32-ZO/2022 z dnia 18.11.2022 r. na „**Dostawę odczynników chemicznych oraz szkła i sprzętu laboratoryjnego dla ANS w Tarnowie**” - część 2.

**Pytanie nr 1:** Pozycja 9 - czy zamawiający wyrazi zgodę na długość płaszczka 300mm ?

**Odpowiedź ANS w Tarnowie do pytania nr 1:**

Zamawiający dopuszcza wydłużenie długości płaszczka wodnego na długość 300mm.

**Pytanie nr 2:** Pozycja 18 - czy zamawiający wyrazi zgodę na kuwety w kolorze białym? kolor czarny jest niedostępny.

**Odpowiedź ANS w Tarnowie do pytania nr 2:**

Zamawiający dopuszcza zmianę koloru.

**Pytanie nr 3:** Pozycja 19 - czy można zaproponować lejek z tworzywa?

**Odpowiedź ANS w Tarnowie do pytania nr 3:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowanie lejka z tworzywa.

**Pytanie nr 4:** Pozycja 29 i 30 - producent obecnie posiada po 1 szt. zlewki. Kolejna produkcja planowana jest po nowym roku. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zredukowanie ilości? Poz. 29 - 1 szt. i Poz. 30- 1sztuka.

**Odpowiedź ANS w Tarnowie do pytania nr 4:**

Zamawiający dopuszcza redukcję ilości zlewki porcelanowych do 1 sztuki w pozycji 29 i 30.

**Pytanie nr 5:** Pozycja 4 - czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 3 tygodni (nie dłużej niż 31.12.2022) - producent podaje 3 tygodniowy termin realizacji.

**Odpowiedź ANS w Tarnowie do pytania nr 5:**

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu do 3 tygodni ale nie dłużej niż do 29.12.2022r.

**Pytanie nr 6:** Pozycja 21 - czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 3 tygodni (nie dłużej niż 31.12.2022) - producent podaje 3 tygodniowy termin realizacji.

**Odpowiedź ANS w Tarnowie do pytania nr 6:**

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu do 3 tygodni ale nie dłużej niż do 29.12.2022r.

**Pytanie nr 7:** Pozycja 4 - czy zamawiający zaakceptuje wagę WTC 2000 RADWAG? waga Ohaus jest niedostępna u producenta w wymaganym czasie.

**Odpowiedź ANS w Tarnowie do pytania nr 7:**

Zamawiający dopuszcza zamianę wagi Ohaus na wagę Radwag WTC 2000.

Rektor ANS w Tarnowie  
dr hab. Małgorzata Kołpa