



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP-³⁸³...../12/2020

Chrzanów, ⁰³..... 12.2020 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do sprawy 116/2020 "Dostawa wózków do przewożenia pacjentów – 5 szt. dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie".

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Prosimy (w pkt. 2) o wyrażanie zgody na zaoferowanie platformy leża podzielonej na 2 segmenty wykonanej w formie jednolitego odlewu zaokrąglonej, bez ostrych krawędzi i rogów (tak jak tego wymaga Zamawiający w pkt. 3), która jest przezierna dla promieni RTG na całej długości leża. W oferowanym wózku nie ma konieczności, aby leże dla zapewnienia przezierności dla promieni RTG było dodatkowo wypełnione płytami z tworzywa HPL, ze względu na to, że leże wykonane z tworzywa sztucznego o strukturze kompozytu gwarantuje zwiększoną przezierność w stosunku do płyt HPL w celu uzyskania wyników bez artefaktów i o wysokim stopniu szczegółowości analizy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wypełnienie inne niż HPL, przeziernie dla promieni RTG.

3. Prosimy (w pkt. 9 i 10) o wyrażanie zgody na zaoferowanie szerokości całkowitej wózka z opuszczonymi i podniesionymi barierkami 810 mm. W oferowanym wózku szerokość całkowita wózka wynosi 810 mm bez znaczenia czy barierki są opuszczone, czy podniesione.

Odp.: Zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi przez Zamawiającego.



4. Prosimy (w pkt. 12) o wyrażanie zgody na zaoferowanie 2 segmentowego leża całkowicie przeziernego dla promieni RTG umożliwiającego wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp) i możliwością włożenia kasety RTG od strony wezglowia lub nóg, bez konieczności jej wkładania z boków wózka.

Odp.: Zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi przez Zamawiającego.

5. Prosimy (w pkt. 13) o wyrażanie zgody na zaoferowanie min. 4 cm prześwitu między platformą leża, a wyprofilowaną ramą wózka w celu łatwego i bezpiecznego wprowadzania kasety RTG od strony wezglowia i nóg.

Odp.: Zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi przez Zamawiającego.

6. Prosimy (w pkt. 14) o wyrażanie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego wyprofilowane leże, w którym taca na kasetę RTG posiada specjalne paski ułatwiające pozycjonowanie kasety RTG (bez



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892

Handwritten signature



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

konieczności używania w tym celu podziałki). Dzięki takiemu rozwiązaniu radiolog widzi dokładne umiejscowienie kasety RTG.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

7. Prosimy (w pkt. 15) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka wyposażonego w składane ergonomiczne ręczki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej), składane poniżej poziomu materaca; od strony nóg wózek wyposażony w uchwyt chromowany, wyjmowany ułatwiający manewrowanie wózkiem. Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi przez Zamawiającego.

8. Prosimy (w pkt. 16) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka wyposażonego standardowo w cztery koła jezdne, z których jedno pełni funkcję koła kierunkowego (z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej) oraz dodatkowo posiadającego piąte koło zapewniające manewrowanie i sterowanie wózkiem. W oferowanym wózku piąte koło wyposażone jest w mechanizm dociskający koło do podłoża, który ułatwia precyzyjną jazdę wózkiem. Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne, jak wskazane przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

9. Prosimy (w pkt. 18) o wyrażenie zgody na zaoferowanie hydraulicznej regulacji wysokości leża dostępnej z obu stron łóżka za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 65,5 – 97,5 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca). Oferowany zakres różni się minimalnie od wskazanego przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

10. Prosimy (w pkt. 21) o wyrażenie zgody na zaoferowanie barierki bocznych składanych (wyróżnione kolorystyczne elementy aktywujące) z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian; barierki boczne składane wzdłuż ramy leża poniżej poziomu materaca w celu zminimalizowania przerwy transferowej.

Odp.: Zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi przez Zamawiającego.

11. Prosimy (w pkt. 22) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyty do pchania / ciągnięcia wózka znajdujące się w szczycie od strony głowy i nóg, przy czym barierki boczne także mogą służyć jako uchwyty ułatwiające manewrowanie wózkiem. Oferowany parametr nie ma negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe wózka i wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.

Odp.: Zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi przez Zamawiającego.

12. Prosimy (w pkt. 23) o wyrażenie zgody na zaoferowanie regulacji segmentu pleców manualnie ze wspomaganiami sprężyn gazowych w zakresie od 0° do 84°. Oferowany zakres będzie wystarczający, aby ustawić segment oparcia pleców pod odpowiednim, bezpiecznym kątem dla pacjenta, ponadto ustawienie segmentu pod kątem prostym (90°) jest nieergonomiczne i może być niebezpieczne dla pacjenta.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

13. Prosimy (w pkt. 24) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka, w którym nie ma konieczności uniesienia segmentu nóg w celu łatwiejszego czyszczenia i dezynfekcji. W oferowanym wózku całe leże



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892

chus



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

(w tym segment nóg) wykonany jest z monolitycznego (jednolity odlew) tworzywa sztucznego, bez ostrych krawędzi i rogów, zaprojektowane w celu łatwej dezynfekcji i czyszczenia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

14. Prosimy (w pkt. 29) o wyrażenie zgody na zaoferowanie materaca piankowego jednowarstwowego, w pokrowcu o osłonę typu skaj, nieprzemakalną o grubości 8 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

15. Prosimy (w pkt. 30) o wyrażenie zgody na zaoferowanie materaca mocowanego do leża za pomocą specjalnych pasków w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie.

Odp.: Zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi przez Zamawiającego.

16. Prosimy (w pkt. 31) o wyrażenie zgody na zaoferowanie teleskopowego, wykonanego ze stali nierdzewnej wieszaka infuzyjnego z regulacją wysokości, wyjmowanego, z możliwością zamocowania w czterech narożnikach leża, z 4 hakami, obsługiwanego oburącz (w celach bezpieczeństwa), max. obciążenie do 6 kg.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

17. Prosimy (w pkt. 32) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka nie wyposażonego w uchwyt na rolkę z papierem.

Odp.: Zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi przez Zamawiającego.

18. Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu dostawy do 30 dni od dnia podpisania umowy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Czy Zamawiający dopuści leże wózka czterosegmentowe, co poprawia komfort pacjenta ?

Odp.: Zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi przez Zamawiającego.

20. Czy Zamawiający dopuści wózek, który zarówno z opuszczonymi barierkami jak i podniesionymi posiada 80 cm szerokości (najbardziej wystające są krążki odbojowe) ?

Odp.: Zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi przez Zamawiającego.

21. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości 84 cm – zarówno z podniesionymi jak i opuszczonymi barierkami?

Odp.: Zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi przez Zamawiającego.

22. Czy Zamawiający dopuści barierki boczne składane metalowe?




Odp.: Zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi przez Zamawiającego.

23. Czy zamawiający dopuści wózek z barierkami składanymi wzdłuż ramy leża? Również przy tak złożonej barierce w oferowanym łóżku brak przerwy transferowej.

Odp.: Zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi przez Zamawiającego.

24. Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu pleców ze wspomaganie sprężyn gazowych w zakresie od 0°-70°?

Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892

M.S.



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

25. Czy Zamawiający dopuści wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej.

Odp.: Tak.

26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych posiadający tworzywowa osłonę kolumn składającą się w harmonijkę? - Osłony można łatwo zdezynfekować.

Odp.: Zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi przez Zamawiającego.

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej posiadający osłonę podwozia z wytłoczonym miejscem na butlę z tlenem i rzeczy pacjenta, ale nie posiadający możliwości zamontowania dodatkowych pionowych uchwytów na butlę z tlenem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej posiadający osłonę podwozia z wytłoczonym miejscem na butlę z tlenem i rzeczy pacjenta i dodatkowy uchwyt na butlę z tlenem mocowany pod oparciem pleców?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu w pozycji leżącej o szerokości 800 mm – wymiar ten jest taki sam niezależnie od tego czy barierki są opuszczone czy podniesione?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu w pozycji leżącej posiadający możliwość wprowadzenia kasy RTG tylko od strony głowy i nóg pacjenta?

Odp.: Zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi przez Zamawiającego.

31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych nie posiadający podziałki wzdłuż i w poprzek leża?

Odp.: Zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi przez Zamawiającego.

32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych nie posiadający wyprofilowanej ramy?

Odp.: Zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi przez Zamawiającego.

33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych posiadający składane, ergonomiczne ręczki do prowadzenia wózka tylko od strony głowy pacjenta?

Odp.: Zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi przez Zamawiającego.

34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych posiadający hydrauliczną regulację wysokości w zakresie od 565 mm do 895 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych posiadający barierki wykonane ze stali węglowej malowane proszkowo?

Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892

MKS



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

36. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych posiadający barierki składane poniżej poziomu leża – co gwarantuje brak przerw transferowych, jednak nie są one chowane pod leże?

Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.

37. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych posiadający barierki bez wyprofilowanej powierzchni tworzywowej?

Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.

38. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych bez możliwości uniesienia segmentu nóg?

Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.

39. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej posiadający materac pianowy jednowarstwowy w pokrowcu ze skaju, który jest nieprzemakalny i odporny na zadrapania a także łatwym w czyszczeniu?

Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.

40. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych o wadze 128 kg?

Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.

41. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej posiadający dwuwarstwowy materac (dwa rodzaje pianki) w powłoce z poliestru?

Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.

42. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej posiadający dwuwarstwowy materac (dwa rodzaje pianki) w pokrowcu poliuretanowym z powłoką poliuretanową?



Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.

43. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej posiadający dwuwarstwowy materac (dwa rodzaje pianki) pokrowcu poliamidowym z powłoką poliuretanową?

Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.

44. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej posiadający materac pianowy dwuwarstwowy w pokrowcu ze skaju z dodatkowym wzmocnieniem poliuretanowym od spodu?

Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892

dm



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

45. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej posiadający materac pianowy dwuwarstwowy w pokrowcu z materiału o parametrach nie gorszych niż: Ścieralność : 300 000 cykli, Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2), Odporność na światło minimum >7, Gramatura 685 g/m², Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester, Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi, Odporność na urynię i krew i pot, Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwwgrzybicza, tapicerka z technologią jonów srebra?

Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.

54. Dotyczy pakietu 1. Wózek do przewozu chorych - 5szt. Pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego 2-segmentowe leże wykonane jest z solidnych, odpornych na dezynfekcję, przeziernych dla promieni RTG paneli z tworzywa HPL (bez ostrych krawędzi i rogów)?

Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.

55. Dotyczy pakietu 1. Wózek do przewozu chorych - 5szt. Pkt. 9. i 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego szerokość całkowita niezależnie czy barierki są podniesione, czy opuszczone wynosi 840mm?

Najbardziej wystającymi elementami wózka są krążki odbojowe, po których obrysie liczona jest szerokość całkowita – w związku z czym pozycja barierki nie ma wpływu na szerokość całkowitą wózka.

Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.

56. Dotyczy pakietu 1. Wózek do przewozu chorych - 5szt. Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego 2-segmentowe leże jest całkowicie przeierne dla promieni RTG umożliwiając wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp) i możliwością włożenia kasy RTG od strony wezgiłowia i od strony nóg pacjenta?

Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.

57. Dotyczy pakietu 1. Wózek do przewozu chorych - 5szt. Pkt. 13.





Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, który nie posiada 4cm prześwitu pomiędzy leżem a ramą wózka, z możliwością wkładania kasy od strony głowy i nóg pacjenta?

Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami..

58. Dotyczy pakietu 1. Wózek do przewozu chorych - 5szt. Pkt. 14.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych wyposażony w podziałkę tylko wzdłuż leża?

Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

59. Dotyczy pakietu 1. Wózek do przewozu chorych - 5szt. Pkt. 15.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, wyposażony w składane, ergonomiczne ręczki zlokalizowane od strony głowy pacjenta (składane poniżej poziomu materaca dla ułatwienia dostępu podczas reanimacji), natomiast od strony nóg pacjenta wózek zaopatrzony w wyjmowany uchwyt do pchania wózka?

Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.

60. Dotyczy pakietu 1. Wózek do przewozu chorych - 5szt. Pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego wysokość regulowana jest hydraulicznie za pomocą kolumn w zakresie: 560-870mm?

Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.

61. Dotyczy pakietu 1. Wózek do przewozu chorych - 5szt. Pkt. 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego centralny system blokowania kół obsługiwany jest za pomocą trójpozycyjnych dźwigni dostępnych w każdym z 4 narożników wózka?

Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.

62. Dotyczy pakietu 1. Wózek do przewozu chorych - 5szt. Pkt. 21.: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych wyposażony w barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium, składane wzdłuż leża?

Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.

63. Dotyczy pakietu 1. Wózek do przewozu chorych - 5szt. Pkt. 22.: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych bez wyprofilowanych uchwytów do ciągnięcia wózka w barierkach? W tym celu wózek wyposażony jest w uchwytu do przetaczania na krańcach leża od strony głowy i nóg pacjenta.



Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.

64. Dotyczy pakietu 1. Wózek do przewozu chorych - 5szt. Pkt. 23.: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego oparcie pleców regulowane jest w zakresie: 0-62°?

Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.

65. Dotyczy pakietu 1. Wózek do przewozu chorych - 5szt. Pkt. 23.: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego oparcie pleców regulowane jest w zakresie: 0-75°?

Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

66. Dotyczy pakietu 1. Wózek do przewozu chorych - 5szt. Pkt. 24.: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, w którym segment nóg zamontowany jest na stałe?

Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.

67. Dotyczy pakietu 1. Wózek do przewozu chorych - 5szt. Pkt. 30.: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego materac stabilizowany jest na leżu za pomocą dedykowanych stalowych uchwyty, uniemożliwiających jego przesuwanie / zsuwanie się?


Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.

68. Dotyczy pakietu 1. Wózek do przewozu chorych - 5szt. Pkt. 31.: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych wyposażony w odejmowany wieszak na kroplówki, który zgodnie z punktem 28. parametrów technicznych może zostać zamocowany w dowolnym z 4 narożników, a nie jest zamocowany na stałe i składany na ramę?



Odp.: Zgodnie z określonymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi i innymi odpowiedziami.

Sporządziła:

Z poważaniem


DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Baranowski

SPRZĄDZONA PRZEZ
SPECJALISTĘ
ds. Zamówień Publicznych
mgr Aneta Pawłowska



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892