

Parametry graniczne aparatu do identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów

Model aparatu: Producent: Rok produkcji:

l.p.	Parametry graniczne	TAK/NIE*
1	Aparat wykonujący wszystkie niezbędne testy do uzyskania pełnej identyfikacji bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych testów manualnie oraz dodawania odczynników w komorze inkubacyjnej aparatu.	
2	Wszystkie testy zaopatrzone w kody kreskowe, całkowicie szczelne po napełnieniu, uniemożliwiające kontaminacje i zapewniające bezpieczeństwo pracy.	
3	Oprogramowanie pracujące w systemie operacyjnym Windows do automatycznego zapisywania i interpretacji odczytu z aparatu wraz z systemem eksperckim weryfikującym i nadzorującym poprawność uzyskanych wyników badań (interpretacja wg najnowszych zaleceń EUCAST)	
4	Stała, bezpłatna aktualizacja oprogramowania aparatu zgodnie z aktualnymi rekomendacjami EUCAST przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy	
5	Wykonywanie testów identyfikacji i lekowrażliwości oddzielnie lub łącznie na jednym module testowym.	
6	Aparat oraz testy do identyfikacji i lekowrażliwości muszą pochodzić od jednego producenta.	
7	Określanie lekowrażliwości na zasadzie dwukrotnych rozcieńczeń w całym zakresie ocenianego przedziału stężenia antybiotyku bez stężeń pośrednich zawartych w kartach antybiotykach	
8	Testy identyfikacji oparte o minimum 2 różne metody detekcji oraz 2 kontrole odczytu na module testowym.	
9	Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności (mechanizmy oporności MRSA, MLSB, ESBL, VISA, VRSA, VRE, KPC)	
10	Dostarczenie wraz z analizatorem na okres obowiązywania umowy oprzyrządowania koniecznego do nastawiania testów (densytometr, pipety, dozowniki, wyrząsarkę - vorteks) w cenie dzierżawy aparatu.	
11	Dostarczenie z pierwszą dostawą wykazu substancji niebezpiecznych, kart charakterystyki oraz metodyki w języku polskim.	
12	Okres gwarancji - 24 m-ce, obejmujący: bezpłatne przeglądy, naprawy gwarancyjne i serwisowe, a także wszelkie koszty związane z montażem części zamiennych i dojazdów.	
13	Możliwość zgłoszenia awarii 24 godz./dobę w ciągu 365 dni w roku	
14	Czas oczekiwania na serwis - 24 godz. Ewentualna awaria aparatu zostanie usunięta w terminie do 24 godz. od chwili jej zgłoszenia. W przypadku naprawy dłuższej niż 24 godz. Wykonawca dostarczy na czas usunięcia awarii urządzenie zastępcze o porównywalnych parametrach.	
15	Termin dostawy- maksymalnie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy	
16	Bezpłatna instalacja, uruchomienie wraz z bezpłatnym przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi aparatu w miejscu instalacji, tj. Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej.	
17	Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oryginalne materiały firmowe producenta aparatu (katalogi, foldery w j. polskim) oraz Deklarację zgodności CE	
18	Zintegrowanie oferowanego aparatu z użytkowanym przez Zamawiającego systemem informatycznym ESKULAP. Koszty integracji i wdrożenia leżą po stronie Wykonawcy.	

*Uwaga: wypełnić tabelę

1. Niespełnienie któregośkolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak wartości w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub producenta.

3. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Data

firmy

.....
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania