

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 25.09.2024 r.

Wysokie Mazowieckie, 25.09.2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup implantów ortopedycznych, implantów do zabiegów neurochirurgicznych, endoprotez oraz narzędzi medycznych.**

Oznaczenie sprawy: **21/2024**

Zapytanie nr 1 - dotyczy Załącznika nr 1 – Formularz asortymentowo - cenowy

Dotyczy pakietu nr 37 - Zestaw do wykonywania procedur wertebroplastyki trzonów odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa.

1. Czy Zamawiający dopuszcza, aby oferowany zestaw do wertebroplastyki spełniał poniższe kryteria?

- cement PMMA o wysokiej gęstości, nieprzezierny dla promieni RTG (siarczan baru - 30%), zawierający 18g proszku (polimetakrylan metylu) oraz fiolkę z rozpuszczalnikiem 8,4g (metakrylanu metylu), zamknięte fabrycznie w sterylnym mieszalniku
- jednorazowy sterylny zestaw do aplikacji cementu zawierający: pistolet hydrauliczny z przewodem łączącym o dług. 155cm zabezpieczającym operatora przed promieniowaniem RTG oraz 1 igłę do nabierania roztworu soli fizjologicznej do pojemnika pistoletu, 1 szklany zbiornik do cementu o pojemności 9,9 cm³
- dostępny dodatkowy sterylny osobno pakowany szklany zbiornik do cementu o pojemności 9,9 cm³ w celu wykorzystania całego dostępnego cementu przy aplikacjach dwupoziomowych
- dostępne igły przeznasadowe ścięte o dług. 120mm oraz średnicach 11G i 13G do wyboru przez operatora
- czas na podanie cementu minimum 15 minut objętość cementu do wykorzystania – minimum 15cc
- cement o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu
- cały zestaw sterylny jednorazowy

Skład zestawu:

- 1 cement w zestawie z mieszalnikiem, sterylny (60 zestawów)
- 1 jednorazowy sterylny hydrauliczny zestaw do aplikacji cementu (60 zestawów)
- 1 igła przeznasadowa (120 sztuk)
- 1 igła biopsyjna (3 zestawy)
- 1 dodatkowy szklany pojemnik na cement (60 sztuk)

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę składu zestawu w formularzu asortymentowo-cenowym na poniższy?

Skład zestawu:

- 1 cement w zestawie z mieszalnikiem, sterylny (60 zestawów)
- 1 jednorazowy sterylny hydrauliczny zestaw do aplikacji cementu (60 zestawów)
- 1 igła przeznasadowa (120 sztuk)

1 igła biopsyjna (3 zestawy)
1 dodatkowy szklany pojemnik na cement (60 sztuk)

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 2 - dotyczy Załącznika nr 1 – Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet nr 21 do pozycji nr 4

4	18 x 61x 1,27x100	szt.	30
---	-------------------	------	----

We wskazanym rozmiarze ostrza występuje błąd, czy zamawiający miał na myśli ostrze o rozmiarze 18 x 1,27 x 100?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 3 - dotyczy Załącznika nr 1 – Formularz asortymentowo – cenowy

Dotyczy pakietu nr 31 – System przezskórnej stabilizacji kręgosłupa

Czy Zamawiający w pakiecie nr 31 dopuści zestaw dosyłany każdorazowo na operacje w ciągu 48 godzin od dokonania zamówienia?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 4 - dotyczy Załącznika nr 1 – Formularz asortymentowo – cenowy

Dotyczy pakietu nr 43 – Zestaw do repozycji trzonów kręgosłupa w złamaniach i nowotworach

Czy Zamawiający w pakiecie nr 43 dopuści zestaw dosyłany każdorazowo na operacje w ciągu 48 godzin od dokonania zamówienia?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego
Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomicznych
Aleksandra Łapiak