

## ZAWIADOMIENIE O POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ

Dane	Opis
Tryb postępowania	Podstawowy
Nazwa zamówienia	Dostawa łóżek szpitalnych psychiatrycznych oraz szafek przyłóżkowych z podziałem na 2 części
Znak sprawy	07/PZP/2023
Data pisma	17.05.2023

Informuję, że zamawiający dokonał poprawki oczywistej omyłki pisarskiej Zamawiającego polegającej na:

Rodzaj i miejsce omyłki	Było	Winno być
Odpowiedź na pytanie 11 – wymiar dopuszczonego kształownika stalowego.	„[...]Nogi łóżka wykonane z rury fi 32x2 mm lub kształownika stalowego 30x30x3 mm wygięte do wewnątrz, nie wystające poza obrys ramy łóżka co ułatwia nieograniczony dostęp do pacjenta. [...]”	„[...]Nogi łóżka wykonane z rury fi 32x2 mm lub kształownika stalowego <b>30x30x2 mm</b> wygięte do wewnątrz, nie wystające poza obrys ramy łóżka co ułatwia nieograniczony dostęp do pacjenta. [...]”

**Zatwierdził:**

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego  
Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy  
mgr Andrzej Kowalski